

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM DEZENFEKTAN ALIMI

02/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **06/01/2023** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **06/01/2023** tarihinde saat **10:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK SIVI 5 LT.	750	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabuliinden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

ENZİMATİK KAN ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün konsantre olup 5 lt. lik ambalajlara da yer almalı.
2. Ürün 0,5% konsantrasyonla 5-10 dakikada temizliğini tamamlamalı.
3. Amilaz, lipaz, proteaz, selüloz enzimleri ve yanı sıra kuarterner amonyum bileşeni ve glikol içermelidir.
4. pH değeri 7 – 10 arası olmalıdır.
5. Ürün her türlü cerrahi aletler, diş hekimliği aletler, mikro cerrahi aletleri, anestezi malzemeleri, fleksible (bükülür/bükülmez), termolabil ve endoskoplarda kullanım için uygun olmalıdır. Özel kaplanmış metallere alüminyuma, plastiğe ve lastiğe fiber optiklere zarar vermemelidir.
6. Konsantre üründen hazırlanan solüsyonuna atılan cerrahi aletleri fırçalama gerektirmeden kan ve protein artıklarından kolayca temizlemeli ve bakterisid olmalıdır.
7. Fiyat teklifinde konsantre ve kullanıma hazır litre maliyeti hesaplanarak verilmelidir.
8. Ürün ultrasonik yıkama makinelerinde ve endoskopi yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır ve bu uygunluk yazıları dosyada sunulmalıdır.
9. En az iki adet alet üreticisi veya bunların distribütörlerinden alınmış onay belgesine sahip olmalıdır.
10. Üretici firmanın ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.
11. Ürünle birlikte aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet 28 lt hacminde ultrasonik yıkama makinesi ürün kullanıldığı müddetçe bedelsiz olarak verilecektir.
 - a. Cihaz temizlenecek parçaları, paslanmaz çelik küveti içerisine koyulan sıvıyı sonik titreşimler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemeli ve 220V/50Hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
 - b. Cihazın banyo kapasitesi en az 25 lt olmalıdır.
 - c. Cihazın ultrasonik gücü en az 450 Watt olmalıdır.
 - d. Cihazın ısıtma gücü en az 1000 Watt olmalıdır.
 - e. Cihazın dış gövdesi 304 L paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.



- f. Cihazın ultrasonik transduserleri 38 KHz'de çalışmalıdır.
- g. Yıkama kazanı iç ölçüleri 300x500x200h mm, cihaz dış ölçüler 320x520x420h mm olmalıdır. (boy x en x yükseklik)
- h. Cihazın manuel termostat kontrolü sayesinde, kazan içi ısısını en fazla 90°C 'ye kadar ayarlayabilmeli
- i. Isıtıcı görevi gören rezistanslar termostat düğmesi vasıtası ile gerekirse devre dışı bırakılabilmelidir.
- j. Cihaz ön paneli ve açma kapama güç anahtarları kesinlikle su geçirmez özellikte olmalıdır.
- k. banyo sıcaklık ayarı ve ultrasonik açma/kapama butonu ön panel üzerinde olmalıdır ve cihazın çalışmakta olduğunu veya çalışmadığını gösteren bir neon ışığı bulunmalıdır.
- l. Cihazın üzerinde bulunan açma/kapama düğmeleri vasıtasıyla, cihazın elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilmelidir.
- m. Cihazın zaman ayarı manuel olarak 1-60 dk aralıklarında ayarlanabilmelidir. Timer sol yönlü çevrilerek zaman ayarında sonsuz mod olmalıdır.
- n. Cihaz ile birlikte küvete uygun paslanmaz çelikten imal tel sepet, paslanmaz kapak ve tahliye için hortum verilmelidir.
- o. Cihazda, küvet içerisinde bulunan solüsyonu tahliye etmek için paslanmaz çelik gider bulunmalıdır.
- p. Giderden su boşaltmak için bulunan vana, cihazın dış kısmına monte edilmiş olmalıdır.
- q. Cihaz hastanemizde kullanımda bulunduğu sürede herhangi bir arıza vermesi durumunda yüklenici firma müdahale etmekle yükümlü olacaktır.

12. Fiyat veren firmalar 5 litrelik numuneyi gönderecektir. Numune değerlendirmesi sonrası kabul yapılacaktır. Hastanemiz bu maddeye istinaden fiyat teklifini reddetme hakkına sahiptir.

sterilizasyon Sorumlusu
İLKAY UZ
[Signature]