

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM PATOLOJİK TIBBİ ATIK BİDONU ALIMI

02.09.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **03.09.2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03.09.2019** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

11-ALIM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK OLUP;NUMUNE GÖNDERMEYENLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

H. KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PATOLOJİK TIBBİ ATIK BİDONU 60 LT	30	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/al/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

-PATOLOJİK ATIK BİDONU ŞARTNAMESİ

1. Bidonlar tek kullanımlık ve Patoloji atıklarına uygun olmalıdır.
2. Çevirmeli kapaklı veya Çember kapaklı polietilen malzemeden olmalıdır.
3. Bidon ve kapak kırmızı renkte olmalıdır.
4. Patolojik atık bidonu delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, sızdırmaz üzerinde siyah renkli "Uluslararası Biotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK" yazısı olmalıdır.
5. 60lt toplam kapasiteli olmalıdır.
6. Her türlü mala karşı korozyon mukavemeti olmalıdır.
7. Düzgün varil sathı her türlü markalamaya ve etiketlemeye müsait olmalıdır.
8. Çember kapaklıda kapak contalı olmalıdır.
9. Çember kapaklıda sıkma halkası ve hızlı kilit galvanizli olmalıdır.
10. Çok adet üst üste istifleme kapasitesi, stoklama ve nakliye sırasında yüksek emniyete sahip olmalıdır.
11. Hafif, dayanıklı kullanımı kolay olmalıdır.
12. -20°C ile +80°C arası ısılara dayanıklı ,maksimum +80°C'deki dayanıklı olmalıdır.
13. Tabanda tutamak çukuru ve yanlarda katlanır tutamak olmalıdır.
14. 1 adet numune verilecektir. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Toplam 30 Adet Patolojik Atık Bidonuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Münevver ÇAYÇA
Tıbbi Atık Sorumlusu