

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 / 1008
KONU: 3 Kalem Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı

14/12/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16/12/2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16/12/2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 10 µ	67.200	ADET				
2	STERİL FİLTRELİ PİPET UCU 100 µ	3.600	ADET				
3	PCR TÜP (0,2 ML - SEKİZLİ PİPET)	62.400	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

OT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

OT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

PCR TP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Saf propilen(PP)'den retilmiř 8 mikrotpl, beyaz PCR řeritleri halinde olmalıdır.
2. Mikrotpler 0,1 ml hacminde olmalıdır.
3. Roche Light Cycler 96 cihazına uyumlu, cihazın stten okuma yapabilmesine olanak saęlayan stripler olmalıdır.
4. Mikrotpler hızlı ve homojen ısı transferi saęlayan ultra ince duvarlara sahip olmalıdır. DNaz, RNaz, DNA ve endotoksin ięermemelidir.
5. Mikrotpler, numune buharlařmasını azaltacak sıkı kapaklar ięermelidir.
6. Mikrotp kapakları 8'li, řeffaf olmalı, DNaz-RNaz- insan DNA'sı ięermemeli, kolay aęılıp sıkı kapanabilmelidir.
7. Teklif edilen rn denendikten sonra kabul edilecektir.

Karşıyaka Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Medha COřAR
Diyadin No: 79133
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.

STERİL FİLTRELİ PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 µl, 100 µl)

1. 0.5-10 µl, 1-100 µl arası sıvı çekebilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Laboratuvarımızda kullanılan otomatik pipetlere(Dlab) uyumlu olmalıdır.
3. Pipet uçları ultrahidrofobik özellikte filtreli ve steril olmalı, DNaz ve RNaz içermemeli ve moleküler biyolojik çalışmalara uygun olmalıdır. Bu özellikler üretici firma tarafından belgelenmelidir.
4. Pipet uçları kapalı kutularda steril olmalıdır. Pipet uçlarının taşıyıcı kutusu tek parça olmalıdır.
5. Üzerinde markası ve pipet ucu özelliği yazılı bulunan kutular şeffaf ambalajla kaplı olmalıdır.
6. Pipet uçlarının pipete takılması sırasında kutularda esneme olmamalı, bu aşamada pipet uçları kutunun tabanı ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
7. Filtreler pipetlere değmeyecek şekilde bir boşluk bırakmalıdır.

İ. Özgür Hastanesi
Uzm. Dr. Med. Hk. COSAR
Dip. Hk. No: 79163
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.