



T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

10/05/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **15/05/2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **15/05/2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

**11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

<b>ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN</b>	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LAPAROSKOPİK TROKAR 10 MM	100	ADET	OR2865			
2	LAPAROSKOPİK TROKAR 5 MM	60	ADET	OR2850			
3	MUKUS TOPLAMA KABI 25 ML	300	ADET	GHC1690			
4	PIPELLA KANÜL	400	ADET				
5	LAPAROSKOPİK VERES İĞNESİ 150 MM	20	ADET	OR2840			
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	<b>VERES İĞNESİ</b>
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	1. İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. 2. İğnenin uzunluğu 120±30 mm ve/veya 15±30 mm olmalıdır. 3. İğnenin çapı 14±2 gauge olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. İğnenin uç kısmı keskin olmalıdır. 5. İğnede bulunan indikatör iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır. 6. İğne vana ve şeffaf tutaç kısmına sahip olmalıdır. 7. İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır. 8. İğne kullanım esnasında kolaylıkla ciltten geçmeli ve eğilmemelidir.
<b>Genel Hükümler:</b>	9. Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır 10. Ürün ambalajı üzerinde UBB ve Lot bilgisi bulunmalıdır.

### **SMT4073 PİPEL KANÜLÜ**

1. Malzeme şeffaf plastik materyalden imal edilmiş ve sert (rijit) olmalıdır.
2. Endometrial örnek almaya uygun yapıda olmalıdır.
3. Malzemenin uzunluğu 24.5 (±2)cm olmalı, dış çap 3.1 mm olmalı ve uç kısımda sağlı sollu 1 veya 2 delikli olmalıdır.
4. Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan, plastik mandreni bulunmalıdır.
5. Kataterin üzerinde 1'er cm aralıkla 1'den en az 7 cm'e kadar aralık işaretleri olmalıdır.
6. Kanül, içi görülebilir bir renk de olmalıdır.

7. Tek kullanımlık medikal steril ambalajında olmalıdır.
8. Etilen Oksit veya gama Sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Malzeme üzerinde üretici firmanın bilgileri bulunmalıdır.
10. CE belgesine sahip olmalı ve UBB kaydı bulunmalıdır.



	BIÇAKLI TROKAR
<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilen bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. 3. Trokarın uzunluğu; <ul style="list-style-type: none"><li>• Kısa için 70(± 10 mm),</li><li>• Standart için 100 mm (± 10 mm) ve</li><li>• Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.</li></ul>
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Trokar sisteminde; <ul style="list-style-type: none"><li>• 5/5,5 mm lik trokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 10/11mm lik trokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 12/12,5mm lik trokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için,</li><li>• 15mm lik trokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmesi veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir.</li></ul> 5. Kanülün dışı, batın duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçmasını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemi veya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. 10. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>11. 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm lik trokar kanülünün, çap düşürücü ve/veya kanülde hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kaçağını azaltmalıdır.</p> <p>12. 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm lik trokarlarda spesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır.</p> <p>13. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır.</p> <p>14. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir.</p> <p>15. Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	<p>16. Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>17. Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.</p> <p>18. NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAKTIR.</p>

10.12.2018

### Aspire Kültür Toplama Kabı Teknik Özellikleri

- 1- Steril olmalıdır.
- 2- Hasta hakkında bilgi yazılabilmesi için paketin içerisinde hasta etiketi çıkmalıdır.
- 3- Toplama kabı 20ml olmalıdır.
- 4- Toplama kabı 2ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır aspirasyon kateteri 14fr olmalıdır aspirasyon kateterinin ucu slide-tex olmalıdır.
- 5- Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafı hastaya bir tarafı aspirasyona uzanan iki adet kateterden oluşmalıdır.
- 6- Kültür toplanması bittikten sonra analize götürebilmek için ekstra kapağı bulunmalıdır.
- 7-Ürünün uygunluğuna örnek malzemenin kullanımı denendikten sonra karar verilecektir.
- 8- Teslim tarihi itibariyle en az 3 yıl miadlı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Mustafa BOZKURT  
Eczacı  
Sic. No: Ecz 8764