

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
VENTİLATOR / RESPIRATOR CİHAZI AKIŞ-FLOW TRANSDÜSERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CAREFUSION marka VELA model cihaza uyumlu olacaktır.
2. Orijinal parça olmalıdır. Yeni nesil vela ventilatörlerin ana kartına tam uyumlu olmalıdır
3. Parça takıldıktan sonra cihaz tüm kalibrasyonları ve testleri geçmelidir
4. Malzemenin montajı periyodik bakım anlaşmalı firmamız tarafından yapılacaktır.
5. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
9. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
10. Fatura içeriği VENTİLATOR / RESPIRATOR CİHAZI AKIŞ-FLOW TRANSDÜSERİ şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

03.09.2019
Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.

PVT-375BT MODEL KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Prob TOSHIBA Marka Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problemler kabul edilmeyecektir.
3. Prob, Abdomen taramalara uygun olmalıdır.
4. Prob en az 1.0-6.0 MHz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. Multifrekans özelliğe ve doku harmonik görüntüleme özelliği olmayan problemler kabul edilmeyecektir.
5. Prob B Mod'da 1.9/4.0/6.0 MHz'lerde, THI Mod'da 3.0/4.0/5.0/6.0 MHz'lerde çalışmalıdır. Merkezi frekansı 3.5 MHz olmalıdır.
6. Prob Aplio 500 cihazında kullanıldığında differential doku harmonik görüntüleme modunda da çalışabilmelidir.
7. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
8. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
9. İhaleye katılacak firmalar probun kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.
10. Teklif edilen Probun UBB kaydı, teklif veren firma tarafından yapılmış olacaktır. UBB kaydında görünen Barkod numarası bildirilecektir. UBB kaydında görünen Firma Tanımlayıcı Numarası, Teklif veren Firmaya ait olacaktır.


Kandıracak Devlet Hastanesi
Dr. Hasan Ali ÜNAL
Diy. Tesis. No: 86964
Radyoloji Uzmanı

PLT-1005BT MODEL LINEAR PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Prob CANON/TOSHIBA Marka Aplio Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. İçerisinde mekanik parça barındıran problar kabul edilmeyecektir.
3. Prob, Small Parts, Breast taramalara uygun olmalıdır.
4. Prob en az 5.0-14.0 MHz arasındaki frekansları destekleyebilmelidir. Multifrekans özellikte ve doku harmonik görüntüleme özelliği olmayan problar kabul edilmeyecektir.
5. Prob B Mod'da 7.0/10.0/12.0 MHz'lerde, THI Mod'da 7.0/9.0/11.0 MHz'lerde çalışmalıdır. Merkezi frekansı 10.0 MHz olmalıdır.
6. Probun FOV'u en az 58 mm olmalıdır.
7. Prob sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
8. Teklif edilecek prob daha önce hiç kullanılmamış olup, orjinal kapalı ambalajında teslim edilecektir.
9. İhaleye katılacak firmalar probun kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.
10. Teklif edilen Probun UBB kaydı, teklif veren firma tarafından yapılmış olacaktır. UBB kaydında görünen Barkod numarası bildirilecektir. UBB kaydında görünen Firma Tanımlayıcı Numarası, Teklif veren Firmaya ait olacaktır.

Memorhat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Hasan Ali ÜNAL
Dip. Tes. No: 86964
Radyoloji Uzmanı



SUPER MİKRO VASKÜLER GÖRÜNTÜLEME KİTİ (SMİ) (USMI-A500A)


1. Bu ünite CANON/TOSHIBA Marka APLIO 500 Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Super Mikro Vasküler Görüntüleme Kiti cihaza bağlandıktan sonra, Aplio 500 Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilen uygun özellikli problar ile çalışabilmelidir.
3. Super Mikro Vasküler Görüntüleme Kiti sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
4. Super Mikro Vasküler Görüntüleme Kiti sayesinde sistem, çok düşük akımları dedekte etmek için klinik bilgiyi kaybetmeden, B Mod'u baskılayarak artefaktları elimine edebilmelidir. Bu mod aynı zamanda renk moduna da sahip olmalıdır.
5. Ihaleye katılacak firmalar bu ünitenin kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi ya da tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.



Manisa Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ali ÜNAL
0216 38964
Radyasyon Uzmanı

SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (USSW-A500A)

1. Bu ünite CANON/TOSHIBA Marka APLIO 500 Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ Kiti cihaza bağlandıktan sonra, Aplio 500 Model ultrasonografi sistemlerinde kullanılabilen uygun özellikli Konveks (PVT-375BT, PVT-375SC, PVT-475BT), Lineer (PLT-1005BT), Endokaviter (PVT-781VT, PVT-781VTE) probalar ile çalışabilmelidir. Bu sayede Elastografi görüntüleme yapılabilir.
3. SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ Kiti sistemle tam bir uyum içerisinde çalışmalıdır.
4. SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ Kiti sayesinde, sistem ile, doku sertliğinin niceliksel ölçümü ve dinamik görsel gösterimi sağlanmalıdır.
5. SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ Kiti sayesinde, lezyon ile normal dokunun sertlik oranı (ratio) ekranda görüntülenebilmelidir. Böylelikle lezyonların malign-benign ayrımında yardımcı teknik olarak kullanılabilir.
6. Yapılan SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ ölçümlerinin sonuçları m/s veya kPa veya propagation olarak verilebilmelidir.
7. İhaleye katılacak firmalar bu ünitenin kullanılacağı cihazın üretici firmasının tek yetkili belgesi yada tek yetkili firmadan alınmış bu probu teklif edebileceğine dair belgeye sahip olacaktır ve onaylı kopyasını ibraz edecektir.


Mahavva Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Hasan Ali ÜNAL
Dip. Tes. No: 86964
Radyoloji Uzmanı