



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1041

KONU: 9 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

10/05/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **11/05/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **11/05/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : R

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİSTAL FİBULA ANATOMİK NL PLAK TİTANYUM	1	ADET	TV1930			
2	KORTİKAL VİDA KİLİTLİ (TİTANYUM) 3,5	15	ADET	TV1170			
3	KORTİKAL VİDA (TİTANYUM) 3,5	10	ADET	TV1030			
4	4.0 MM KANSELLÖZ SHORT, FULL YİV VİDA	6	ADET	TV1130			
5	KORTİKAL KİLİTLİ VİDA (YİYANYUM 2,7	8	ADET	TV1150			
6	ANT VİDA 15 MM YİVLİ (TİTANYUM) 3,5	6	ADET	TV5660			
7	ANT KANÜLLÜ VİDA 10 MM YİVLİ (TİTANYUM) 3,5	6	ADET	TV2850			
8	KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA 3,5	6	ADET	TV2990			
9	KİLİTLİ 1/3 TÜBÜLER PLAK	1	ADET	TV1610			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/Iframes/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

DİSTAL FİBULA ANATOMİK PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- Plakların sağ ve sol modelleri olmalı, distal yüzeyde kilitli en az 6 delik, shaft kısmında 4,5,6,7 ve 8 delik seçenekleri olmalıdır.
- Plakların shaft vida delikleri kilitli ve kiltsiz vida için kombine delik özelliğinde olmalıdır.
- Plakların üzerinde marka, CE işareti ve numarası, LOT, sağ veya sol yön işareti olmalıdır.
- Kilitli vida başları konik ve yivli, kiltsiz vidaların başları siferik olmalı, vida shaftları konik, uçları self tapping ve trokar uçlu olmalıdır.
- Uygulama setinde uygun dril ucu, kılavuzlar, boy ölçer ve tornavidalar olmalıdır.
- Kiltsiz vidalar plak üzerinde 30°(±5°) açılanabilmelidir.
- Set içerisinde plaklarla uyumlu 2.7 ve 3.5mm kilitli ve kiltsiz kortikal vidalar olmalıdır
- Set içerisinde 2.5mm ve 3.5mm kilitli kanüllü ve solid bolt kompresyon vidaları olmalıdır.
- 3.5mm kilitli ve kiltsiz vidalar 12mm – 60mm arasında boyları olmalıdır.
- 2.5mm kanüllü ve solid bolt vidalar 16mm – 30mm arasında boyları olmalıdır.
- 3.5mm kanüllü ve solid bolt 20mm – 70mm arasında boyları olmalıdır.

Kilitli 1/3 Tübüler Plak Teknik Şartnamesi

- İnceliği 1.5mm(±0,5), genişliği 9.5mm(±0,5) olmalıdır.
- Titanyum plaklar, 4–12 delik arası en az 9 boy ve ebatlarda seçeneği olmalıdır.
- Vida delikleri, aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine delik olmalıdır.
- Plak ile kullanılacak vidalar set içerisinde **2.7mm kilitli kansellöz düşük profil ,2.7mm ve 3.5mm kilitli kanüllü, , 3.5/4.5mm malleolar, 2.7mm/3.5mm kilitli ve kiltsiz kortikal , 3.0/4.0mm kiltsiz kanüllü, 4.0 kiltsiz short,full yiv kansellöz , ve drillsiz uygulanabilmesi için vida ucu dril şeklinde3.5mmkilitselselfdrilling** vida olmalıdır.
- Plak üzerinden kilitli vida deliklerinde spacer kullanılabilmeli.
- Plaklar 2,7mm kilitlenebilir pin uygulamaya uyumlu olmalıdır.
- Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu tornavida olmalıdır.
- Kiltsiz vidalar plak üzerinde toplam 30°(±5°) açılanabilmelidir.
- ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Dr. Mustafa ÖZKAN
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Dr. Mustafa ÖZKAN
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Dr. Mustafa ÖZKAN
Dip. Tes. No: 92075

- 1 DİSTAL FİBULA ANATOMİK NL PLAK TİTANYUM
- 2 KORTİKAL KİLİTLİ VİDA (TİTANYUM) Ø3.5
- 3 KORTİKAL VİDA (TİTANYUM) Ø3.5
- 4 4.0mm kansellöz short,full yiv vida
- 5 KORTİKAL KİLİTLİ VİDA (TİTANYUM) Ø2.7
- 6 ANT VİDA 15MM YİVLİ(TİTANYUM)Ø3.5
- 7 ANT KANÜLLÜ VİDA 10MM YİVLİ(TİTANYUM)) Ø3.5
- 8 KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA) Ø3.5
- 9 Kilitli 1/3 Tübüler Plak

- 1 ADET SUT:TV1930
- 15 ADET SUT:1170
- 10 ADET SUT:TV1030
- 6 ADET SUT:TV1130
- 8 ADET SUT:TV1150
- 6 ADET SUT:TV5660
- 6 ADET SUT:TV2850
- 6 ADET SUT:TV2990
- 1 ADET SUT :TV1610

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Metin ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tels. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tels.No:78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Metin ÖZCAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tels. No.: 81447