

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIM


13/05/2022

SAYIN:.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16/05/2022** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16/05/2022** tarihinde saat **11:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	VAKUMLU, KOAGÜLASYON TÜPÜ (13*75 MM) (MAVİ KAPAK)	7.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

VAKUMLU SİTRATLI KOAGÜLASYON TÜPÜ ŞARTNAMESİ

1. Tüpler Polietilentereftalat (PET) malzemeden yapılmış, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. 13X75 mm boyutlarında, en az 1.8 ml hacimli olmalı ve % 3.2 sitrat içermelidir ve her marka holder ve kan alma iğnesi ile uyumlu olmalıdır.
3. Tüpler çift cidarlı olmalıdır ve 9NC Sodyum Sitrat % 3.2 (0.109M) içermelidir.
4. Tüpler vakumlu kan alım sistemine uygun olmalı, vakumu koruyacak şekilde lastik tıpa ve bunun üzerinde kapağın açıldığı sırada kan sıçramasını engelleyecek şekilde koruyucu hemogard kapak (iğnenin girdiği kauçuğun ele değmemesi için uygun kapak sistemi) ile kapatılmış olmalı ve etikette belirtilen miktarda kan çekmelidir.
5. Tüp kapaklarının kauçuk kısımları, iğnen tüpe kolay girmesini sağlayacak, iğnenin kendiliğinden geri atmasına sebep olmayacak, iğnenin ikinci ucundaki kauçuğa zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
6. Kapaklı olarak tüplerin yerleştirildiği cihazlarda prob takılmasını önlemek için tüp kapaklarını hemogard yüzeyleri düz olmalı, herhangi bir delik veya girinti olmamalıdır
7. Tüplerin üzerinde, alınacak kan miktarını belirlemek için çizgi bulunmalıdır.
8. Tüplerin kapakları uluslararası renk kod sistemine göre mavi renkte olmalıdır.
9. Tüplerin miadı en az 1 (bir) sene olmalıdır. Miat bitimine 2 ay kala yenileriyle değiştirilmelidir.
10. Tüplerin alt ucu kapalı yarımküre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
11. Tüpün kan alma iğnesine girişi kolayca yapılmalı, sert olmamalıdır.
12. Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
13. Tüpler üretici firmaya ait orjinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, tek kullanımlık işareti, dolum hacmi ve saklama koşulları belirtilmiş olmalı ve CE işareti , ürün adı ve üretici firma ismi/logosu bulunmalıdır.
14. Teklif edilecek ürünlerin tamamı aynı marka olmalıdır.
15. Tüpler istenilen kriterleri sağlamıyorsa (vakumun yetersiz oluşu, yavaş kan çekmesi, eksik kan alması ve kullanılan cihazda sonuç değerlerinde tutarsızlık vb.) farklı bir ürünle değişimi yapılacaktır.

Husein Demir

