

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -1072
KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

17.09.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **19.09.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19.09.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM*295 MM	100	ADET				
2	EKG KAĞIDI Z KATLI 280 MM*210 MM	100	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE /MZA

EKG KÂĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kâğıdı, GENERAL ELECTRIC marka MAC 2000 model EKG cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen EKG kâğıdı A4 formatta, Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3. Ölçüler 210mm X 295mm X 200 yaprak olmalıdır.
4. Kâğıt gridli olmalıdır.
5. Kâğıtta siyah nokta olmalı ve siyah nokta cihaza koyarken sağ alt köşede olmalıdır.
6. Kâğıt cihaza yerleştirilebilir olmalıdır.
7. EKG kâğıtları termal (ısıya duyarlı) kâğıt olmalıdır.
8. Kâğıt ambalaj içinde olmalıdır.
9. Satın alınacak EKG kâğıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden uhdesinde kalan firma malzemenin tamamını göndermeden bir adet numune göndermeli ve uygunluk verildikten sonra malzemenin tamamını göndermelidir.
10. TİTUBB Kaydı olmalı ve faturaya yazılmalıdır.
11. Fatura içeriği EKG KÂĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM şeklinde olmalıdır.
12. Malzemenin teslim yeri ambar-ayniyat birimi Biyomedikal depo olmalıdır.

EKG KÂĞIDI 210X280 (SCHILLER AT-2 PLUSMED) (SAYFA TİPİ) (SCHILLER 2.157-017/210X280)

- 1.Schiller At-2 Plusmed (Schiller 2.157-017/210x280 mm) cihazına uygun olmalıdır.
- 2.Sayfa tipi olmalıdır.
- 3.Her 14 cm'de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
- 4.Kâğıt 21 cm eninde 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 5.Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı,kâğıt çizgisiz olmalıdır.
- 6.Kâğıt kardiyoğrafa yerleştirilebilir olmalıdır.
- 7.Kâğıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
- 8.Kâğıt ambalaj içinde olmalıdır.
- 9.Yaprak adedi 200 sayfa olmalıdır.
10. Satın alınacak EKG kâğıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden uhdesinde kalan firma malzemenin tamamını göndermeden bir adet numune göndermeli ve uygunluk verildikten sonra malzemenin tamamını göndermelidir.
11. TİTUBB Kaydı olmalı ve faturaya yazılmalıdır.
12. Fatura içeriği EKG KÂĞIDI Z KATLI 280 MM X 210 MM şeklinde olmalıdır.
13. Malzemenin teslim yeri ambar-ayniyat birimi Biyomedikal depo olmalıdır.

Ayşe ÖZDEMİR
Biyomedikal depo-TKY