



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1085

KONU: 8 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

17.05.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **17.05.2023** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17.05.2023** tarihinde saat **14:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
--	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : H.ŞAH

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PROKSİMAL ANATOMİK FEMUR PLAKÜ	1	ADET	TV1730			
2	KORTİKAL KİLİTLİ VİDA 5 MM	15	ADET	TV1190			
3	SPONGİOZ KİLİTLİ VİDA 5.5 MM	10	ADET	TV1210			
4	KORTİKAL VİDA 4.5 MM	5	ADET	TV1050			
5	SPONGİOZ KİLİTLİ LAG VİDA KANÜLLÜ 7.2	3	ADET	TV2970			
6	ANT VİDA	3	ADET	TV5660			
7	KANCALI PLAK	1	ADET	TV1910			
8	KABLO	10	ADET	TV5770			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KABLO PLAK ŞARTNAMESİ

1. Set İÇERİSİNDE kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
2. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
3. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

-Kancalı PLAK-TV1910. 1 adet
-KABLO – TV5770. 10 adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:18972

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr.Özgür ÖZGÖRGEN
Dip.Tes.No: 81447
Ortopedi ve Trav.Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes. No: 92075

S.NO	SUT KODU	SUT ADI	Adet	SPİNAMER ÜRÜN ADI
1	TV1730	PLAKLAR VE VİDALAR,İTERNAL FİKSASYON,KİLİTLİ PLAK SİSTEMLERİ,KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI,4.0mm V	1	ORTOVİA PROKSİMAL ANATOMİK FEMUR PLAK TİTANYUM
2	TV1190	PLAKLAR VE VİDALAR,İTERNAL FİKSASYON,KİLİTLEME VİDALARI,KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR(DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK)	15	VS KORTİKAL KİLİTLİ VİDA (TİTANYUM) Ø5
3	TV1210	PLAKLAR VE VİDALAR,İTERNAL FİKSASYON,KİLİTLEME VİDALARI,KİLİTLİ SPONGİÖZ VİDALAR,4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR,TÜM ŞEKİL ÖZELLİĞİ	10	VS SPONGİÖZ KİLİTLİ VİDA (TİTANYUM) Ø5.5
4	TV1050	PLAKLAR VE VİDALAR,İTERNAL FİKSASYON,VİDALAR,KORTİKAL KİLİTSİZ,4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR,KENDİNDEN YİV AÇAN/STANDART,TİTANYUM	5	VS KORTİKAL VİDA (TİTANYUM) Ø4.5
5	TV2970	PLAKLAR VE VİDALAR,KANÜLLÜ VİDALAMA,VİDALAR,KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDALAR,5.0 - 8.0mm VİDALAR,KAPİTAL FEMORAL EPİFİZ VİDASI,TİTAN	3	VS SPONGİÖZ KİLİTLİ LAG VİDA KANÜLLÜ (TİTANYUM) Ø7.2
6	TV5660	ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALAR-KOMPRESYON VİDASI-KOMPRESYON BOLT VİDALARI-TİTANYUM/CoCr-TÜM BOYLAR	3	ORTOVİA ANT VİDA (TİTANYUM)Ø4.5

PROKSİMAL FEMUR KİLİTLİ PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Titanyum plaklar, 4–12 delik arası sol/sağ seçenekleri olmalıdır.
2. Vida delikleri, aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine delik olmalıdır.
3. Plağın proksimalinde femur boynuna gönderilen 7.2mm kalınlığında 3 adet kanüllü kanülsüz kilitli lag vidaları olmalıdır ve deliği bulunmalıdır.
4. Plakların kemik temas yüzeyleri düşük temas özelliğinde olmalıdır.
5. Plaklar trokanremajör kırıkları ve trakanterminör kırığını tespit edecek şekilde plak üzerinde vida açılı vida delikleri bulunmalıdır
6. Plak ile kullanılacak vidalar set içerisinde , 5mm malleolar, 5.5mm kilitli kansellöz, 5.0 kilitli kortikal, 4.5mm kilitsiz kortikal, 7.2 lag kanüllü,4,5mm bolt vida olmalıdır.
7. Plakların üzerinde marka, CE işareti ve numarası, LOT, sağ veya sol yön işareti olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 81417
Uzm. Dr. Mustafa ÖZKAN

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 81417
Uzm. Dr. Mustafa ÖZKAN

8. Plak üzerinden kilitli vida deliklerinde spacer kullanılabilirdir.
9. Plak düşük profilli ve kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
10. Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve tornavida olmalıdır.
11. Kilitli vidalar plak üzerinde toplam 30°(±5°) açılabilirdir.
12. ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üretilmiş olmalıdır.
13. 4.5mm kilitli kortikal vidalar 20mm – 70mm arası boyları olmalı.
14. 5.0mm kilitli kortikal vidalar 20mm – 70mm arası boyları olmalı.
15. 5.5mm kilitli kansellöz vidalar 25mm – 110mm arası boyları olmalı.
16. 4.5mm kompresyon bolt vidalar 20mm – 95mm arası boyları olmalı.
17. 7.2mm lag kanüllü/kanülsüz kilitli vidalar 40mm-120mm arası olmalı.
18. Set içinde tüm vidalar düzgün bir şekilde vida tavasına yerleştirilmiş olup lazer markalama ile boy çap belirtilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydın YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 81447

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075