

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

25/05/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **30/05/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halin e tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırmanın tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **30/05/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mal. Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BİPOLAR REZEKTOSKOP SETİ	1	ADET				
2	ERİŞKİN ÜRETROTOM SETİ	1	ADET				
3	ERİŞKİN SİSTOSKOPİ SETİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

BİPOLAR REZEKTOSKOP (TUR) SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

1. Teklif edilecek set hastanemiz ameliyathane envanterinde bulunan (TEKNO GERMAN TOM 500) bipolar tur cihazı ile uyumlu çalışmalıdır

2. 1 adet Sürekli Yıkamalı Rezektoskop Dış Kılıfı

Rezektoskop dış kılıfı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Çapı 26 Fr. olmalıdır.
2. Sürekli yıkama ve emme için kullanılabilir.
3. İç kılıfa , snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolaylıkla takılabilir.
4. Dış kılıfın üzeri, hastaya daha az yüzeyin temas etmesini ve daha iyi bir kayganlık oluşturmasını sağlaması ve prostat adenomu üzerinde yapılacak tedavide maksimum sulama sağlaması için komple oluk şekilli kanallarla kaplı olmalıdır.
5. Dış kılıfın uç kısmı delikli olmalıdır.

3. 1 adet Sürekli Yıkamalı Rezektoskop İç Kılıfı

Rezektoskop iç kılıfı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Çapı 24 Fr. olmalıdır.
2. İnflow ve Outflow için bağlantı tüpleri ve 2 adet LUER-Lock adaptörü olmalıdır.
3. Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilir.
4. Dış kılıfa ve çalışma elemanına snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolaylıkla takılabilir.
5. Renk kodu sarı olmalıdır.
6. Kesme etkinliğini artırması, yıpranma ve soyulmayı minimuma indirmesi için, uç kısmı izolatörlü olmalıdır.
7. İç kılıfın uç kısmı daha hassas ve verimli bir irrigasyon yapılabilmesi için "Shark-tip" oblik dizayna sahip olmalıdır.
8. 24 Fr. looplar ile kullanılabilir.

4. 1 adet Standart Obturator

1. 24 Fr. lik rezektoskop iç kılıfı ile uyumlu olmalıdır.
2. Rezektoskop iç kılıfı snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolay ve pratik bir şekilde takılıp çıkarılabilir.
3. Otoklavlanabilir.

5. 1 adet Visual Obturator

1. 24 Fr. lik rezektoskop iç kılıfı ile uyumlu olmalıdır.
2. Rezektoskop iç kılıfına snap-on otomatik kilit mekanizması sayesinde kolay ve pratik bir şekilde takılıp çıkarılabilir.
3. Teklif edilen 30 derece teleskop ile uyumlu olmalıdır.
4. Görerek girişe imkan sağlamalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Vural ÖLÇÜNEZMA
Üroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:40843/111488

5. Otoklavlanabilmelidir.

6. 1 adet Bipolar Aktif Çalışma elemanı Seti

Teklif edilen çalışma elemanı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Mekanizma yay sistemi ile hareket etmeli, parmak desteği hareketli ve aktif kesme hareketli olmalıdır. Loop çalışma elemanına takıldığında loop ucu kılıfın dışında kalmalıdır.
2. Tüm sistemin dayanıklı ve uzun ömürlü kullanımı için ergonomik bir dizayna sahip olmalıdır.
3. Kilit mekanizmaları kıvılcım kaçaklarını önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

7. 2 Adet Bipolar Yüksek Frekans Kablosu

1. En az 3 m uzunluğunda olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile uyumlu olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.

8. 3 Adet Bipolar Kesici Elektrod, Yuvarlak

1. Bipolar olmalıdır.
2. Açılı ve yuvarlak şekilli olmalıdır.
3. Tel kalınlığı 0,3 mm'yi geçmemelidir.
4. Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
5. 12 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

9. 3 Adet Koagülasyon Elektrodu

- 1 Bipolar olmalıdır
- 2 Koagüle işlemini rahatlıkla yapabilmek için uç kısmı silindir şeklinde olmalıdır.
- 3 Silindir çapı 1.2 mm olmalıdır
- 4 Reusable (Çok Kullanımlık) olmalıdır.
- 5 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

10. 1 Paket Bipolar Kesici Elektrod, Yuvarlak

1. Bipolar olmalıdır.
2. Açılı ve yuvarlak şekilli olmalıdır.
3. Tel kalınlığı 0,3 mm olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile kullanılabilirdir.
5. 3 adetten oluşan kutuda tekli steril paketlerde verilmelidir.
6. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
7. 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilirdir.

11. 1 Paket Koagülasyon Elektrodu

1. Bipolar olmalıdır.
2. Uç kısmı silindir şeklinde olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar çalışma elemanı ile kullanılabilmelidir.
4. Silindir çapı 1.2 mm olmalıdır.
5. 3 adetten oluşan kutuda tekli steril paketlerde verilmelidir.
6. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
7. 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilmelidir.

12. 2 Paket Bipolar Vaporizasyon Elektrodu (BIVAP)

1. Bipolar olmalıdır.
2. Bipolar vaporizasyon için, açılı ve teklif edilen iç kılıfa uygun yapıda olup 30° teleskop ile kullanılabilmelidir.
3. 3'lü steril paketlerde verilmelidir.
4. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
5. 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilmelidir.

13. 3 adet Hook (TUIP) Elektrod

1. Bipolar olmalıdır.
2. Sodyum klorür (NaCl) içinde prostat rezeksiyonu için uygun yapıda olmalıdır.
3. Mesane boynu insizyonu için kullanılabilmelidir.
4. 12 ve 30 derece teleskoplar ile kullanılabilmelidir.

14. 2 adet Sterilizasyon Koruma Tüpü

1. Elektrodların sterilizasyonu ve korunması için uygun olmalıdır.
1. Otoklavlanabilmelidir.
2. Tüm sistem ile aynı marka orijinal firma üretimi olmalıdır.

15. 1 adet Mesane Şıngası

1. 150 cc. olmalıdır.
2. Mesane Şıngası cam olmalıdır ve üzerinde ölçekleri belirten çizgiler bulunmalıdır.
3. Teklif edilen rezektoskop ve sistoskop kılıfları ile uyumlu olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.

16. 1 adet Mesane Şıngası adaptörü

1. Mesane şıngasının rezektoskop kılıfı ile bağlantısı için kullanılmalıdır.
2. Fleksible olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Vural OLGUNELMA
Üroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:140843/111488

ERİŞKİN OPTİKAL ÜRETROTOM SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

1. 1 adet Üretrotom Kılıfı

1. 20,5 Fr. olmalıdır.
2. 4 Fr. lik kateter geçişini sağlayan lateral enstruman kanalına sahip olmalıdır.
3. İki adet LUER-lock adaptörü ile birlikte verilmelidir.
4. Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilmelidir.

2. 1 adet Obtüratör

1. 20,5 Fr.'lik Üretrotom kılıfı ile kullanılabilirdir.
2. Obturator aynı zamanda kılavuz kateter ile beraber üretraya sokulabilir özellikle olmalıdır.

3. 1 adet Kateter Yerleştirme Aparatı (Guide tube)

1. 16 Fr. lik balon kateterlerin yerleştirilmesi amacı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Otoklavlanabilmelidir.

4. 1 adet Pasif Çalışma Elemanı

1. Pasif kesme yani geriden ileriye doğru kesim yapmak için uygun olmalıdır.
2. Bıçağın hareketi yay mekanizması ile sağlanmalıdır.
3. Normal pozisyonda bıçak kılıfın içinde olmalıdır.
4. Üretrotom bıçaklarının kullanımına uygun olmalıdır.
5. Üretrotom kılıfı ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanılabilirdir.

5. 1 adet Teleskop Köprüsü

1. Bir adet enstruman girişine sahip olmalıdır.
2. Kapasitesi 10 Fr. olmalıdır.
3. Teklif edilen Üretrotom kılıfı ile uyumlu olmalıdır.
4. Enstruman girişi üzerindeki musluk plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilmelidir.

6. 2 adet Soğuk Bıçak

ERİŞKİN SİSTOSKOPİ SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 1 Adet HD Teleskop

1. Teklif edilecek teleskop aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır
2. 0 (sıfır) derece ve geniş açılı olmalıdır.
3. Düz ileri görüşlü olmalıdır.
4. Çapı 4 mm olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
7. Renk kodu mavi olmalıdır.
8. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
9. Panoview teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

2. 1 adet HD Teleskop

1. Teklif edilecek teleskop aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
2. 30 (otuz) derece görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
3. İleri oblik görüşlü olmalıdır.
4. Çapı 4 mm olmalıdır.
5. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Fiberoptik ışık transmisyonlu olmalıdır.
7. Renk kodu kırmızı olmalıdır.
8. Operasyon sırasında çalışma yönünü belirlemeye yarayan saat 12 yönünde çentiğe sahip olmalıdır.
9. Panoview teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

3. 1 adet Sistoskop-Üretroskop Kılıfı

1. Teklif edilen sistoskop-üretroskop kılıf seti; kılıf ve obtüratörden oluşmalıdır
2. 17,5 Fr. olmalıdır.
3. İçerisinden 1x5 Fr. lik enstruman tek başına veya 2x4 Fr. lik enstruman aynı anda kullanılabilmelidir.
4. Diğer parçalara bağlantının kolay ve pratik olması için snap-on otomatik kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökülüp-takılabilmelidir.

4. 1 adet Sistoskop-Üretroskop Kılıfı

1. Teklif edilen sistoskop-üretroskop kılıf seti; kılıf ve obtüratörden oluşmalıdır
2. 23 Fr. olmalıdır.
3. İçerisinden 1x12 Fr. lik enstrüman tek başına veya 2x.7 Fr. lik enstrüman aynı anda kullanılabilmelidir.
4. Diğer parçalara bağlantının kolay ve pratik olması için snap-on otomatik kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilmelidir.

5. 1 adet Teleskop Köprüsü

1. 16-25 Fr. Sistoskopi kılıfları ile birlikte kullanılabilmelidir.
2. 2 enstrüman kanalı bulunmalıdır.
3. Enstrüman girişleri üzerindeki musluklar plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için "click" sistemi ile pratik bir şekilde sökölüp-takılabilmelidir.

6. 2 adet Yabancı Cisim Forsepsi

1. Yabancı cisimleri çıkartmak için kullanılmalıdır.
2. Çift çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
3. 7 Fr. ve 365 mm. uzunluğunda olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir

7. 1 adet Biyopsi Forsepsi

1. Sistoskop amaçlı kullanılabilmelidir.
2. Çift çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
3. 7 Fr. ve 375 mm. olmalıdır.
4. Otoklavlanabilmelidir.

8. 1 adet Makas

1. Tek çene hareketli ve fleksible olmalıdır.
2. 7 Fr. ve 375 mm. uzunluğunda olmalıdır.
3. Otoklavlanabilmelidir

Manavgat Devlet Hastanesi
Yurak Oğuzhan MA
Uroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:140843/111488