

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 1107
KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

24.09.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **26.09.2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Biriliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 1- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26.09.2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Yalçın AYTAÇ
İdari Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	VAGİNAL SPEKULUM ORTA 9-10 CM	2.000	ADET				
2	VAGİNAL SPEKULUM KÜÇÜK 8-10 CM	500	ADET				
3	VAGİNAL SPEKULUM BÜYÜK 10-11 CM	100	ADET				
4	YANIK İÇİN RESPONTER TRAYMA KİTİ ÇANTA ŞEKLİNDE	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

YANIK İÇİN RESPONDER TRAVMA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her türlü (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yanıklarda emniyetli şekilde kullanılabilmelidir.
2. UTS kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
3. Gamma ışınları ile sterilize edilmiş olmalı (Sterile-R) ve içindeki mazemenin özelliğini bozmayacak şekilde sağlam paketlenmiş olmalıdır.
4. Yırtılmış, delinmiş paketler kabul edilmeyecek olup bu paketler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5. Çocuklarda kullanımı güvenli ve konforlu olmalıdır.
6. Son kullanım tarihi en az 3 yıl olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
7. Anti mikrobik, anti bakteriyel olmalıdır.
8. Oda sıcaklığında en az 5 saat nemli kalarak etkisini göstermelidir.
9. Aktif maddesi çay ağacı yağı (melaleuca aternifolia oil) ve viskozitesi yüksek (en az 5000 cPs) hidrojel olmalıdır.
10. Çıkartıldığında yara üzerinde lif bırakmamalıdır.
11. Yara yüzeyini nemli tutabilmeli, kurulmamalı ve ağrıyı azaltabilmelidir.
12. Ülkemizde ve uluslar arası bilimsel literatürlerde çalışmaları olmalıdır.
13. İstenildiğinde Pozitif Medikal Reaksiyon (Göz ve Deri üzerinde irritasyon, Akut oraş toksisite, Steril, Anti Mikrobik etkisi ve koruma etkisi (gözlem çalışması), Akut Sistemik Toksikite Belirlenme Çalışmaması, Temas ile Hipersensivite etkisi) test raporlarını sunabilmelidir.
14. Yüklenici firma kullanımı hakkında ilgili personele eğitim verecektir. Eğitim giderlerinin tamamı yüklenici firmaya aittir, bunun için herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.
15. Ürünler aşağıda belirtilen kit halinde çanta içinde teslim edilecektir.

Şeritler

- a. En az 25 mm x 0,5 m (35-45gr) ebadında hidrojel ihtiva eden parmak için 5 adet örtü,
- b. En az 50 mm x 1 m (140-150gr) ebadında hidrojel ihtiva eden 2 adet ince kol şerit için örtü

Örtüler

- a. En az 10 cm x 10 cm (35-45gr) ebadında 10 adet hidrojel ihtiva eden örtü,
- b. En az 20 cm x 20 cm (110-125gr) ebadında hidrojel ihtiva eden 3 adet örtü,


Maskeler


- a. 20x45 cm (220-280gr) ebadında pediatrik yüz maskesi hidrojel ihtiva eden 2 adet örtü,

ABS Hidrojel Sprey

- a. Çok kullanımlık 125ml Hidrojel sprej 3 adet

16. Yukarıda belirtilen malzemeler bir çanta içerisinde olmalı ve bu çanta içerisinde yanık hastalarına müdahale etme esnasında kullanılacak şırınga 20ml (1adet), flaster (1 adet), Elviden (1 adet), Elastik Bandaj 75mm (1 adet), alüminyum battaniye (1 adet), travma makası (1 adet) ve soft bandaj 60x50cm (1 adet) verilmelidir.


Manavgat Devlet Hastanesi
Birgül TIRAK
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi


Manavgat Devlet Hastanesi
Fehriye ÖZTÜRK
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi


Manavgat Devlet Hastanesi
Elif ÜSTÜNER
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

VAJİNAL SPEKÜLÜM (DİSPOSİBLE) SMALL-MEDİUM-LARGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Spekulumların imalatında kullanılan hammadde medical grade olmalı ve spekulum, kullanıcının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Kilit sisteminin dili yumuşak malzemeden üretilmiş ve kıvrılabilen özellikte olmalıdır.
3. Spekulumların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir. Bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını kolaylaştırmalıdır. Kilit sistemi vidalı olmamalıdır.
5. Yüzey üzerinde herhangi bir iz veya çapak olmamalıdır. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek olmalıdır.
6. Küçük, orta veya büyük olmak üzere üç boyu olmalıdır. Hastanenin ihtiyacına göre teslim edilmelidir. Boylar, birbirinden mandallarındaki renk kodlarıyla ayrılabilmelidirler. Her üç boyda aynı marka olmalıdır.
7. Spekulum alt parçasında kan akışını, materyalin toplanmasını ve kontrol edilebilmesini sağlayan oluğu olmalıdır.
8. Spekulumun blade (kaşık) boyu 11 cm ve handle (tutma yeri) boyu 9 cm olmalıdır.
9. Görüş mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır.
10. Setler tek tek poşetlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır.
11. Teknik şartnameye göre numune değerlendirilmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Neriman DE
Sorumlu E

Manavgat Devlet Hastanesi
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dr. Dr. Çetin TİPİR

Manavgat Devlet Hastanesi
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dr. Dr. Çetin TİPİR
Diy. Tel. No. 76777