

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -1161
KONU: 3 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

08.10.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **11.10.2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **11.10.2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

İlhan KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B/ KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AŞI/SOĞUK ZİNCİR/SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ SOĞUK ZİNCİR İNDİKATÖRÜ	350	ADET				
2	ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	750	ADET				
3	YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ TESTİ	400	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>


KAŞE İMZA

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkayıcı-Dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
2. Aynı zamanda 20°C veya 65°C'de frekansı 42 kHz'e eşit veya daha yüksek olan ultrasonik yıkama makinelerinin rutin kontrolünde de kullanılabilir.
3. Kirlilik Testi, üzerinde sentetik test kiri bulunan tek kullanımlık polimer indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
4. İndikatör, 70x35 mm ebatlarında polimer substrat üzerine emdirilmiş olmalıdır.
5. Sentetik test kiri, insan kan ve dokusunu temsil edecektir.
6. İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
7. EN ISO 15883-5:2005(E) Yıkayıcı Dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekleri yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
8. Markası, LOT numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
9. İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arınmış olacaktır.
10. Test sonucunu yorumlamak için indikatörlerle birlikte renk değişim tablosu verilecektir.

Sterilizasyon Sonrası

ILKAY 42




ETİLEN OKSİT KİMYASAL ENTEGRATÖR ŞARTNAMESİ CLASS 5

1. Tüm Etilen oksit sterilatörlerinde kullanım için uygun olmalıdır.
2. Ürün EN ISO 11140-1 standartlarına göre Class 5 normlarına uygun olmalıdır.
3. Biyolojik indikatöre en yakın sonucu vermelidir.
4. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermemelidir.
5. Stripin üzerinde 2 farklı indikatör bölgesi ve referans renk bölgesi, güvenli ve güvenli olmayan renk dönüşümlerini gösteren şema bulunmalıdır
6. İndikatörün arka yüzeyi alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır.
7. İndikatörler üzerinde iki farklı renk mürekkepten basılmış olan değişim bölgeleri bulunmalıdır.
8. İşlem sonrası turuncu nokta sarı renge, kahverengi nokta yeşil renge dönmelidir.
9. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olmalıdır.
10. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
11. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı gözle görülür bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
12. Ürün lot numarası, son kullanma tarihi ve Class 5 ibaresi her indikatörün stripinin üzerinde yer almalıdır.

Sterilizasyon Sorumlusu

İLKAY UZ



İLAÇ İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.İlaç taşınması sırasında uygun şartlarda taşınıp-taşınmadığını göstermelidir.
- 2.Yapıştırıldığı yüzey üzerinde çok sağlam bir şekilde yapışmalı ve nemden etkilenerek düşmemelidir.
- 3.Etiket ilacın taşıma esnasında ilaç için kritik değerleri (+2/+8 °C) aşıp-aşmadığını bar çizgileri ile belirtmeli ve aşılması halinde bar çizgileri kendiliğinden geri dönüşümsüz olarak silinmelidir.
- 4.İndikatör etiketi muhafaza şartlarında saklanılmalı ve muhafaza şartlarını aştığı andan itibaren aktive olmalıdır.
5. İndikatör etiketlerinin üzerinde "Soğuk Zincir veya Cold Chain" ibaresi olmalıdır.
- 6.İndikatör etiketine ait Türkiye'de akredite edilmiş bir CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Gülseli YILMAZ
Sicil No: 7175
Eczacı