

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - (17)
KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

31/01/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **04/02/2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **04/02/2019** tarihinde saat **15:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILAKTIR. NUMUNE GÖNDERİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Hacı KARAHAN
M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TEKLİ KARMEN ENJEKTÖRÜ	500	ADET				
2	KULAK VENTİLASYON TÜPÜ (YETİŞKİN)	40	ADET	KB1012			
3	KULAK VENTİLASYON TÜPÜ (T-TÜP)	20	ADET	KB1012			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

Kulak Ventilasyon Tüpü (GROMMED TÜP) Teknik Şartnamesi

1. Ham maddesi fluoroplastik olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik telli olmalıdır.
3. Steril paketlerde olmalıdır.
4. Kulak ameliyatlarında orta kulağı havalandırmak için, kulak zarına
5. takılmak amacıyla kullanılacaktır.

Shepart, gromme tipte ve telli olmalıdır.

6. iç çapı gönderilen numuneler üzerinden değerlendirilecektir.

Op.Dr. H. AGLİM
KBB Hec. 12/2011
Dip. 15.5.46
Manavgat Devlet Hastanesi

KULAK VENTİLASYON TÜPÜ(T-TÜPÜ) ŞARTNAMESİ

T Tüp (Ventilasyon Tüpü) Teknik Şartnamesi

1-Kulak ameliyatlarında orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak için kullanılacaktır.

2-Silikon materyalden yapılmış olmalıdır.

3-Tekli, steril ve orijinal ambalajında bulunmalıdır.

4-T şeklinde olmalıdır.

5-Tüpün iç çapı ,saft (dikey) uzunluğu ,ayaklarının yatay uzunluğu gönderilen numuneler üzerinden değerlendirilecektir.

6-Sterilizasyon tarihi ürün ambalajında yer almalı ve teslim tarihi itibari ile en fazla 6 ay öncesinden steril edilmiş olmalıdır

Op.Dr.Kağan SAĞLAM
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 51146
Manavgat Devlet Hastanesi

TEKLİ KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kanülün gireceği uç kısım esnek ve dayanıklı malzemedен yapılmış ve 0,5 cm uzunluğunda olmalıdır.

2-Enjektörün açma kapama düğmesi bir parmak kuvveti ile kapanır açılır olmalı ve kapamaya yarayan tırnak çıkıntısı olmalıdır.

3- Enjektör hacmi 60 cc olmalıdır.

4-Pistonu iki parmak ile geri çekilebilir olmalı ve piston Kanatları iki yana açılarak tespit edilebilir olmalıdır.

5-Yanında enjektörü yağlamak için 2-10 cc civarında sıvı yağ olmalıdır.

6-enjektörün piston kısmında haznede kolay hareketini sağlayacak siyah lastiği bulunmalıdır.

7-Enjektörün yanında yedek siyah lastik ve tutma aparatı olmalıdır.

8-En az iki yıl garantisi olmalıdır.

9-Ürünün CE belgesi olmalıdır.

10- Teklif veren firmanın teknik şartnameye uygun numune vermesi gerekmektedir.

23.06.2019
Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ESEN
Sorumlu Ebe

Manavgat Devlet Hastanesi
M. Zeki ÜNAL
Dip. No: 49393