

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIM

13/06/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **17/06/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17/06/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE) (Tüp için)	30	ADET				
2	ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	2.500	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/alt/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE) – TÜP İÇİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler :

- a) Oksijen tüpü başlığı, yüksek basınçtaki oksijen tüplerinden alınan oksijenin ayarlanabilen bir debide (akış oranında) nemlendirilerek hastaya verilmesi amacı ile kullanılacaktır.
- b) Oksijen başlığı imalat hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
- c) Üretici firmanın ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.
- d) Oksijen başlığı üretici firma tarafından kalibre edilmiş olmalı ve kalibrasyon belgesi ürün ile verilmelidir.
- e) Oksijen başlığı TSE ve CE sertifikalı olmalıdır.
- f) Ürünlerin UBB kaydı olmalıdır ve bu belgendirilmelidir.

Teknik Özellikler :

1. Oksijen başlığının gövdesi krom kaplı pirinçten imal edilmiş olmalıdır.
2. Tüp basıncını gösterir manometresi olmalıdır.
3. Nemlendirme şişesi en az 200 ml hacminde olmalıdır.
4. Oksijen başlığının nemlendirme şişesi kırılmalık direnci yüksek polikarbon malzemeden imal edilmiş, şeffaf ve sağlam olmalıdır
5. Oksijen başlığının nemlendirme şişesi 121 °C sıcaklıkta 15 dakika süreyle otoklav cihazına sokularak sterilize edilebilmeli, kesinlikle erimemelidir
6. Oksijen başlığını oksijen tüpüne bağlamak için kullanılan rekor ¾ ' ölçüsünde ve pirinçten imal edilmiş ve nikel kaplanmış olmalıdır. İki adet conta ile birlikte verilmelidir.
7. Oksijen başlığının nemlendirme kavanozu üzerinde maksimum ve minimum su seviyesini gösteren işaretler bulunmalıdır
8. Oksijen başlığı ambalajlı olarak teslim edilmelidir. Bu ambalajlar üzerinde ürün kodu ve seri numaraları ile birlikte firma adres bilgileri yer almalıdır
9. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.
10. Malzemenin, **UBB barkod numarası yazılı faturanın** teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
11. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
12. Fatura içeriği "OKSİJEN TERAPİ CİHAZI (FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI İLE)" şeklinde olacaktır.

Ayşe ÖZDEMİR

T.K.Y.

Şerife ÖZCAN

Biyomedikal Mühendisi

ETİLEN OKSİT KİMYASAL ENTEGRATÖR ŞARTNAMESİ CLASS 5

1. Tüm Etilen oksit sterilatörlerinde kullanım için uygun olmalıdır.
2. Ürün EN ISO 11140-1 standartlarına göre Class 5 normlarına uygun olmalıdır.
3. Biyolojik indikatöre en yakın sonucu vermelidir.
4. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermemelidir.
5. Stripin üzerinde 2 farklı indikatör bölgesi ve referans renk bölgesi, güvenli ve güvenli olmayan renk dönüşümlerini gösteren şema bulunmalıdır
6. İndikatörün arka yüzeyi alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır.
7. İndikatörler üzerinde iki farklı renk mürekkepten basılmış olan değişim bölgeleri bulunmalıdır.
8. İşlem sonrası turuncu nokta sarı renge, kahverengi nokta yeşil renge dönmelidir.
9. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olmalıdır.
10. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
11. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı gözle görülür bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
12. Ürün lot numarası, son kullanma tarihi ve Class 5 ibaresi her indikatörün stripinin üzerinde yer almalıdır.

Sakran Savcı Gökür
İlke