



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU: 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

02/06/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 07/06/2023 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 07/06/2023 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÜÇGEN PRİZMATİK DESTEK YASTIĞI	15	ADET				
2	BACAK ARASI DESTEK YASTIĞI	15	ADET				
3	AŞİL DESTEK YASTIĞI	15	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şehit Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

HASTA POZİSYON SİLİKON YASTIKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Üçgen Prizmatik Destek Yastığı Teknik Özellikleri:

- 1-400x400x300 mm (+/- 50mm) Ölçülerinde prizmatik yapıda olmalıdır.
- 2-Dış kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 3-Çökme yapmayan özel materyalden yapılmış olmalıdır.
- 4-30° ve 50° derece kullanılabilen özellikte olmalıdır.
- 5-Ayak düşmesini engelleyici ve diz altı kullanımına uygun yapıda olmalıdır.

Bacak Arası Destek Yastığı Teknik Özellikleri:

- 1-300x90x300x120 mm(+/-30 mm)olmalıdır.
- 2-Dış kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 3-Çökme yapmayan özel materyalden yapılmış olmalıdır.
- 4-2 farklı kullanım amacına uygun olmalı,bacak arası ayak bileği ve dirsek el bileği olarak kullanılabılır özellikte olmalıdır.
- 5-Sürtünmeyi engelleyici yapıda olmalıdır.

Aşıl Destek Yastığı Teknik Özellikleri:

- 1-240x180x140 mm(+/-30mm) ölçülerinde olmalıdır.
- 2-Dış kılıf ile muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 3-Çökme yapmayan özel materyalden yapılmış olmalıdır.
- 4-Aşıl ve dirsek el bileği olarak kullanılabilen özellikte olmalıdır.
- 5-Sürtünmeyi önleyici yapıda olmalıdır.

Kumaş Özelliği:

- 1-Sıvı Geçirmeyen özellikte olmalıdır.
- 2-Kılıf ürüne uygun yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3-Kılıf fermuarlı olmalıdır.
- 4-Kılıf yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 5-Kılıf dezenfektanlarla temizlenebilir özellikte olmalıdır.