



T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1225

KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMLI

06/06/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmanız tarafından temini mümkün ise **08/06/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
  - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
  - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
  - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
  - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
  - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
  - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
  - 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
  - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08/06/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

<b>ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN</b>	<b>TELEFON : 0 242 746 11 17</b>
	<b>TIBBİ SARF</b>
	<b>DAHİLİ : 1421</b>

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BİPOLAR BAYONET PENSET	15	ADET	0			
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

İletişim:  
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )  
FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## BİPOLAR PENSET ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bipolar penset ergonomik dizayna sahip olmalı, kontrolü dengeli ve konforlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar penset dokuda optimum tahrif gerçekleştirilmelidir.
3. Teklif edilecek bipolar penset Boy, Model ve tip ölçüleri açısından zengin seçeneklere sahip olmalıdır .
4. Teklif edilecek bipolar penset uçları kullanım alanlarına göre düz, bayonet, uçtan açılı modellerini ürün yelpazesinde bulundurmaktadır.
5. Teklif edilecek bipolar penset modelleri içinde değişik boy ve ebatlarda uç özelliği taşımaları ve bu özellik katalog vs. ispatlanmalıdır.
6. Bipolar pensetler ile beraber en az 3 metre uzunluğunda penset ile uyumlu 134 derece buharlı sterilizasyona dayanıklı kablo verilecektir.
7. Teklif edilecek bipolar pensetler ve kabloları kurumumuz bünyesinde bulunan bipolar cihazları ile uyumlu olmalıdır.
8. Teklif edilecek bipolar penset uçları kesinlikle yapışmaz özellikte olmalıdır.
9. Teklif edilecek bipolar penset birçok bipolar cihaz ile birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
10. Teklif edilecek bipolar penset tipleri gümüş alaşım ve sağlam olmalıdır.
11. Teklif edilecek bipolar penset tipleri ısıyı iyi iletmelidir.
12. Teklif edilecek bipolar penset gövdesi elektrik kaçaklarını önleme amaçlı izolasyon malzemesi ile kaplı olmalıdır .
13. Bipolar pensetler ve kabloları 134 derece buharlı sterilizasyona dayanıklı olacaktır.
14. Numuneler talep eden klinikte denendikten sonra nihai karar verilecektir.
15. Teklif edilecek bipolar penset ve tipleri boyut ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 22 CM 2 MM BAYONET
- 24 CM 2 MM BAYONET

A. Sarıcal SATILIN  
Ameliyathane Hemsiri

Atatürk Devlet Hastanesi  
Emine Avcı  
Ameliyathane Sorumlusu