

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

24/06/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **29/06/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerlür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29/06/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	UZATMA LİNE	500	ADET	KR2057			
2	KANAMA DURDURUCU (SURGİCEL) (EMİLEBİLEN SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5*7,5 CM)	120	ADET	OR4490			
3	BATIN KOMPRESİ (PEDİ) X RAYLI 45X45 12 KATLI	2.000	ADET				
4	ENDOSKOPIK AĞIZLIK	100	ADET				
5	KOLONOSKOPİ ŞORTU	300	ADET				
6	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (90 DERECE)	120	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tasdikli Türkçeye çevirilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. Soğuk zincir ve ortam ısısı dışında belli dereceler arasında saklanması zorunlu sarf malzemeler bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir. Bu sarf malzemelerin sağlık tesislerine nakli sırasında soğuk zincirinin kırılıp kırılmadığının kontrolünü sağlayacak şekilde her sarf kutusu üzerinde indikatörlü etiket olmalıdır. Aksi takdirde sarf malzemeler teslim alınmayacak ve sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur.** Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.
11. Ayrıca ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olan barkodları teklif cetvellerinde ya da teklif ekinde olması gerekmektedir. Teknik şartnamede "Ekonomik açıdan en avantajlı ürün değerlendirmesinde gramaj, ml veya adet miktarları dikkate alınacaktır." Hükmü bulunan kalemlerde isteklilerin teklifleriyle beraber teklif ettiği ürüne ait gramaj, ml veya adetlerini belirten yazılı açıklamayı ÜTS çıktısı ile birlikte vereceklerdir.

ARTERİOR LİNE (uzatma line) 800 PSI (M/F)

1. Malzeme pvc den imal edilmiş olmalıdır.
2. Non-toksik ve apirojen yapıda olmalıdır.
3. Şeffaf yapıda olmalıdır.
4. Set en az 140 en fazla 150 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Uzatma hattının her iki yanında dişi veya erkek ve dişi (luer kilit) konnektör bulunmalıdır.
6. Uzatma hattı 6 (altı) bar basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Uzatma hattı steril, ek tek paketlenmiş olmalı ve paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
8. Uzatma hattı üzerinde hattın 800 psi basınca dayanıklı olduğunu gösterir renk bulunmalıdır.
9. Kullanım esnasında kink yapmayacak sertlikte olmalıdır.
10. Ürünün iç çapı 1,5 mm dış çapı 3 mm olmalıdır.

EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU

Bu teknik şartname ile SURGICELL 1903GB ve benzeri emilebilen selüloz kanama durdurucu satın alınacaktır.

Ürünün hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.

Ürünün ortamın PH değerini 3'ün altına düşürerek bakterisidal özelliğe sahip olmalıdır.

Bu bakterisidal etki çalışmaların in vivo ve in vitroda en az 24 çeşit (+) gram pozitif (-) gram negatif bakterilere karşı etkili

olmalıdır.

Tüm tıbbi malzemelerde mutlaka CE belgesi örneği ibraz edilecektir. Ek kalite, üretim, dağıtım standartlarına ait belgeler

istendiği takdirde detay teknik özelliklerde belirtilecektir.

Tüm tıbbi malzemelerde mutlaka kurum bilgi bankası ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün numarası

(barkod) ve brans kodu belirtilmeli, kutuların ve ürünlerin üzerine onaylanmış barkod numarası yazılmalıdır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat dışı unsur olarak kullanılabilecek kalite, teknik değer ve verimlilik gibi faktörler

oransal veya parasal olarak hastane tarafından detay teknik özelliklerde belirtilecektir.

Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık vs. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak

farklılıklar-uygunluk almak koşulu ile kabul edilebilir.

Firmalar, teklif ettikleri ürünün genel adı yanında marka/tip/no/boyut gibi özelliklerini; varsa Emekli Sandığı Protokol kodu

ve fiyatını açık olarak belirtmelidir.

Bütün firmaların, teklifleri ile birlikte her bir ürün türü, ürünün farklı ebatları ve alternatif teklifleri için ayrı şeffaf paketler

içinde enaz bir adet olmak üzere uygun sayıda numuneyi satınalma birimine vermeleri gereklidir. (Teknik ve mali özellikleri

nedeni ile numune verilemeyecek ürünlerde teknik değerlendirme ile ilgili görevlilerin konuyu açıklayan raporu

aranacaktır). Her numune paketi ile birlikte, teklif verilen ürünün planlama kodu (hastanemizce verilecektir) firmanın adı ve

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Stc. No.: Ecz 8764

telefon numarası ek olarak verilmelidir.

Numune deęerlendirmesi; "klinik kullanım uygunluęu" kapsamında yapılacaktır. Numunenin klinik kullanım uygunluęu

hasta ve kullanıcıda oluřturduęu tıbbi komplikasyon, ek malzeme kullanımına gereksinim gsterme, iř akıřlarını

etkileme, malzemeye baęlı iřlem tekrarı gereksinimi, malzemenin tanımlı fonksiyonu karřılaması, iřlem havuzundaki

ilgili dięer malzemeler ile uyumluluk gibi faktrler ynnden deęerlendirilecektir.

Tıbbi malzemenin teslim edileceęi depo detay teknik zellikler iinde hastane tarafından belirtilecektir.

Muayene komisyonunun elindeki numune veya bilgiler ile teslim edilmiř rnlerin farklı zelliklerde rnler olduęu tespit

edildięinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın cezai iřlemler bařlatılacaktır.

Teslim edilecek rn aksi belirtilmedike tek tek orjinal ambalaj iinde, kir/pas/nem iermeyecek řekilde, tařınma ve

depolanma sırasında bozulmayacak zellikte olmalıdır.

Btn tıbbi malzemelerin birim ambalajlarında rnn son kullanma tarihinin bulunması řartı aranacaktır. Malzemelerin

orjinal ambalajı zerinde retim veya son kullanma tarihleri olmadıęında, ihaleyi kazanan firmanın, retici firmadan

rnlerin lot numaralarına karřılık gelen retim veya son kullanma tarihlerinin yapıřkanlı etiketler; rnlerin zerine

yapıřtırılacaktır. Bu iřlemlerin firmaya tebligatın yapıldıęı tarihten sonraki yasal 15 gnlk teslimat sresi ierisinde

tamamlanması gereklidir. iřlemlerin bu sre ierisinde tamamlanmaması halinde Muayene Komisyonu, bu firmanın hibir

rnn teslimat, muayene ve onay iřlemlerini yapmayacaktır. 15 gnlk yasal sre ierisinde gerekli iřlemleri

tamamlamayan firmaların uęrayacaęı yasal gecikme cezalarından firmalar sorumlu olacaktır.

Son kullanma tarihi, alınan malzemenin tketilmesine olanak verecek zaman aralıęında olmalıdır.

Firmalar son kullanma tarihi itibarıyla, ilgili zaman zarfında tketilmeleri/ kullanılmaları olanaksız olarak grlen

malzemeleri, tesliminde veya kullanım srecinde deęiřtirmeyi taahht ederler.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine OZDEN
Aml. Sorumlu Hemřire

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic No.. Ecz 8764

Sterilizasyon şartı özel olarak belirtilmese bile kullanılan malzemenin fonksiyonuna baęlı olarak aranacaktır ve uygunluk

verilirken deęerlendirilecektir. Bu tr malzemelerde ambalajın zerinde sterilizasyon řekli (E.O. , buhar, gama sterilizasyon

gibi) ve steril olduęunu gsterir endikatr bulunmalıdır. Uygulanan sterilizasyon yntemi gereęi endikatr bulunmayan

rnlerde sterilizasyonun uygun řartlarda yapılmıř olduęunun belgelenmesi istenecektir.

Teslim edilmiř malzemelerin kullanımı sırasında, rnn řartname hkmlerini karřılamadıęı veya kullanım zelliklerini

yitirdięi tespit edilen malzemeleri tanzim etmeyi veya 15 gn iinde deęiřtirmeyi taahht edecektir.

rn 5x7 cm ebatlarında olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine DZDEN
Aml. Sorumlu Hemřire

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. Ecz 8764

BATIN KOMPRES 45x45 CM X-RAY ŞERİTLİ 12 KAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-**Batın kompreslerde radyolojik incelemelerde görülebilen her iki yüzünde x-ray ipi içeren şerit olmalıdır.
- 2-**X-Ray şerit en üst katın bir altındaki kata sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır ve görünebilir olmalıdır.
- 3-**X-ray şeritlerin herhangi bir toksik etkisi olmamalıdır.
- 4-**Batın kompresler 45x45cm(+/-2 cm) ebatında ve 12 kat olmalıdır.
- 5-**Batın kompresde kullanılan gazlı bezi TS EN 14079 a uygun olmalıdır.
- 6-**Batın kompres atkı-çözümlü teli sayısı değerleri ;çözümlü teli sayısı cm başına en az 10,atkı teli sayısı başına en az 10 olmalıdır.
- 7-**Batın kompres ,beyaz,temiz ve kokusuz olmalıdır.
- 8-**Batın kompres üzerinde kir,elyaf artıkları,yağ lekesi ,yabancı cisimler,delik,kesik,yırtık ve ek yeri bulunmamalıdır.
- 9-**Batın kompres non-steril olmalıdır.
- 10-**Batın kompres,kenarlarından kesinlikle iplik vermeyecek şekilde bir biye ile kapatılmış olmalı,köşelerden çapraz dikişi olmalı ve kenarlarıda dahil olmak üzere dokuları tahriş etmemelidir,alerjik etkisi olmamalıdır.
- 11-**Yıkandığında dağılmamalı ve tiftiklenmemelidir.
- 12-**Batın kompres için fiyat veren firmalar 2 adet numune verecek ve numune muayene komisyonunun onayından sonra kabulü yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. Ecz 8764

DISPOSABLE ENDOSKOPİK AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik ağızlık tek kullanımlık olmalıdır.
2. Endoskopik ağızlık bantlı ve sabitlenebilir özellikte olmalıdır
3. Ağızlık 38, 48 ve 60 F olmak üzere farklı boyutlarda olmalıdır.
4. Malzeme orjinal ambalajlarında bulunmalı ve ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.

Manisa Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman Muhsin
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı

~~Hammer Bayless Hardware
2000 S. 1st St., Suite 100
Tulsa, OK 74103
Tel: 918.418.995~~

MEDİKAL GAZ PRİZİ (OKSİJEN)TEKNİK ŞARTNAMESİ (120 ADET)

1. Gaz prizi pendantlarda oksijen kullanımına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Üst kapak pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır
3. Prizlerde çekvalf özelliği bulunmalıdır
4. Kapak ve vida hariç pirinç malzemeden indeksleme pimleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
5. Priz takmak için maksimum 100N, sökmek için maksimum 110N güç kullanılmalıdır
6. Gaz prizleri oksijen için kullanılacağından uygun etiketlemeli teslim edilmelidir
7. Gaz prizi BS(British Standards) 5682 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
8. Ürünler EN 737 standardına uygun ve CE belgeli olmalıdır
9. Priz üzerinde CE işaretlemesi markası ve kullanım amacına uygun renk ve O2 kodlamalı olmalıdır
10. Boru dağıtım sistemine yapılan bağlantılar gümüş alaşım kaynaklı ve EN 7396:1 e uygun olmalıdır
11. Gaz prizinin gaza temas eden tüm yüzeyi MS58 kalite pirinçten imal edilmiş olmalıdır
12. Prizler yanmaya ve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır
13. Prizler pnömatik çıkışlı, 90 derece olmalı uygun bağlantı yuvası ve ekipmanları üzerinde olmalıdır
14. Ürünlere ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.