

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

1237

KONU: 1 KALEM YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIMI

24.10.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **30.10.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- ✓ Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- ✓ Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **30.10.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Mali Hız. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KARYOLA ŞİLTESİ/ANTI DEKÜBİT	100	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

YATAK ŞİLTESİ ŞARTNAMESİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1-Yatak hastaya yumuşak ve konforlu bir yatış sağlamalıdır.
- 2-Her türlü karyola hareketine uygun iki katmanlı,üst katmanı visko elastik özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Boy 1.90 cm ,En 90 cm,yükseklik 14 cm ebatlarında olmalıdır.
- 4-İnsan sağlığına uygun olmalı ve hava dolaşımına uygun açık hücreli olmalıdır.
- 5-Yatak kılıfı medikal yatak koruyucu normlarına uygun olmalıdır.
- 6-Yüksek oranda sıvı absorbe edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7-Yatak kılıfı yatak ile uyum sağlamalıdır.
- 8-Yatak kılıfı hava geçiren antibakteriyal antidekübit özellikte olmalıdır.
- 9-Yatak kılıfı gözenekli olup nefes alarak terletmeme özelliğine sahip olmalıdır.
- 10-Kılıf dış yüzeyi kolayca çıkarılabilmesi için uzun kenarına sıvı geçirmeyecek şekilde kapalı bir biçimde fermuarlı olmalıdır.
- 11-Yatak kılıfının rengi (Siyah veya Lacivert) koyu renklerde olmalıdır.

Rezzan KAPLAN
G.Cer. ve Ort.Srv.Sor.Hemş.
Sorm.



Nurcan BAYSAL
Çocuk Srv.Sor.Hemş.



Neriman DEMİR
Doğum Salonu



Hülya CAN
Kbb-Beyin Cer.Serv.Sor.Hemş.

4. 

Tülay YILANCI
Kad.Doğ.Srv.Sor.Hemş.

