



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934 01 - 1290
KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

14.06.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 16.06.2023 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda. Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslimi edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K I K hükümleri uygulanacaktır
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K I K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 16.06.2023 tarihinde saat 12:00 'a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA BEZİ SERME(YATAK KORUYUCULU)	15.000	ADET				
2	BONEWAX(KEMİK MUMU)	100	ADET	OR4510			
3	DİYALİZÖR 1,9 HIGH. FLUX	100	ADET	NF1007			
4	DİYALİZÖR 1,9 LOW FLUX	900	ADET	NF1006			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tasdikli Türkçeye çevrilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. Soğuk zincir ve ortam ısısı dışında belli dereceler arasında saklanması zorunlu sarf malzemeler bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir. Bu sarf malzemelerin sağlık tesislerine nakli sırasında soğuk zincirinin kırılıp kırılmadığının kontrolünü sağlayacak şekilde her sarf kutusu üzerinde indikatörlü etiket olmalıdır. Aksi takdirde sarf malzemeler teslim alınmayacak vede sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur**. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.

KALEM YATAK KORUYUCU ÖRTÜ 60*90CM (UBB'YE TABİ)

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
 - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
 - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
 - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu Örtü 60 cm x 90 cm ($\pm$ 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.
5. En az 10 adet en fazla 30 adetlik paketler halinde olmalıdır.
6. Bez cildi tahriş etmemelidir.
7. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalıdır.
8. Ürün barkodu olmalı ve ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

KEMİK MUMU

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, kemikle ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Malzeme birim ambalajda en az 2,5 gram olmalıdır. 3. 12 veya 24 adetlik kutularda paketlenmiş olmalıdır. 4. Malzeme farmakolojik balmumu esaslı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Kemikten kaynaklanan kanama kontrolü için kullanılan non-absorbable steril kemik mumu doku reaksiyonu yaratmamalı, en fazla dokuda zararlı etki oluşturmayacak minimal reaksiyon kabul edilebilir. 6. Vücut ısısı ile temas ettiğinde sertliğini korumalıdır, dağılmamalıdır, şekillendirilebilir olmalıdır.
Genel Hükümler:	7. Ürün, tekli steril paketlerde olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. Ecz 8764

DİYALİZÖR (SENTETİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Diyalizör membran tam sentetik Lowflux olmalıdır.
- 2.Membran Hollow Fiber yapıda kuru tip olmalıdır.
- 3.Membran ortalama 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 4.Klinik kullarımdaki avantajlar ,hazırlanmasında kolaylıklar ve maliyet azlığı (Trombojenite,heparin ihtiyacı,invivo efektifi,biouyumluluk ve kullanım kolaylığı.)
- 5.Diyalizör yüzey alanı 1,6-2,0m² arasında isteğe bağılı değışen miktarlarda talep edilecek.
- 6.Diyalizörün sterilizasyonu ETO,GAMMA,BUHAR,ELEKTRO-BEAM-BETA olmalıdır.
- 7.Diyalizör biouyumlu niteliğe sahip olmalıdır.
 - a)Protein absorpsiyonu olmamalıdır.
 - b)Kompleman aktivasyonuna yol açmamalıdır.
 - c)Trombosit kaybı 180dak sonra %10'u geçmemesi gerekir.
- 8.Diyalizörün dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 9.Diyalizör steril ambalajda olmalıdır,sterilizasyon türü ve geçerlilik süresi en az 2 (iki)yıl olmalıdır. belirtilmelidir.
- 10.Diyalizörde teknik ve kullanım yönünden ileride herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemeyi uygun malzeme ile değıştirilecektir.

ILKAY UZ
Diy. Sorm. Hemş.



DIYALİZÖR (SENTETİK) HIGH FLUX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Diyalizör membran tam sentetik High flux olmalıdır.
- 2.Membran Hollow Fiber yapıda kuru tip olmalıdır.
- 3.Membran ortalama 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 4.Klinik kullanımdaki avantajlar ,hazırlanmasında kolaylıklar ve maliyet azlığı (Trombojenite,heparin ihtiyacı,invivo efektifi,biouyumluluk ve kullanım kolaylığı.)
- 5.Diyalizör yüzey alanı1.8\ 1,9m² olmalıdır.
- 6.Diyalizörün sterilizasyonu ETO,GAMMA,BUHAR,ELEKTRO-BEAM-BETA olmalıdır.
- 7.Diyalizör biouyumlu niteliğe sahip olmalıdır.
 - a)Protein absorpsiyonu olmamalıdır.
 - b)Kompleman aktivasyonuna yol açmamalıdır.
 - c)Trombosit kaybı 180dak sonra %10'u geçmemesi gerekir.
- 8.Diyalizörün dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 9.Diyalizör steril ambalajda olmalıdır,sterilizasyon türü ve geçerlilik süresi en az 2 (iki)yıl olmalıdır. belirtilmelidir.
- 10.Diyalizörde teknik ve kullanım yönünden ileride herhangi bir problem olduğunda eldeki malzemeyi uygun malzeme ile değiştirilecektir.

ILKAY UZ
Diy.Sorm.Hemş.

