



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1311
KONU: 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMIMI

19/06/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **22/06/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- **Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22/06/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BUHAR STERİLİZASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1	100.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ KİMYASAL İNDİKATÖRLÜ SINIF 1 WSS90

- 1-Etiket en az üç satırlı olmalıdır, birinci satırda personel no, cihaz no, çevrim no, ikinci satırda işlem tarihi, üçüncü satırda son kullanma tarihi yazılabilmelidir.
- 2-Dökümantasyona uygun ve çift yapışkanlı olmalıdır.
- 3-Yapışkanlık özelliği iyi olmalıdır ve kolayca yapıştırılabilmelidir ve yapıştığı yerden kolayca düşmemelidir.
- 4-Sterilizasyon işleminden sonra leke ve atık bırakmamalıdır.
- 5-Buhar indikatörü sterilizasyon işlemi sonrası renk değiştirmelidir.
- 6-Etiketin üzerindeki indikatör EN ISO 11140-1 Class 1 standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk akredite bir kuruluştan alınmış olan test raporu ile belgelendirilmelidir.
- 7-Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıda kaydırma ve tutukluluk yapmamalıdır.
- 8-Ürün orijinal ambalajında olmalı, bir ruloda en az 600 etiket olmalı ve kaç adet etiket olduğu teklif cetvelinde belirtilmelidir
- 9.Talepte bulunan hastaneye (setler, tekstil ve paketlenme malzemeleri için) etikete uyumlu **3'er** adet dökümantasyon etiket tabancası firma tarafından teslim edilmelidir.Arıza durumunda firma etiket tabancasını değiştirmelidir.
- 10-Etiketler normal oda şartlarında (15-30 C 0, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
- 11-Raf ömrü depo teslim tarihinden en az 24 ay miadlı olmalıdır.
- 12-Ürün, üretim ve işçilik hatalarına karşı firma garantisinde olmalı ve teknik özelliği uygun olmayan malzemenin firma tarafından ücretsiz olarak değiştirileceği ya da geri alınacağı taahhüt edilmelidir.
- 13-En az 6 adet yedek yazıcı kartuşu vermelidir.
- 14-Teklif veren firma 1 adet numune göndermelidir.ünite tarafından numune değerlendirmesi yapıldıktan sonra ürün kabulü yapılacaktır.