

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAVİ: : 98177073 / 934.01 - 1335
KONU: 13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

18.11.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **20.11.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20.11.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yalçın YILMAK
İdari Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA BEZİ SERME(YATAK KORUYUCU)	4.000	ADET				
2	AĞIZ BAKIM SETİ	200	ADET	OR2120			
3	PROLEN MECH 15X15	50	ADET	OR3960			
4	SPEKÜLÜM,KADIN DOĞUM-MEDİUM TEK KULLANIMLIK	400	ADET				
5	SOLUNUM EGZERSİZİ CİHAZI(SPIROMETRE)	20	ADET	OR2710			
6	BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ	20	ADET	OR2460			
7	ASPIRASYON SONDASI NO:14 YEŞİL	10.000	ADET	OR1370			
8	MUKUS TOPLAMA KABI 20 ML	100	ADET				
9	ENJEKTÖR TURUNCU AŞI İÇİN	3.000	ADET				
10	FOTOTERAPİ GÖZ BANDI MEDİUM	50	ADET				
11	LAPOROSKOPİK KLİPS ATICI DİSPOSABLE	30	ADET	OR2970			
12	THORAX GÖĞÜS ŞİŞESİ TEKLİ 2000CC	20	ADET	GHC1630			
13	COBAN BANDI	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMİ GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben **en geç 10 gün içerisinde** ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.



KLİP ATICI LAPAROSKOPİK – ÇOK ATIMLI –(ŞAFT ÇAPI 10 MM. KLİP BOYUTU BÜYÜK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet büyük boy titanium klip ile ligasyon işlemi yapmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
5. Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 3.5 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 10.5 mm olmalıdır.
6. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının shaft çapı 10mm olmalıdır, 10'luk trocardan geçebilmelidir veya 10'luk trokardan geçmeyen klipler için her klip için uygun trocar verilmelidir.
8. Endoskopik klip atıcının shaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcının shaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
10. Endoskopik klip atıcısı tek bir hamle ile ligasyonu tamamlayan otomatik ya da yarı otomatik klip yükleme/atma mekanizmasına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Latex madde içermemelidir.
13. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
14. Numune değerlendirmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Reyhan GÜL, LOBLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 63754-00411

Dr. Beşir Şimşek

COBAN BANDAJ ŞARTNAMESİ

- 1.Kendi kendine yapışan elastik bandaj olmalıdır
- 2.Saç yapışmaması nedeniyle baş ve tüylü bölgelerde kullanımı ideal olmalıdır.
- 3.Tek kullanımlık olmalıdır.
- 4.Tutturmak için klipse gerek yoktur.
- 5.Sardıktan sonra gevşeme yapmamalıdır.
- 6.İncinme, burkulma, ödem kontrolü ve tespit etmek amacıyla kullanılabilmelidir.
- 7.10 cm x 4,5 m olmalıdır.
- 8.Hafif ve hava geçirgen olmalıdır.
- 9.Cildin hava almasına izin vermelidir.
- 10.Makasa gerek olmadan elle kolayca yırtılmalıdır.
- 11.su geçirmez ,ter ve su ile gevşememelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi.
Op.Dr.Hakan AK
Dip. Tab. No: 103354
Üroloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Feyziye K. K. 10.11.2015
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Test No: 63756/200815

1. KALEM YATAK KORUYUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
- a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
- b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
- c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu Örtü 60 cm x 90 cm (± 5 cm) ebatlarında olmalıdır.
3. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
4. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.
5. En az 10 adet en fazla 30 adetlik paketler halinde olmalıdır.
6. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
7. Bez cildi tahriş etmemelidir.
8. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalıdır.

2. KALEM AĞIZ BAKIM SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Her sette 5 Adet aspirasyon özelliği olan ve 1 adet de diş fırçası olmak üzere 6 adet swab olacaktır.
2. Her Sette Lactoperoxidase Lysozyme, Lactoferrin ve glucose oxidase (antibakteriyel enzim-protein) içeren 1Adet 15(± 5) ml lik Ağız Bakım solüsyonu bulunacaktır.
3. Her Sette Lactoperoxidase Lysozyme, Lactoferrin ve glucose oxidase (antibakteriyel enzim-protein) içeren 1Adet 3(± 2)gr Oralbalance jel bulunacaktır
4. Her Sette 1 adet ölçekli solüsyon kabı olacaktır.
5. Aspirasyonlu Swab hastanemizdeki aspirasyon sistemi ile uyumlu olmalı, sünger olan kısımları kesinlikle çıkmamalı ve parçalanmamalıdır.
6. Ağız içi sekresyon ve kalıntıları aspire edebilmeli ve tıkanmamalıdır.
7. Uç kısmı ağız içerisine zarar vermeyecek yapıda ve aspirasyon deliği olmalıdır.
8. Ağız anatomisine uygun yapıda eğimli dizaynedilmiş olmalıdır.
9. Swap üzerinde aspirasyon kontrolü sağlayan hattı olmalıdır.
10. Aspirasyon kontrolü parmak hareketi ile kolayca yapılabilmesi ve kullanıcıyı eli ile kontamine olmamalıdır.
11. Ağız Bakım Solüsyonu ve OralBalance jeli ağız içinde oluşan mukozit, ülser ve mantarların sebebiyet verdiği enfeksiyonları engellemeli ve tedavi etmelidir
12. Ürünün içeriğinde % 0,12 -% 1 klorheksidin glukonat bulunmalıdır.
13. Ürünün biosidal ürün ruhsatı olmalıdır.
14. Ağız içi ve ağız boşluğu temizliğinde kullanım endikasyonu olmalıdır.
15. Hasta için hipoallerjik olmalı, toksik etkisi olmamalı, sulandırmadan kullanıma uygun olmalıdır.
16. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. Bu süre içinde kullanılmayan ağız bakım seti son kullanma tarihine üç ay kala kullanıcı firma tarafından yeni tarihli ağız bakım seti ile değiştirilmelidir

4. KALEM VAJİNAL SPEKÜLÜM (DISPOSIBLE) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Spekulümların imalatında kullanılan hammadde medical grade olmalı ve spekulum, kullanıcının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Spekulümlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Kilit sisteminin dili yumuşak malzemeden üretilmiş ve kıvrılabilen özellikte olmalıdır.
3. Spekulümların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir. Bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını kolaylaştırmalıdır. Kilit sistemi vidalı olmamalıdır.
5. Yüzey üzerinde herhangi bir iz veya çapak olmamalıdır. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek olmalıdır.
6. Küçük, orta veya büyük olmak üzere üç boyu olmalıdır. Hastanenin ihtiyacına göre teslim edilmelidir. Boylar, birbirinden mandallarındaki renk kodlarıyla ayrılabilirler. Her üç boyda aynı marka olmalıdır.
7. Spekulum alt parçasında kan akışını, materyalin toplanmasını ve kontrol edilebilmesini sağlayan oluğu olmalıdır.
8. Spekulumun blade (kaşık) boyu 11 cm ve handle (tutma yeri) boyu 9 cm olmalıdır.
9. Görüş mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır.
10. Setler tek tek poşetlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır.

5. KALEM SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (SPIROMETRE)

1. 3 adet sütun içerisine yerleşmiş toptan oluşmalı.
2. Hem üfleterek hem de nefes alma ile toptan hareket ettirilebilmeli
3. Hasta ağzına uyumlu hortumu olmalı

6. Kalem Transducer Set (Basınç İzleme Tekli) Teknik Şartnamesi

1. Hastanemizdeki invaziv basınç kanalı olan monitörlerde kullanılmak üzere basınç monitarizasyonu için komple monitarizasyon sistemidir.
2. Set, kendinden yıkama sistemli bir disposable transducer , 1 adet bağımsız yıkama ünitesi ve üçlü musluklar ve 1 basınç hattından oluşur.
3. Tüm muslukların üzerinde sıvı akış yönlerini gösteren işaretler olmalı ayrıca musluğun kapalı yönü bir yazı ile belirtilmelidir.
4. Transducer serum hattından beslenecektir. Serum bağlantısı için bir makrodrip hazne olmalı, makrodrip hazne ile transducer'in bağlantı konektörü arası en az 120 cm olmalıdır.
5. Damlama haznesinden sonra akışı kontrol etmeye veya kapamaya yarayan bir roller klemp ve transducerlere giden hat üzerinde akış kapamaya yarayan bir slide klemp olmalıdır.
6. Transducerden basınç kablosuna uzanan hat 30 cm den kısa olmamalıdır.
7. Transducer üzerindeki flush sistemi, yan port ve 3 yollu musluk; sızıntı ve bağlantı gevşemelerini önlemek amaçlı tek parça olmalıdır.
8. Yıkama sistemi, hem çekmeli lastik (intraflo), hemde sıkmalı (squeeze) olmalıdır.
9. Sıkmalı sistem, kullanıcıya akışı yavaştan tam açığa kadar kontrol etme imkanı verecek dizaynda olmalıdır.
10. Transducerlerin basınç kablosuna bağlanan konektörleri üzerinde dışardan gelebilecek olası konektör ıslanmalarından korumak için muhafazası olmalı ve basınç kablosu dışardan boşluk bırakmayacak şekilde kavramalıdır.

11. Baęlantı hattı: Transducer 1 adet kırmızı çizgili basınç izleme hattı (120 cm den kısa olmamalıdır) ayrıca 2 adet 3 yollu musluk içermelidir. Musluk ve kapaklar kırmızı renkli olmalıdır ve line şeffaf olup , hat tipi line üzerinde yazı ile belirtilmiş olmalıdır.
12. Baęlantı hattında en az 30 cm'lik bir uzatma line bulunmalıdır.
13. Basınç hatları kink-rezistan, luer-lock uygulamalı, çok iyi frekans cevabı veren PVC olmalıdır.
14. Set hastaya baęlandığında devamlı olarak 3 ml/saat hızda istenildiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
15. Serum seti içinde filtre bulunmalıdır.
16. Çalışma basıncı aralıęı -30 ile +300 mmHg ve yüksek basınç limitleri -400 ile 5000mmHg arasında olmalıdır.
17. Hastanemizde kullanılan mevcut olan monitörlere uygun, mönitör sayısı kadar kablo, kullanım süresince verilmelidir.
18. Transducer setlerine uygun tutucu (holder) 10 adet ve Sehpa (DPT Organazier Çiftli) 10 adet setlerin kullanım süresince vermelidir.
19. Transducer setlerinde kullanılmak üzere ücretsiz hastanemize vermek üzere 7 adet 1000ml'lik basınç gösterge saatli Reusable manşon verilmelidir.

7. KALEM ASPIRASYON SONDASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Latex Free olmalıdır.
2. Aspirasyon kateteri giriş kolaylığı açısından özel bir yüzeye sahip olmalıdır.
3. Aspirasyon kateteri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri travma oluşturmaz yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon kateterinde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.
6. Aspirasyon kateteri renk kodlu funnel konnektöre sahip olmalıdır.
7. Konnektör kısmının renk kodu olmalıdır.
8. Teker teker steril paketlerde olacaktır.En fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır.
9. Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olacaktır.
10. Şeffaf olacaktır.
11. Harici her türlü konnektöre uygun uç yapısı bulunmalıdır.
12. Boyları en az 50 en fazla 55 cm olmalı ± 2 cm.olabilir.
13. Uçları açık olacaktır ve ayrıca yan delikleri olacaktır ve yuvarlatılmış olmalıdır.
14. Sondalar oral nazal kullanıma uygun olmalıdır.
15. Tahriş yapmamalıdır.

9. KALEM AŞI ENJEKTÖRÜ 2 ML. TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Steril, plastik contalı olmalıdır.
2. İğne birleşim yeri sıvı kaçırmamalıdır.
3. İğne takılan uç kısmı enjektörün tam merkezinde olmalıdır.
4. Non toksik aprotjen olmalıdır.
5. Pistonu kolay çıkmamalıdır.
6. İğne rengi turuncu ve 0,50x24 mm. olmalıdır.
7. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
8. Birim ambalaj üzerinde ve kutu üzerinde; yapılan sterilizasyonun tanımı, yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, lot numarası, paket içeriğinin tanımı yapılmış ve kolay açılabilir durumda olmalıdır.



子