

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI (YAKLAŞIK MALİYET)

27/07/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **29/07/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29/07/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/ MAL ALIMI HARİÇ)(VENTİLATOR CİHAZLARI)	68	BAKIM				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ 09.09.2022 - 09.09.2023 (12 AY) TARİHLERİ ARASI PERİYODİK BAKIM ONARIM YAPILACAK CİHAZ LİSTESİ										BAKIM TARİHLERİ							
	TIBBİ CİHAZ ADI	MARKA	MODEL	SERİ	KÜNYE	YILI	Periyod ay	BULUNDUĞU BİRİM	BAKIM SAYISI	EKİM 2022	OCAK 2023	NİSAN 2023	TEMMUZ 2023				
1	VENTİLATÖR CİHAZI	WEINMANN	MEDUMAT	8860	1015612533	2012	3	AMBULANS	4	1	1	1	1				
2	VENTİLATÖR CİHAZI	SLE	2000	FL2-0784	1009819427	2011	3	YENİDOĞAN	4	1	1	1	1				
3	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BET05600	1008502647	2014	3	ACİL	4	1	1	1	1				
4	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BET02112	1008250558	2014	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
5	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BET02060	1008250560	2014	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
6	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BET05512	1008502646	2014	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
7	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01821	1011443551	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
8	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01843	1011443552	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
9	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01860	1011443553	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
10	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01867	1011443554	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
11	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01869	1011443555	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
12	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01874	1011443556	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
13	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01875	1011443557	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
14	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	VELA	BGT01888	1011443558	2016	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
15	VENTİLATÖR CİHAZI	CAREFUSION	AVEA 16370	AGV02547	1008220898	2007	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
16	VENTİLATÖR CİHAZI TRANSPORT	SIEM	2001MA-EL	809340048	1009860683	2007	3	YOĞUNBAKIM	4	1	1	1	1				
17	VENTİLATÖR CİHAZI (TRANSPORT KÜVÖZ)	BIOMED	CROSSVENT2+	34520900	1009820455	2009	3	S.D.L.	4	1	1	1	1				
TOPLAM BAKIM SAYISI									68								

Melek ARSLAN BIYIK
Yenidoğan Sor.

Ayşe Gül KARA
Acil Sor.

Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğunbakım Sor.

Ümmügülsüm GÜRER
SDL Sor.

Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ VENTİLATÖR CİHAZLARI

PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VENTİLATÖR CİHAZLARI (VELA-AVEA-SIEM-BIOMED- WEINMANN-SLE MARKA)

1. KONU

Manavgat Devlet Hastanesinde bulunan 17 adet Ventilator Cihazının yedek parça hariç, oksijen sensörü dahil üç ayda bir Periyodik Bakım Onarım Hizmeti alımıdır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- Periyodik bakımlar hafta içi mesai saatleri içinde ve üç ayda bir hizmeti aksatmayacak şekilde birim sorumluları ile koordineli olarak yapılacaktır.
- Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve tesise doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici sorumludur
- Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
- Periyodik bakıma ve mesai saatleri içinde arızaya gelindiği zaman klinik mühendislik birimine bilgi verilecek , cihaza bakılacak birime biyomedikal teknikeri hastane personeli ile gidilecektir. Teknik servis formlarında yüklenici firma personeli ile birlikte hastane personelinin de imzası bulunacaktır.
- Periyodik bakımlara ve arızalara ilişkin teknik servis formu düzenlenecektir. Bir nüshası Klinik Mühendislik birimine bir nüshası fatura ile birlikte idareye verilecektir. **Teknik servis formlarında cihaz künye numaraları mutlaka yazılacaktır.**
- İdare tek taraflı olarak bakım anlaşması yapılan cihazlardan bir veya bir kaçının bakım sözleşmesini iptal etme ve ücret ödememe hakkına sahiptir. Sözleşmenin geri kalan süresi içerisinde bakım yapılan cihaz sayısı ve yapılan bakım adedince ücretlendirmeye devam edilir.**
- Yüklenici firma bakımı yapacak personelin bu alanda deneyimli ve eğitimli olduğunu gösterir belgeleri fiyat teklifleri ile birlikte verecektir.

3. ARIZAYA MÜDAHALE

- Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla 24 saat ulaşılabilir sabit ve/veya mobil telefon bilgilerini İdareye bildirir.
- Arızaya müdahaleler mesai saati gözetmeksizin hafta içi, hafta sonu ve resmi – idari tüm tatil günlerini kapsar. Bu sebeple yüklenici firma idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.
- Arızaya müdahaleler en geç 12 (oniki) saat içinde yapılmalıdır.
- Yüklenici tarafından bildirilen arızalı parçalar, miadı kullanım süresi dolan yedek parçalar (oksijen sensörü hariç) idare (hastane) tarafından temin edilecek; firma tarafından ücretsiz olarak takılacaktır. Değişimi yapılan parçalar hastaneye iade edilecektir.
- Arızalara müdahaleler yerinde yapılacak, **yerinde giderilemeyen arızalarda cihaz firma tarafından götürülecektir (hastane tarafından cihaz kargo edilmeyecektir).** Yenisi ile değişimi talep edilecek parçanın bozuk olanı ve servis formu hastaneye gönderilerek istenecektir.

Melek ARSLAN BIYIK

Ayşe Gül KARA

Ümmü ZEYBEKOĞLU

Ümmügülşüm GÜRER

Şerife ÖZCAN

4. SERVİS HİZMETLERİ

Periyodik bakımda kontroller aşağıdaki şekilde yapılacaktır

- Açılış testi ve kontrolü yapılır
- Cihazların tarih ve saat ayarları kontrolü yapılır, çalışma saati servis formuna yazılır.
- Cihazların batarya test ve kontrolleri yapılır
- Kaçak test ve kontrolleri yapılır
- Kalibrasyonlar yapılır
- Alarm kontrolü ile alarm ve error log kontrolleri yapılır
- Exhalation valf kontrolü ve temizliği yapılır
- Cihazların tüm filtre kontrolleri ve temizlikleri yapılır
- Cihazların tüm O2, flow vb. sensör testleri yapılır
- Hasta solunum sistemi bakımı yapılır
- Regülatör, valf, körük vb. kontrolleri yapılır
- Genel test ve kontroller yapılır.

- Cihazlar için hastanemiz tarafından temin edilen bakım kiti de yüklenici firma tarafından uygulanacaktır.
- Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı , onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur.Bu durumlarda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
- Bakım onarım yapılan cihazlara sözleşme süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen durdurmak suretiyle hizmeti engelleyen durumlar downtime olarak kabul edilecektir. %95 uptimenin alta düşürüldüğü her bir iş günü için bire üç oranında bakım süresi uzatılacaktır. Uzatılan bu süre toplamda üç ay ile sınırlı olacaktır.
- Teklif verilen cihazlara ait TSE'den alınmış TS 13703 veya TS 12426 standartlarını içeren Hizmet Yeterlilik Belge'si bulunmalıdır. Bu belge teklif ile birlikte verilmelidir.
- Teklif verilen cihazlarla ilgili eğitim sertifikaları olmalıdır. Bu belgeler teklif ile verilmelidir.
- Firma tarafından düzenlenecek bakım faturalarında ve servis formlarında cihaz künye numaraları yazılı olacaktır.

Melek ARSLAN BIYIK

Yenidoğan Yoğ.Bakım Sorumlusu

Ayşe Gül KARA

Acil Servis Sorumlusu

Ümmü ZEYBEKOĞLU

Yoğun Bakım Sorumlusu

Ümmügülsüm GÜRER

S.D.L.Sorumlusu

Şerife ÖZCAN

Biyomedikal Mühendisi