



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1377

KONU: 9 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

4.07.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **4.07.2023** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız** **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **4.07.2023** tarihinde saat **16:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : A DEV

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	VOLAR PLAK	1	ADET	TV1450			
2	3,5 KİLİTLİ VİDA	15	ADET	TV1170			
3	3,5 KORTİKAL VİDA	10	ADET	TV1030			
4	2,4 KİLİTLİ VİDA	10	ADET	TV1150			
5	2,4 KİLİTSİZ VİDA	10	ADET	TV1010			
6	ÖNKOL PLAĞI	1	ADET	TV1490			
7	TÜBÜLER PLAK	1	ADET	TV1610			
8	KİLİTLİ SPONGİOZ	5	ADET	TV1210			
9	KİLİTSİZ SPONGİOZ	5	ADET	TV1130			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KİLİTLİ RADIUS ALT UÇ PLAKLARI:

***RADIUS VOLAR PLAĞI**

*Plak ve vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- * Ürün, distal radius kırıklarının volar yaklaşımla fiksasyonunda kullanılmak üzere anatomik yapıda sağ ve sol olarak tasarlanmış olmalıdır.
- * Plak ve kilitli vida uygulamasında düşük profil olmalıdır.
- * Plakların baş kısmı 10, gövdesi 3, 4, 5, 7 ve 9 delikli olmalıdır. Baş kısmındaki deliklerin iki tanesi radial stiloide vida göndermeye imkan sağlayacak açıda olmalıdır. Plağı kemiğe sabitlemek için K-teli delikleri olmalıdır.
- * Ürünün distal vidaları sabit açılı olarak gönderilebilmeli ve bu özellik için üzerinden vida yollamaya uygun bir kılavuzu olmalıdır. Bütün distal vidalar kilitlenebilmelidir.
- * Sistemin distal bölgede kullanımı için 2.3mm kilitli vidaları ve yivsiz pinleri, şaft ve proksimal kısmın kullanımı için de 2.7 ve 3.5mm kilitli-kilitsiz vidaları olmalıdır.
- * Bütün vidalar self-tapping uçlu ve aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

*2.3mm kilitli kortikal yıldız başlı (6-50mm boylarda-2şer aralıklı),

*2.7 mm kilitli yıldız başlı kortikal (12-40 mm boylarda ikişer mm aralıklı)

*2.7 kilitsiz altıgen başlı kortikal (12-40 mm boylarda ikişer mm aralıklı)

*3.5 mm kilitli yıldız başlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*3.5 mm kilitsiz altıgen başlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitli yıldız başlı spongios (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitsiz altıgen başlı spongios (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

- * Çakma setinde kilitli vidaları plağa sabitlemek için uygun kılavuzlar ve torklu tornavida seçenekleri olmalıdır.

*Ø2.3 ve 2.7mm kilitli kortikal vidalar için 0.8Nm torklu tornavida,

*Ø3.5 ve 4,0 mm kilitli vida için 1.5Nm torklu ve yıldız başlı vidalar için Torklu ve torksuz yıldız uçlu tornavida kullanılabilir.

- * Plak şaft kısmında kolay pozisyonlandırılmayı sağlayacak şekilde tasarlanmış vida deliği olmalıdır.
- * Çakma setinde kilitli ve kilitsiz vida gömleğinden uygun drill ile vida boy ölçümü yapılabilir.
- * Çakma setinde kırık redüksiyonunu sağlamak ve kemiği sabitlemek için cerrahi yardımcı el aletlerinin olması gerekmektedir.

VOLAR PLAK	TV1450	1 ADET
2,4 KİLİTLİ VİDA	TV1150	15 ADET
2,4 KORİKAL VİDA	TV1010	10 ADET
3,5 KİLİTLİ VİDA	TV1170	15 ADET
3,5 KORTİKAL VİDA	TV1030	10 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr.Mehmet ÖZGÖRGEN
Dip.Tes.No: 81447
Ortopedi ve Trav.Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Halil YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr.Dr.Halil YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No: 136861

ULNA VE RADIUS SHAFT PLAĞI- ÖNKOL PLAĞI (3,5 mm SMALL KİLİTLİ LC DCP PLAK) :

- * Plak ve vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- * Plaklar 4-12 delik arası birer delik artacak şekilde olmalıdır.
- * Plakların kalınlığı $2,8 \pm 0,2$ mm ve genişliği $10 \pm 1,0$ mm olmalıdır.
- * Plaklar dinamik kompresyon yapmaya müsait DCP delikli olmalıdır. Plak alt kısmının kemiğe sınırlı temas etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- * Vida delik yapısı hem dinamik kompresyona izin vermeli hem de kilitli vida ile kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- * Bütün vidalar self-tapping uçlu ve aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

*2.7 mm kilitli yıldız başlı kortikal (12-40 mm boylarda ikişer mm aralıklı)

*2.7 kilitsiz altıgen başlı kortikal (12-40 mm boylarda ikişer mm aralıklı)

*3.5 mm kilitli yıldız başlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*3.5 mm kilitsiz altıgen başlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitli yıldız başlı spongiöz (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitsiz altıgen başlı spongiöz (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

- * Çakma setinde kilitli vidaları plağa sabitlemek için uygun kılavuzlar ve torklu tornavida seçenekleri olmalıdır.

*Ø2.7mm kilitli kortikal vidalar için 0.8Nm torklu tornavida,

*Ø3.5 ve 4,0 mm kilitli vida için 1.5Nm torklu ve yıldız başlı vidalar için Torklu ve torksuz yıldız uçlu tornavida kullanılabilirdir.

- * Çakma setinde kilitli ve kilitsiz vida gömleğinden uygun drill ile vida boy ölçümü yapılabilirdir.
- * Çakma setinde kırık redüksiyonunu sağlamak ve kemiği sabitlemek için cerrahi yardımcı el aletlerinin olması gerekmektedir.

SUT KODU: TV1490

KİLİTLİ VİDA TV1170

KİLİTSİZ VİDA TV1030

MANİFAT DEVLET HASTANESİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op.Dr. Ali Vahit KAYA
Dip.Tes.No: 147245/121619

ManiFat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 136861

ManiFat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mustafa ÖZGEN
Dip.Tes.No: 81-17
Ortopedi ve Travmatoloji

1/3 T B LER PLAK

- * Plak ve vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemeden imal edilmiř olmalıdır.
- * Plakların alt y zeyi t b ler yapıda ve d ř k temas  zellikte olmalı ve bu sayede kemik-plak temas saęlamlıęı en iyi řekilde saęlanırken, b k lmeye karřı direnci artırılmıř ve periost basısı da azaltılmıř olmalıdır.
- * Plaklar 4-12 delik arası birer delik artacak řekilde olmalıdır.
- * Plakların kalınlıęı $2.7 \pm 0,5$ mm ve geniřlięi $9 \pm 1,0$ mm olmalıdır.
- * Vida delik yapısı hem dinamik kompresyona izin vermeli hem de kilitli vida ile kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- * B t n vidalar self-tapping uęlu ve ařaęıdaki  zelliklerde olmalıdır:

*2.7 mm kilitli yildız bařlı kortikal (12-40 mm boylarda ikiřer mm aralıklı)

*2.7 kilitsiz altıgen bařlı kortikal (12-40 mm boylarda ikiřer mm aralıklı)

*3.5 mm kilitli yildız bařlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*3.5 mm kilitsiz altıgen bařlı kortikal (12-80 mm boylarda; 12-40 mm arası 2 mm aralıklı, 40-80 arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitli yildız bařlı spongioz (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

*4 mm kilitsiz altıgen bařlı spongioz (10-100 mm boylarda; 10-30 mm arası 2 mm aralıklı, 30-100 mm arası 5 mm aralıklı)

- *  akma setinde kilitli vidaları plaęa sabitlemek i in uygun kılavuzlar ve torklu tornavida se enekleri olmalıdır.

* 2.7mm kilitli kortikal vidalar i in 0.8Nm torklu tornavida,

* 3.5 ve 4,0 mm kilitli vida i in 1.5Nm torklu ve yildız bařlı vidalar i in Torklu ve torksuz yildız uęlu tornavida kullanılabilmelidir.

- *  akma setinde kilitli ve kilitsiz vida g mleęinden uygun drill ile vida boy  l m  yapılabilmelidir.
- *  akma setinde kırık red ksiyonunu saęlamak ve kemięi sabitlemek i in cerrahi yardımcı el aletlerinin olması gerekmektedir.

T�B�LER PLAK	TV1610 1 ADET
3,5 KİLİTLİ VİDA	TV1170 10 ADET
3,5 KORTİKAL VİDA	TV1030 5 ADET
KİLİTLİ SPONGİOZ	TV1210 5 ADET
KİLİTSİZ SPONGİOZ	TV1130 5 ADET
MİNİ KİLİTLİ VİDA	TV1150 10 ADET
MİNİ KORTİKAL VİDA	TV1010 5 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr.Mehmet ZG RGEN
Dip.Tes.No: 81447
Ortopedi ve Trav.Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Op.Dr. Ali NOKTAN KAYA
Dip.Tes.No: 47245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Halil YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip.Tes.No:130