

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -138
KONU: 14 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIMI

10/02/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **11/02/2021** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **11/02/2021** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,
m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Baran KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM	1	ADET				
2	ACETABULAR CUP	1	ADET				
3	FEMORAL STEM ÇİMENTOLU	1	ADET				
4	ASETABULAR LİNER POLİETİLEN	1	ADET				
5	ASETABULAR LİNER AÇILI, AÇISIZ	1	ADET				
6	PRİMER FEMORAL BAŞ 28 MM TİTANYUM	1	ADET				
7	FEMORAL BAŞ 28 MM SERAMİK	1	ADET				
8	FEMORAL BAŞ 32 MM TİTANYUM	1	ADET				
9	FEMORAL BAŞ 32 MM SERAMİK	1	ADET				
10	FEMORAL BAŞ 36 MM ÜZERİ TİTANYUM	1	ADET				
11	FEMORAL BAŞ 36 MM ÜZERİ SERAMİK	1	ADET				
12	ASETABULAR LİNER DELTA SERAMİK	1	ADET				
13	ASETABULAR VİDA TÛM BOYLAR	3	ADET				
14	FEMORAL BAŞ 22 MM TİTANYUM	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

- * Kullanılacak protezin tüm parçaları TITUBB'ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- * Acetabular cuplar, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Acetabular cup çapları 40mm' den 70mm' ye kadar olmalı; 40, 42, 44, 46, 68, 70mm cuplar multi holed (çok delikli) olmalıdır.
- * Acetabular cup'larda enaz 3 vida deliği bulunmalıdır. 2 farklı çapta (4,5 - 6,5 mm), ve farklı boylarda (15, 20, 25, 30, 40, 50mm) vida bulunmalıdır.
- * Acetabular Insertler, standart, 10 ve 20 derece açılı olmalıdır.
- * Femoral head' ler enaz 5 ayrı boyda olmalıdır, eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Acetabular cup' larda Insert ile fiksasyonun sağlanabilmesi için sekmanlı kilit istemi olmalı, gereken durumlarda Cup ile Insert birbirinden enstrüman yardımı ile ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kemiğe temas eden tüm metal komponentler Titanyum alaşım olmalıdır. Acetabular Insert polietilen UHMWPE olmalıdır.
- * Polietilen tercihen inert ortamda(Oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) Gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
- * Femoral stemlerin boyun açısı 135 derece ve boyun konikliği 12 - 14 cone olmalıdır.
- * 5 boy femoral head olmalı ve eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Femoral stemlerin 1/3 proksimal kısmı, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin tapered özelliği bulunmalıdır.
- * Biyolojik tutunmayı sağlayacak olan biyolojik aktif kaplama HA/TPC, yaklaşık %65 Calsiyum hidroxyapatit ve %35 trikalsiyum fosfat olmalıdır. Materyal yaklaşık %50 kristalin olmalıdır.
- * Paket üzerinde üretim tarihi,sterilizasyon şekli,seri numarası ve miadı olmalıdır.Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
- * Protezin FDA onayı (satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır.
- * Femoral stemler parlak yüzeyli "polished" kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin proksimal ve distal centralizer' ları bulunmalıdır.
- * Proksimal ve distal centralizerlar kullanılan stemlere birebir uyumlu olmalıdır.
- * Sistemde 5 ayrı boyda plug bulunmalıdır.
- * Femoral stemler Co Cr Molibdenyum alaşımlı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Yusuf Güran GÜRSOY
Dip.İes.No: 110293
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Yusuf Güran GÜRSOY
Dip.İes.No: 110293
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip.İes.No: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

ÇİMENTOSUZ ACETABULUM VİDALI TOTAL KALÇA PROTEZİ

- * Kullanılacak protezin tüm parçaları TİTUBB'ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- * Acetabular cuplar, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Acetabular cup çapları 40mm' den 70mm' ye kadar olmalı; 40, 42, 44, 46, 68, 70mm cuplar multi holed (çok delikli) olmalıdır.
- * Acetabular cup'larda enaz 3 vida deliği bulunmalıdır. 2 farklı çapta (4,5 – 6,5 mm), ve farklı boylarda (15, 20, 25, 30, 40, 50mm) vida bulunmalıdır.
- * Acetabular Insertler, standart, 10 ve 20 derece açılı olmalıdır.
- * Femoral head' ler enaz 5 ayrı boyda olmalıdır, eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Acetabular cup' larda Insert ile fiksasyonun sağlanabilmesi için sekmanlı kilit istemi olmalı, gereken durumlarda Cup ile Insert birbirinden enstrüman yardımı ile ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kemiğe temas eden tüm metal komponentler Titanyum alaşım olmalıdır. Acetabular Insert polietilen UHMWPE olmalıdır.
- * Polietilen tercihen inert ortamda(Oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) Gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
- * Femoral stem üçboyutlu olarak femoral kanala uygun dizayn edilmiş olmalı distal ucu "Anterior tigh pain" engelleyecek şekilde özel şekillendirilmiş olmalıdır.
- * Femoral stemler pressfit olmalıdır.
- * Femoral stemlerin boyun açısı 135 derece ve boyun konikliği 12 - 14 cone olmalıdır.
- * 5 boy femoral head olmalı ve eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Femoral stemlerin 1/3 proksimal kısmı, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin tapered özelliği bulunmalıdır.
- * Biyolojik tutunmayı sağlayacak olan biyolojik aktif kaplama HA/TPC, yaklaşık %65 Calsiyum hidroxyapatit ve %35 trikalsiyum fosfat olmalıdır. Materyal yaklaşık %50 kristalin olmalıdır.
- * Paket üzerinde üretim tarihi,sterilizasyon şekli,seri numarsı ve miadı olmalıdır.Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
- * Protezin FDA onayı (satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Yusuf GÜRSOY
Dip.Tes.No: 110293 / DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Mustafa KAYA
Dip.Tes.No: 147245 / 121619
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf GÜRSOY
Dip.Tes.No: 110293 / DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

ÇİMENTOLU ACETABULUM VİDALI TOTAL KALÇA PROTEZİ