

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

03/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **08/08/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alm yapılacak olan almımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08/08/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İş. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İPEK YUVARLAK NO: 1	60	ADET				
2	İPEK YUVARLAK NO: 5/0	36	ADET				
3	İPEK YUVARLAK NO: 6/0	36	ADET				
4	Y TUR SETİ	300	ADET	UR1030			
5	COBAN BANDAĞI	10	ADET				
6	OKSİJENLİ SU	5	ADET				
7	LAPAROSKOPİK GRASPER 5 MM	10	ADET	OR2920			
8	DEZENFEKTANLI (BAİKONLU) EL VE TIRNAK FIRÇASI	100	ADET				
9	NEBULİZATÖR SET T PARÇALI	100	ADET	OR2670			
10	KAN VERME SETİ	1.500	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Dezenfektanlı (Batikonlu) El ve Tırnak Fırçası Tek Kullanımlık

Çift taraflı, (bir tarafı fırça-bir tarafı sünger) tek kullanımlık el ve tırnak temizleme fırçası.

Dezenfektan içerir, cerrahi el dezenfeksiyonu sağlamalıdır

% 7.5 Povidon İyot Emdirilmiş olmalıdır.

Ergonomik fırça dizaynı (48*79*34 mm)

Kolay açılabilir paket olmalıdır.

Cildi tahriş etmeyen yumuşak kıllar olmalıdır.

Pürüzsüz ve yumuşak süngerin 90 ml ye kadar sıvı emiş özelliği olmalıdır.

Sadece harici kullanım için olmalıdır.

ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiş olmalıdır.

Biyosidal ruhsatına sahip olmalıdır.

Latex içermemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

Y TUR SETİ

- 1.Aralıksız irrigasyon sağlamak amacı ile Y bağlantılı olmalı
- 2.Set steril olmalı.
- 3.Set üzerinde irrigasyon anında müdahale edebilecek ve sıvı miktarını ayarlayabilen plastik klemler bulunmalı
- 4.setin uç kısmında mevcut cihaza uyum sağlayabilen bir latex giriş olmalı
- 5.setin seruma giren spayk kısmında kontaminasyonu önlemek amacıyla koruyucu bir parça içermeli
- 6.irrigasyon esnasında kullanılacak sıvı miktarını artacak şekilde iç çapı geniş olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

Spongostan

1-70x50x10 mm veya daha büyük ebatlarda olmalıdır.

2-Jelatin süngerden imal edilmiş olmalı, absorpsiyon süresi yaklaşık 3 hafta olmalıdır.

3-Steril paketlerde olmalıdır.

4-Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml Sorumlu Hemşire

Oksijenli Su (% 3 a/h Hidrojen Peroksit)

1-1000 ml'lik kırılmaz şişelerde olmalıdır,

2-Şişenin üstünde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEMİR
Aml. Sorumlu Hemşire

CERRAHİ İPEK YUVARLAK İĞNELİ

1-Örgülü, silikonize ipekten mal edilmiş olacaktır. Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonu U.P.S.ve E.P'ye uygun olacaktır.

2-İpek iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kolay eğilip bükülmeyecektir.

3-Birim ambalaj ipek kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde, iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecek

4-Ürüne ait bilgiler ürünün üstüne etiket şeklinde sonradan yapıştırma değil, ürünün üstüne ürün ambalajının orijinali şeklinde olacaktır. İç ambalajın aynı zamanda üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde şu bilgiler yazılı olacak.

Ticari firmanın ticari adı ve/veya kısa adı

Süturun kalınlığı (metrik ve U.S.P.olarak)

Süturun uzunluğu

Süturun rengi

Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

Üretim ve son kullanma tarihleri ve lot numarası yazılacaktır

5-Kutu ambalaj içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.Sıcaktan ve ışıktan korunmasına dair yazı olacaktır.Seri ve kontrol numarası olacaktır.Kutu ambalajın üzerinde,birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır.

6-İhale salonuna ürün orijinal ambalajlı açılmamış kutusu ile gelecektir.

7-İç ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.

8-İç ambalajı açmak için makas, bistüri gibi aletlere ihtiyaç olmamalıdır.

9-Sütur açıldığında, suture kıvrılıp,dolaşıp, düğüm olmasını engelleyecek sistemi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

COBAN YAPIŐKANLI BANDAĐ 10CM X 4,5 M

- Kendi kendine yapıŐan elastik bandajdır.
- Saça yapıŐmaması nedeniyle baŐ ve tyl blgelerde kullanımı idealdir.
- Tek kullanımlıktır.
- Tutturmak iŐin klipse gerek yoktur.
- Sardıktan sonra gevŐeme yapmaz.
- İncinme, burkulma, dem kontrol ve tespit etmek amacıyla kullanılabilir.
- 10 cm x 4,5 m

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine DEN
Aml. Sorumlu HemŐire

KAN VERME SETİ

1. Kan verme seti kan torbaları ile uyumlu olmalı ve bir kan torbasına girme ucu ve bir mayi girme ucu olmalı ve takılırken torba yırtılmasına sebep olmamalıdır.
2. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı.
3. Etilen Oksit sterilizasyonu ile steril edilmiş ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
4. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve uç kısmında kapalı koruma kapağı olmalıdır.
5. 18 G x 11/2 iğne boyu olmalı ve iğne ucunda koruma kapağı bulunmalıdır.
6. Akış ayarlayıcı klemp olmalı.
7. Hortum uzunluğu en az 120 cm olmalı ve kırılma yapmamalıdır.
8. Yaklaşık 20 damla= 1 ml olmalıdır.
9. Hava yollu kapaklı olmalıdır.
10. Etiket üzerinde Türkçe kullanım talimatı yer almalıdır.
11. Haznesi şeffaf yumuşak ve kolay dolabilir olmalı.
12. Hazne içinde sabit en az 200 mikromilim filtresi olmalı.
13. Sterilizasyon ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
14. Sterilizasyonu bozulmadan açılacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
15. Luer lock bağlantılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No.. Ecz 8764

NEBULİZER SET T PARÇALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağzılık, t parça, nebulizer ve 2m bağlantı hortumu olmak üzere 4 parçadan oluşmalıdır.
2. Bağlantı elemanları (hortum ve konektör) "medikal grade" yumuşak PVC'den yapılmış olmalıdır. Rahatsızlık verici koku içermemelidir.
3. T konektör 22 M/22 M-15 F ölçülerinde olmalıdır.
4. Bağlantı hortumu 200 cm +/- % 5 medikal grade PVC olmalı, hortum iç yüzeyinde mukavemet artırıcı kaşalları bulunmalıdır.
5. Nebulizer, içindeki ilacı gösteren şeffaf, sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Hazne hacmi en az 8 ml olmalıdır.
6. Nebulizer bağlantı elemanları ile hava kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
7. Nebulizer içerisinde konulan 2.5 ml (1 flakon) ilacı 5-10 dakika içerisinde pulvarize etmelidir.
8. Pulvarizasyon sonrası residual hacim 0.7 ml'yi aşmamalıdır.
9. Nebulizerin yaptığı pulvarizasyonun 4-7 µm ağırlıklı tanecek boyutu ortalama % 70 olmalıdır. Bu konuya ait "Particle Size Analysis" raporu ibraz edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, referans numarası, lot numarası, kullanım ve firma bilgileri bulunmalıdır.
11. Ürün miyatı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olması gerekmektedir.
13. Ftalat içeren ürünlere, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı resmî gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun işaret ve uyarılar bulunmalıdır.
13. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod numarası, kodu ve ürün adının etiket üzerinde olması gerekmektedir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. 828764

ARTİKULASYONLU LAPAROSKOPİK GRASPER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Raketli kilitli ve kilitsiz heandle seçeneđi olmalıdır

2-5 mm apında ve 40 cm uzunluđunda olmalıdır.

3-Single port ile uyumlu olmalıdır

4-Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmeli ve gövdeden 70 derece açı yapabilmelidir.

5-Paslanmaz elik gövde ve plastik kabzadan oluşmalıdır

6-otoklavlanabilmeli sıvı sterilizasyon ve etilen oksitle steril edilebilmelidir.

7-Cliv duck bill model olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire