

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

-1395

KONU: 8 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

02.12.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **05.12.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05.12.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SODYUM FLORİD VE EDTALI Tüp 4 ML	1.200	ADET				
2	ANHİDROZ GLUKOZ (75 GR'LIK)	150	ADET				
3	DÜZ LAM	4.000	ADET				
4	KOYUN KANLI HAZIR PLAK BESİYERİ	400	ADET				
5	MÜLLER HİNTON AGAR	200	ADET				
6	SALMONELLA SHIGELLA BESİYERİ	50	ADET				
7	VRE KROMOJEN AGAR (VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK)	30	ADET				
8	EKÜVYON ÇUBUĞU STERİL TEKLİ POŞETTE	500	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Düz Lam Teknik Şartnamesi

1. Üzerinde çizik ve rutubet olmamalıdır.
2. Lamalar kaliteli optik, saydam ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır Orijinal ambalajında ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
3. Kenarları 90 derece olmalıdır. Lamin kenarları pürüzsüz ve düzgün olmalı, tırtıklı olmamalıdır.
4. Bir kutu içinde en çok 50 adet tam içermelidir.

Manisa Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Siyah No: 7175
Eczacı

VAKUMLU SODYUM FLUORİD VE EDTALİ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüm vakumlu tüpler, steril, Polyethylene Teraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş, kırılmaz ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.
- Tüplerin üzerindeki etikette lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- Tüpün kapağı açılırken kanın sıçramasına engel olmak için ve iğnenin girdiği kauçuğun ele değmemesi için uygun kapak sistemi mutlaka olmalıdır.
- Tüplerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olmalıdır.
- Tüpler her marka kan alma iğnesi ve holder ile uyumlu olmalı, kan alma sırasında oluşabilecek olumsuzluklara neden olmamalıdır.
- Tüpler vakumlu 13*75 mm boyutlarında, en az 4 ml kan çekmelidir.
- Tüpün alacağı kan miktarı etiketin üzerinde bir çizgi ile gösterilmelidir.
- Tüplerin içinde antikoagülan olarak NA-FLUORİD ve EDTA bulunmalı ve bu maddeler homojen bir karışım sağlamak amacıyla tüpün iç yüzeyine püskürtülmüş olmalıdır.
- Tüpler delinebilen kauçuk kapakların üstünde sert plastikten hemogard kapaklı olmalı, kauçuk bölümü iğnenin tüpe kolay girmesini sağlayacak iğnenin kendiliğinden geri atmasına neden olmayacak, iğnenin ikinci ucundaki kauçuğa zarar vermeyecek yapıda ve tüp kapağı açıldığında kanın sıçramasını engelleyecek sertlikte olmalı ve etikette belirtilen miktarda kan çekmelidir.
- Teklif edilecek ürünlerin tamamı aynı marka olmalıdır.
- Kullanım sırasında hatalı tüpler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
- Satın alma aşamasında örnek numune talep edilmektedir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Muhafız GÜVEN
Biyokimya Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Bülent KÖKÇÜ
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Biyokimya Uzmanı

**75 GRAM GLİKOZ (ORAL GLİKOZ TOLERANS TESTİ İÇİN)
ŞARTNAME**

- 1- GLUKOZ MONOHİDRAT etken madesinde h  r toz paketlerde olmalı
- 2- 75 Gramlık oral glukoz tolerans testi (OGTT) kullanılmak i  in hazır paketlerde olmalı
- 3- CE belgesi olmalı
- 4- Son kullanma tarihine enaz 2 yıl olmalı
- 5-   retim ve son kullanım tarihi paketin   zerinde yazılı olmalı
- 6- Ambalaj   zerinde firma ismi ve etken maddesi yazılı olmalı
- 7- Numune   zerinden de  erlendirme yapılacaktır

Ayşe Domirel

9/10/2011

EKÜVYON ÇUBUĞU (STERİL. TEK TEK POŞETTE)

1. Eküvyon çubukları steril tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
2. Miadları en az 1 yıl olmalıdır.
3. Tahta gövdeli olmalıdır.
4. Ucu pamuklu olmalıdır.
5. Steril olmalıdır.
6. 15-20 cm arasında olmalıdır

BESİYERLERİ ŞARTNAME (KOYUN KANLI AGAR, MUELLER HİNTON AGAR, SS AGAR, VRE AGAR)

1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.
2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Besiyerleri 5 veya 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
4. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
5. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az 3(üç) ay olmalıdır.
6. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini taahhüt etmelidir.
7. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır, böyle bir durum saptandığında firma ücretsiz yeni malzeme göndermelidir.
8. Besiyerleri standart suşlar ile kontrol edilmiş olmalı ve firma bunu belgelendirmelidir.
9. Kromojenik besiyerinde üreyen Enterokoklar içerisinde E.faecium ve E.faecalis farklı koloni renklenmesi ile ayrımları yapılabilmesi ve diğer bakterilerin üremesi inhibe olmalıdır.
10. Tüm besiyerleri aynı marka olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mediha COŞAR
Dip.T. No:79133
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.

