

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 140
KONU: 4 KALEM BAKIM ONARIM TAMİR İŞİ

06.02.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **10.02.2020** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10.02.2020** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Hacı KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FOTOKOPİ CİHAZI TAMİRİ (KONİCA MINOLTA BİZHUP 362 MODEL)	1	ADET				
2	FOTOKOPİ CİHAZI TAMİRİ(KYOCERA KM-2560)	1	ADET				
3	ONARIM HİZMETİ 1009863267 KÜNYE NUMARALI EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI TAMİRİ	1	ADET				
4	YOĞUN BAKIM CLİACS MARKA GAZLI PAKET TİPİ KLİMA SANTRALİNİN 2.KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ (016-17603)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

İ: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİK HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Taahhüt Adı	Marka	Model	Seri	Künye No	Üretim Yılı
EKOKARDİYOĞRAFI CİHAZI	PHILIPS	HD11XE	US-91270247	1009863267	2013

Arıza tanımlaması :

1. *Kardiyak probta çatlaklar mevcuttur, ekran görüntüsünde bozukluklar vardır.*
Cihaza uygun konsinye prob gönderilirse hemen, değilse kullanıcı uzmanımızın iznli olduğu dönemde onarım yapılacaktır.
2. Tamir edilen kısım fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
3. Yapılan işin ve/veya değiştirilen parçaların açıkça belirtildiği **teknik servis raporu** düzenlenecektir
4. Değiştirilen parçalar cihaz ile birlikte hastaneye iade edilecektir.
5. Cihazın kargo ile gitmesi ve geri gönderilmesi durumunda kargo bedeli firmaya aittir. Garanti süresi içinde tekrar tamir durumunda da kargo bedeli firmaya aittir
6. Tamiri yapılarak hastaneye kargo ile geri gönderimde cihazda oluşacak hasarlar yüklenici firma tarafından karşılanır.
7. Firma tamir işlemini en geç 10 gün içerisinde sonuçlandırmalıdır
8. Cihaz tamiri cihazın orijinal yapısını ve işleyişini bozmayacak şekilde yapılacak, cihazın var olan işlevlerinde hiçbir kayıp olmayacaktır. Kullanılan parçalar cihaz markası ile aynı/uyumlu ve orijinal olacaktır
9. Fatura, servis raporu ve cihazın teslim yeri/adresi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimidir
Telefon: 0.242.746 11 17,dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
10. Teklif veren firmalar Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduklarını, TS 12426 ve/veya TS 13703 standartlarını kapsayan belgelere sahip olduklarını gösterir evrakları, ÜTS firma no yazılı evrağı **fiyat teklifleri ile birlikte** sunmak zorundadırlar.
11. Fatura içeriği ONARIM HİZMETİ 1009863267 KÜNYE NUMARALI EKOKARDİYOĞRAFI CİHAZI TAMİRİ şeklinde olacaktır.

27.01.2020
Kadir DEMİRTAŞ
KMH - Biyomedikal TKY

27.01.2020
Şenel ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

27.01.2020
Uz. Dr. Harun DEMİR
Kardiyoloji Uzm.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
YOĞUN BAKIM ACS KOMPRESÖR DEĞİŞİM VE BAKIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname hastanemiz Yoğun bakım 2. Soğutma sisteminin tamir işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak fiyatlandırılacaktır.
2. Öncelikle bu cihazların bakım onarım işleri hakkında yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
3. Kompresör söküldükten sonra kompresörün yanma sebebi araştırılacak. Tekrar yanmaması için önlemler alınacak ve gerekli bilgiler verilecektir.
4. Cihazın kompresörün biri yanık Özellikleri: Model no: SZ175S4RC 380-400v 3 Faz 50, LR 175A MAX OPER.34A ,Thermally protected system P.E.D. , PS: 25 bar 31,9, TS max: 63 -65 Derece, TS min: -35 - 35 Derece
5. Yeni takılacak olan kompresör aynı özellik ve değerinde olacaktır.
6. Cihaz sökülüp takıldıktan sonra soğutma sisteminde azotla kaçak kontrolleri conta değişimleri gerekli tüm kontroller yapılacak.
7. Soğutma sisteminin komple bakımları temizliği yapılacak ve yeni kompresöre gaz basımı yapılacak.
8. Cihaz çalıştırıldıktan sonra gerekli tüm testler yapıp rapor halinde verilecek.
9. Cihaz çalıştıktan 10 iş günü sonrasına herhangi bir sorun yok ise teslimi yapılacak.
10. Yeni takılan kompresör 2 yıl garanti ve sistemde gaz kaçırma vb. arızalar bir yıl boyunca yüklenici firmaya ait olup herhangi bir ücret talep etmeden tamir edip çalıştırmak zorundadır.

Muzaffer ÇINAR
Elekt. Tekn.

Şerife ÖZCAN
Tek.Serv. Sor.