

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

07.02.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **12.02.2019** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12.02.2019** tarihinde saat **09:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTEMİ OLAN KALEMLER İÇİN FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE DE GÖNDERECEKLERDİR.
- 12- NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

Harun KARAHAN
M. Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HOOD KÜÇÜK BOY	10	ADET				
2	HOOD BÜYÜK BOY	40	ADET				
3	DSR SETİ (DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ)	10	ADET				
4	ÜÇ LÜMENLİ SANTRAL VENÖZ KATATER 7 F	50	ADET	KV1231			
5	ANTİSEPTİK TUL GRAS SARGI 10X10 CM	200	ADET	OR4660			
6	KURU YARALAR İÇİN SPREY SARGI	50	ADET				
7	UZATMA LİNE	200	ADET	KR2057			
8	SERUM SETİ	20.000	ADET				
9	SİSTOFIX (PERKÜTAN MESANE BOŞALTIM KATATERİ) 14 F	5	ADET	UR1064			
10	KANAMA DURDURUCU (BAKRİ) BALON	2	ADET	KD1001			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HOOD BAŞLIĞI (Oksijen Başlığı) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AERODİNAMİK DİZAYNI İLE BEBEKLERE DÜZGÜN VE İSTİKRARLI OKSİJEN AKIŞI SAĞLAMALIDIR.
2. HOOD BAŞLIĞININ ÇAPI BÜYÜK BOY (24X18CM) ORTA BOY (22X17CM) KÜÇÜK BOY (20X16CM) OLMALIDIR
3. BEBEKLERDE SIKINTI VE STRESE SEBEP OLMAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ OLMALIDIR.
4. OKSİJEN KABLO YERLEŞİMİ İÇİN GİRİŞ DELİĞİ (ACUTAŞI) PLASTİK OLMALIDIR.
5. BEBEKLERİN RAHAT VE NET İZLENEBİLMESİ İÇİN ŞEFFAF PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
6. KENAR VE KÖŞE KISIMLARI BEBEĞE ZARAR VERMEYECEK YAPIDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
7. PENCERE KENARLARI YUVARLATILMIŞ BEYAZ SİLİKON İLE KAPLANMIŞ OLMALIDIR.
8. BEBEĞİN BAŞ KISMININ RAHAT HAREKET ETMESİ İÇİN YETERLİ MİKTARDA BOŞ ALAN OLMALIDIR.
9. ÜRÜN REUSABLE (ÇOK KULLANIMLIK) OLMALIDIR.
10. YENİDOĞAN VE PREMATÜRE HASTALARDA KULLANILMAYA UYGUN OLMALIDIR.
11. HOOD BAŞLIĞI CE VE ISO 13485:2008 BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
12. ÜRÜNLERİN ULUSAL BİLGİ BANKASI (Sağlık Bakanlığı Onaylıdır) KAYDI OLMALIDIR.

[Handwritten signature]

DAKRIOSİSTORİNOSTOMİ (DSR) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oftalmik cerrahi için üretilmiş olmalıdır.
2. DSR ameliyatlarında lakrimal drenaj yolunun silikon entübasyonu amacıyla üretilmiş olmalıdır.
3. Probu paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
4. Probun boyutları yaklaşık 0.90 mm*4.5 cm olmalıdır.
5. Tüpü silikondan yapılmış olmalıdır.
6. Silikon tüpünün uzunluğu yaklaşık 40cm ,çapı 0.80 mm olmalıdır.
7. Çelik problar düz olmalı, açılı olmamalıdır.
8. TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
9. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.

Dr. Savaş Arslan
TİTUBB HAT KEM

Üç Lumenli Santral Ven Kateter Seti Teknik Sartnamesi

1. Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek amacıyla enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan valfli; 18 G kalınlığında 60-70 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. Kateter, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
3. Kateter, çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.
4. Kateter, kolay okunabilir uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateter, üç lumenli, 7 F, 20 cm uzunluğunda [distal lumen:16 G, middle lumen:18 G, proksimal lumen:18 G] olmalıdır.
6. Kateterde, valfli kapak olmalıdır.
7. Kateterde, farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
8. Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
9. Kılavuz tel, kink yapmayan nitinol materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
10. Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, en fazla 50 cm uzunluğunda olmalıdır.
11. Dilatatör olmalıdır.
12. Uluslar arası adaptör ile her monitöre bağlanabilmeli ve bunu sağlayacak kablosu da steril olarak yer almalıdır. Bu aparatlar bedelsiz firma tarafından karşılanacaktır.
13. Kateterin takılmasından sonraki günlerde de, kateterin doğru yerde olduğunu EKG eşliğinde kontrol etme imkanı tanıyan aparat olmalıdır.
14. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5-10^{ml}) olmalıdır.
15. Steril paketin içerisinde saplı Bisturi olmalıdır.
16. Fiksasyon konnektörü olmalıdır.
17. Son kullanma tarihi, Ref no, lot no, Ubb kodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.
18. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
19. Numune değerlendirildikten sonra kabulü yapılacaktır.

5. Kalem

ANTİSEPTİK TUL GRAS SARGI TEKNİK SARNAMESİ

- 1)Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuşak parafin BP ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir Leno bezinden meydana gelecektir.
- 2)Sıcak mühürle paketlenmiş alüminyum poşetler içinde, parşömen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.
- 3)2,5 megarad'da Gama radyasyon ile sterilize edilmiş olacaktır.
- 4)Beher 10 cm. başına iplik sayısına bakıldığında çözgü sayısı 74 'ten, atkı sayısı 80'den az olmayacaktır.
- 5)Sargının beher birim alan başına ağırlığı 42 gm^{-2} den az olmayacaktır.
- 6)Eterde eriyebilir maddelerin doyurulmuş yığın ağırlığı 100 gm^{-2} den az olmayacaktır.
- 7)Ebatları;
 - 5 cm x 5 cm (1 kutuda 50 adet)
 - 10 cm x 10 cm (1 kutuda 10 adet)
 - 15 cm x 20 cm (1 kutuda 10 adet)
 - 15 cm x 1 m olacaktır. (1 kutuda 12 adet)

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Barış ŞİMŞEK
Diyadin No: 110414 - 99785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm

6.11.2016

KURU YARALAR İÇİN SPREY SARGI TEKNİK SARTNAMESİ

1. Malzeme spreylere 100 ml.ve 240 ml.'lik ambalajlarda bulunacaktır.
2. Malzeme kullanıldığı alanda şeffaf film tabakası meydana getirecek ve bakterilerin yaraya temasını önleyecektir.
3. Su gecirmeyen spreylere yara sargısı olacaktır.
4. Malzeme cilde hava geçişine izin verecek, maserasyonu önleyecektir.
5. Uygulandıktan sonra cabuk kuruyabilmeli ve parmak eklemleri sık sık gerilen cilt bölgelerinde bile bozulmadan kalabilmeli, vücudun değişik bölgelerine kolayca uyum sağlayabilmelidir.
6. Ürün herhangi bir kloroflorokarbon (CFC) propellant içermemelidir.
7. Ufak kesik siyiriklarda, kuru ve dikis atılmış yaralarda, drenaj tüplerinin bağlanması ve steinman pinleri gibi ortopedik dis tespit için, dikis alınmasından sonra, enjeksiyon yapılan yerlerin üzerine , patlamamış kabarcıkların korunmasında, küçük yanık ve haşlanmalarda, cilt greft fiksasyonunda kullanılabilir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr.Barış ŞİMŞEK
Dip.Tes.No: 12414 - 09785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm.

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben en geç 10 gün içerisinde ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Ürünler numune değerlendirmesi yapılarak uygun olduğuna karar verildikten sonra alınacağından, numune gönderilmelidir.

8.Kalem Serum Seti Teknik Özellikleri

- 1- Set üzerinde ON / OFF hava filtresi bulunmalı ve aynı set Cam ve Torba serumlarla birlikte kullanılabilir.
- 2- İnfüzyon setinde hava girişli delme ucu bulunmalıdır.
- 3- İnfüzyon seti 20 damla 1 ml' ye eşit olacak şekilde çalışmalıdır.
- 4- İnfüzyon seti yumuşak damla odasına sahip olmalıdır. Set dolum haznesi en az 8-12 cc alabilir. Hava tahliye deliğinden sıvı sızdırmamalıdır.
- 5- İnfüzyon setinin hortum uzunluğu en az 150 ($\pm$ 5) cm olmalıdır.
- 6- Setlerin damla ayar yerlerinde Hassas Roller Clemp bulunmalıdır.
- 7- Setlerde damlatma haznesi ile spayk arasında ilaç uygulama portu bulunmalı ve istendiğinde bu bölümden hazne içerisine ilaç uygulaması yapılabilir.
- 8- İnfüzyon seti 20 veya 21 G iğneli olmalıdır.
- 9- Ambalajı açıldığında setin kıvrılan hortumları eski halini almalı ve sıvı akışına engel olmamalıdır.
- 10- Set, Etilenoksit veya gama yöntemi ile steril edilmelidir.
- 11- Setin branüle giriş kısmı vidalı sistemle sabitlenebilir olmalıdır. Diğer kanüllerle birleşim yerlerinden sızdırmamalıdır ve tesislerde bulunan ven valfleriyle birebir uyumlu olmalıdır.
- 12- Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

9. Kalem Perkutan Mesane Boşaltıcı Sistem Yetişkin Teknik Şartnamesi

1. Suprapubik sistostomi için kullanılabilir olmalıdır.
2. Set içinde kanul uzunluğu 3.6mm ($\pm$ 0,1), iğne uzunluğu 120 $\pm$ 10 mm, kateter 14 F, kateter uzunluğu 650 mm ($\pm$ 100), 2 litrelik idrar torbası ve klemp ile steril torba içinde olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 iki yıl miatlı olmalı ve miadı dolmasına 3 ay kalan malzemelerin ilgili firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilmelidir,

Şartnameler Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihalelerinden alınmıştır.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

KANAMA DURDURUCU BALON ŞARTNAMESİ

- 1- Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Uterun boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Normal yada sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
- 4- Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
- 5- Ürün bir pakette set halinde olmalı ve bir adet 60 cc lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
- 6- Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açıkta kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml. Olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
- 8- Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9- Orijinal paketlerde üretici firma ismi, üretim tarihi, sterilizasyon miadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Ahmet KÖKDEN
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Dip. Tes. No.: 87877

Manavgat Devlet Hastanesi
M. ZEKİ KURAL
Dip. No: 43300
Kadın Doğum Uzmanı