



T.C.  
ANTALYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1417

KONU: 5 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

6.07.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **6.07.2023** saat **16:30** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **6.07.2023** tarihinde saat **16:30** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

|                                                                     |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ALIMI YAPILAN<br>MALZEMELER HAKKINDA<br>DETAYLI BİLGİ ALMAK<br>İÇİN | TELEFON : 0 242 746 11 17<br>ECZANE SARF DEPO<br>DAHİLİ : 1421 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : #DEĞER!

| SIRA NO      | MALZEMENİN ADI   | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU /<br>TEKNİK<br>ŞARTNAME | MARKA / MODEL<br>U.B.B KODU | BİRİM<br>FİYAT | TOPLAM<br>FİYAT |
|--------------|------------------|---------|--------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1            | FEMUR ÇİVİ       | 1       | ADET   | TV5300                           |                             |                |                 |
| 2            | REKON VİDA       | 2       | ADET   | TV5460                           |                             |                |                 |
| 3            | KİLİTLEME VİDASI | 4       | ADET   | TV5500                           |                             |                |                 |
| 4            | END CUP          | 1       | ADET   | TV5380                           |                             |                |                 |
| 5            | KABLO DOMİNO     | 5       | ADET   | TV5770                           |                             |                |                 |
| GENEL TOPLAM |                  |         |        |                                  |                             |                |                 |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

**Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.**

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## KABLO + DOMİNO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KABLO+DOMİNO PASLANMAZ ÇELİK VE COCRMO MATERYALLERİNDEN İKİ FARKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ, POLİSAJ DÜZGÜN VE PÜRÜZSÜZ OLMALIDIR.
2. KABLolar ÇOK FLAMENTLİ OLUP 2MM ÇAPINDA OLMALIDIR.
3. KABLolar ÖRGÜ ŞEKLİNDE OLUP ÇOK FLAMENTLİ OLMALIDIR.
4. EKONOMİK KULLANIMI SAĞLAMAK AMACI İLE HER KABLO EN AZ İKİ SARMA YAPABİLMELİ VE BUNUN İÇİN MİNİMUM UZUNLUK 70CM OLMALIDIR.
5. KABLONUN HER İKİ UCU AÇILMAYACAK ŞEKİLDE KAPATILMIŞ OLMALIDIR.
6. KABLO ESNEK (FLEXİBLE)ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
7. KABLO+DOMİNO ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA ADI VE CE MARKASI LAZER MARKALAMA YÖNTEMİ İLE YAZILMIŞ OLMALIDIR.
8. ÜRÜNLER ÇAKMA SETİ İLE BİRLİKTE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE OLMALIDIR.

KABLO DOMİNO SUT KODU: TV 5770 5 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Atakan ÖZKAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Halil İbrahim  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 136961

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Mustafa  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 136961

## FEMUR ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çivi Femur kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli sağ ve sol yönlerde olmalıdır.
- Titanyum Femur intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.
- Çiviler Proksimalde 4 adet vida deliği olmalı ve bu deliklerden 2 tanesi Femur boyun kısmına kilitlemeye izin vermelidir.
- Distal kısımda 2 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.
- Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.
- En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10 mm mesafede olmalıdır.
- Distal vida lateralinden mediale ya da medialden laterale gönderilebilmelidir.
- Çiviler Ø 10 mm, Ø 11.5 mm, Ø 13 mm çapa; 300 mm ile 420 mm arası 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.
- Distal vidalar 4,8 mm çapta, proksimal vidası 6.4mm çapta olmalı, distal vidaları 25 mm ile 70 mm arası 5 mm aralıklarla, proksimal vidaları 75mm – 110mm aralığında 5mm aralıklarla büyümelidir.
- Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel ( guide teli ) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.
- Femur çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak kullanılabilirdir.
- Distal vidalar self drilling ve self tapping olmalıdır.
- Kanüllü End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilirdir.
- End cap vidaları kanüllü ve en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.
- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan radiolucent guide olmalıdır.

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Femur Çivi Sut Kodu:       | Tv5300 | 1 Adet |
| Rekon Vida Sut Kodu:       | Tv5460 | 2 Adet |
| Kilitleme Vidası Sut Kodu: | Tv5500 | 4 Adet |
| End Cap Sut Kodu:          | Tv5380 | 1 Adet |

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Atakan ÖZKAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ali Veli DİRİM  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 13900

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Mustafa KAYA  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 9447