

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -1425
KONU: 15 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIM

04.12.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **05.12.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline *tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.*
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımınız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05.12.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BASINÇLI YIKAMA SETİ	1	ADET	AP3150			
2	BİO EMİLEBİLİR YİVLİ SEMENT TIKACI	2	ADET	TV1080			
3	KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA	1	ADET	AP2050			
4	KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) DELİKLİ/DELİKSİZ ÇİMENTOSUZ TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA	1	ADET	AP1490			
5	KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOLU TİTANYUM PARLATILMIŞ	1	ADET	AP1980			
6	KALÇA PRİMER ASETABULAR LİNER ALÇILI VE ALÇILI UHMW POLİETİLEN TAMAMI POLİETİLEN	1	ADET	AP1600			
7	KALÇA PRİMER ASETABULAR ALÇILI VE ALÇISIZ YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN	1	ADET	AP1610			
8	FEMORAL BAŞ 28 MM	1	ADET	AP1750			
9	FEMORAL BAŞ 28 MM DELTA SERAMİK	1	ADET	AP1730			
10	FEMORAL BAŞ 32 MM	1	ADET	AP1800			
11	FEMORAL BAŞ 32 MM DELTA SERAMİK	1	ADET	AP1780			
12	FEMORAL BAŞ 36 MM VE ÜZERİ TİTANYUM	1	ADET	AP1860			
13	FEMAORAL BAŞ 36 MM VE ÜZERİ DELTA SERAMİK	1	ADET	AP1840			
14	ASETABULAR LİNER DELTA SERAMİK	1	ADET	AP1650			
15	ASETABULAR VİDA TÜM BOY	3	ADET	AP1670			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. PMMA yapısında olmalıdır.
- 2. Antibiyotik olarak Gentamisin içermelidir.
- 3. Powder 40 gramlık ambalajlarda, likid ürün ise 20 ml ampullerde olmalıdır.
- 4. Enjektör ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 5. Hem sement şırıngası hem de elle kullanıma uygun olmalıdır.
- 6. Her paket toz ve likit olarak ayrı ayrı bileşim içermelidir.
- 7. Toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır.
- 8. Powder paketi içeriği: 34.54 gr Polymethyl Methacrylate, 0.96 gr Benzoyl Peroxide, 4.00 gr Barium Sulfate Ph.Eur., 0.50 gr Gentamicin Base(as sulphate)
- 9. Likit ampul içeriğinde ise: 19.76 ml Methyl Methacrylate, 0.24 ml N,N dimethyl-p-toluidine, 18-20 ppm Hydroquinone olmalıdır.
- 10. İki güvenlik paketi de steril olmalıdır.
- 11. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 12. Çalışma süresi 8-10 dakika olmalıdır.
- 13. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 14. Ürünün orta viskozitede (akışkanlık) olmalıdır.

SUT KODU : AP3180

BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1. Sistem tamamen steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2. Elceği el ergonomisine uygun ve rahat kullanılabilir olmalıdır.
- 3. Çift kanallı olup aynı anda basınçlı yıkama ve emme yapabilmelidir.
- 4. Sistem kendiliğinden bataryalı olmalı ve batarya kutusu steril olmalıdır.
- 5. Kısa uç seçeneğindeki konik ağızlı uçların konik kısmı, silikon ve yumuşak bir yapıda olmalıdır.
- 6. Tetik sistemi emniyet düğmesi olmalıdır.
- 7. Manuel kolay monte edilebilir uçlara sahip olmalıdır.
- 8. Her yerde her konumda yara temizliği yapabilmelidir.
- 9. Hastayı hareket ettirmeden çalışabilmelidir.
- 10. Uçlar tek kullanımlık olmalıdır.
- 11. Femoral kanal fiçası, intramedullar kanal yüzeyinin temizliğinde kullanılmalıdır.
- 12. Femoral kanal tip, humeral intramedullar kanal yıkaması için kullanılmalıdır. Kemik yüzeyini çimento kullanımı için hazırlamalıdır.
- 13. Tibial brush püskürtme ve emme yapabilmeli ve daha güçlü çimento uygulaması için tibial plato temizliğinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
- 14. Ambalajın üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 15. Sistem Ce ve İso 13485 belgelerine sahip olmalıdır.

SUT KODU : AP3150

BİO EMİLEBİLİR YİVLİ CEMENT TIKACI

- 1. Ürün PLGA'dan imal edilmiş olup optimum sürede emilebilmelidir.
- 2. Ürün vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmamalıdır.
- 3. Ürün radyolojik olarak görülebilmeli ve MR uyumlu olmalıdır.
- 4. 2 yıl içinde tamamen erimeli ve yerini kemik dokuya bırakmalıdır.
- 5. Teknolojik yiv yapısı sayesinde kemik sabitlemesinde güçlü mukavemet göstermelidir.
- 6. Biyo emilebilir cement retractorler 3 ayrı çapta olmalıdır.
- 7. Ürün ebatları 12x30mm , 16x30mm , 20x30mm olmalıdır.
- 8. Ürün çimentoyu sızdırmamalı ve protez üstünde daha geniş bir alanda yayılımını sağlamalıdır.
- 9. Ürünlerin TITUBB, ÜTS kayıtları yapılmış olup CE Belgesi olmalıdır.

SUT KODU : TV1080

Manevgat Periot Hastanesi
Yusuf Güren ÇUBUKÇU
Dip. No: 14030 - 08 00007
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manevgat Periot Hastanesi
Yusuf Güren ÇUBUKÇU
Dip. No: 14030 - 08 00007
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manevgat Periot Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 151717 - 122169

ÇİMENTOSUZ ACETABULUM VİDALI TOTAL KALÇA PROTEZİ

- * Kullanılacak protezin tüm parçaları TiTUBB'ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- * Acetabular cuplar, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Acetabular cup çapları 40mm' den 70mm' ye kadar olmalı; 40, 42, 44, 46, 68, 70mm cuplar multi holed (çok delikli) olmalıdır.
- * Acetabular cup'larda enaz 3 vida deliği bulunmalıdır. 2 farklı çapta (4,5 – 6,5 mm), ve farklı boylarda (15, 20, 25, 30, 40, 50mm) vida bulunmalıdır.
- * Acetabular Insertler, standart, 10 ve 20 derece açılı olmalıdır.
- * Femoral head' ler enaz 5 ayrı boyda olmalıdır, eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Acetabular cup' larda Insert ile fiksasyonun sağlanabilmesi için sekmanlı kilit istemi olmalı, gereken durumlarda Cup ile Insert birbirinden enstrüman yardımı ile ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kemiğe temas eden tüm metal komponentler Titanyum alaşım olmalıdır. Acetabular Insert polietilen UHMWPE olmalıdır.
- * Polietilen tercihen inert ortamda(Oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) Gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
- * Femoral stem üçboyutlu olarak femoral kanala uygun dizayn edilmiş olmalı distal ucu "Anterior tigh pain" engelleyecek şekilde özel şekillendirilmiş olmalıdır.
- * Femoral stemler pressfit olmalıdır.
- * Femoral stemlerin boyun açısı 135 derece ve boyun konikliği 12 - 14 cone olmalıdır.
- * 5 boy femoral head olmalı ve eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Femoral stemlerin 1/3 proksimal kısmı, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin tapered özelliği bulunmalıdır.
- * Biyolojik tutunmayı sağlayacak olan biyolojik aktif kaplama HA/TPC, yaklaşık %65 Calsiyum hidroxyapatit ve %35 trikalsiyum fosfat olmalıdır. Materyal yaklaşık %50 kristalin olmalıdır.
- * Paket üzerinde üretim tarihi,sterilizasyon şekli,seri numarası ve miadı olmalıdır.Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
- * Protezin FDA onayı (satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf GÜRSOY
Dip.Tes.No: 110293 - QR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 151717 - 122169

ÇİMENTOLU ACETABULUM VİDALI TOTAL KALÇA PROTEZİ

- * Kullanılacak protezin tüm parçaları TİTUBB'ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- * Acetabular cuplar, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Acetabular cup çapları 40mm' den 70mm' ye kadar olmalı; 40, 42, 44, 46, 68, 70mm cuplar multi holed (çok delikli) olmalıdır.
- * Acetabular cup'larda enaz 3 vida deliği bulunmalıdır. 2 farklı çapta (4,5 - 6,5 mm), ve farklı boylarda (15, 20, 25, 30, 40, 50mm) vida bulunmalıdır.
- * Acetabular Insertler, standart, 10 ve 20 derece açılı olmalıdır.
- * Femoral head' ler enaz 5 ayrı boyda olmalıdır, eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Acetabular cup' larda Insert ile fiksasyonun sağlanabilmesi için sekmanlı kilit istemi olmalı, gereken durumlarda Cup ile Insert birbirinden enstrüman yardımı ile ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kemiğe temas eden tüm metal komponentler Titanyum alaşım olmalıdır. Acetabular Insert polietilen UHMWPE olmalıdır.
- * Polietilen tercihen inert ortamda(Oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) Gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
- * Femoral stemlerin boyun açısı 135 derece ve boyun konikliği 12 - 14 cone olmalıdır.
- * 5 boy femoral head olmalı ve eksi (-) head seçeneği bulunmalıdır.
- * Femoral stemlerin 1/3 proksimal kısmı, titanyum fiber metal mesh üzeri HA/TPC (hydroxyapatite / tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin tapered özelliği bulunmalıdır.
- * Biyolojik tutunmayı sağlayacak olan biyolojik aktif kaplama HA/TPC, yaklaşık %65 Calsiyum hidroxyapatit ve %35 trikalsiyum fosfat olmalıdır. Materyal yaklaşık %50 kristalin olmalıdır.
- * Paket üzerinde üretim tarihi,sterilizasyon şekli,seri numarası ve miadı olmalıdır.Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
- * Protezin FDA onayı (satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır.
- * Femoral stemler parlak yüzeyli "polished" kaplı olmalıdır.
- * Femoral stemlerin proksimal ve distal centralizer' ları bulunmalıdır.
- * Proksimal ve distal centralizerlar kullanılan stemlere birebir uyumlu olmalıdır.
- * Sistemde 5 ayrı boyda plug bulunmalıdır.
- * Femoral stemler Co Cr Molibdenyum alaşımlı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dış.Tes.No: 114292 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dış.Tes.No: 151717 - 122169

- 1- KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA
1(BİR) ADET SUT:AP2050 ✓
- 2- KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA
1(BİR) ADET SUT:AP1490 ✓
- 3- KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM PARLATILMIŞ
1 (BİR) ADET SUT:AP1980 ✓
- 4- KALÇA PRİMER ASETABULAR LİNER AÇILI VE AÇISIZ UHMW POLİETİLEN TAMAMI POLİETİLEN
1(BİR) ADET SUT:AP1600 ✓
- 5- KALÇA PRİMER ASETABULAR LİNER AÇILI VE AÇISIZ YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN, ARDIŞIK YÜKSEK ÇAPRAZ BAĞLI
POLİETİLEN vb TAMAMI POLİETİLEN
1(BİR) ADET SUT:AP1610 ✓
- 6- KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 28MM CoCr/TİTANYUM
1(BİR) ADET SUT:AP1750 ✓
- 7- KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 28 MM ALUMİNA/ZİRCONİA/OXİNİUM DELTA SERAMİK
1(BİR) ADET SUT:AP1730 ✓
- 8- KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 32MM CoCr/TİTANYUM
1(BİR) ADET SUT:AP1800 ✓
- 9-KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 32MM ALUMİNA/ZİRCONİA/OXİNİUM DELTA SERAMİK
1(BİR) ADET SUT:AP 1780 ✓
- 10- KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ CoCr/TİTANYUM
1(BİR) ADET SUT:AP1860 ✓
- 11- KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ ALUMİNA/ZİRCONİA/OXİNİUM DELTA SERAMİK
1(BİR) ADET SUT:AP1840 ✓
- 12- KALÇA PRİMER ASETABULAR LİNER SERAMİK-SERAMİK ALUMİNA/ZİRCONİA/OXİNİUM DELTA SERAMİK
1(BİR) ADET SUT:AP1650 ✓
- 13- KALÇA PRİMER ASETABULAR VİDA TÜM BOYLAR CoCr/TİTANYUM
3(ÜÇ) ADET SUT:AP1670 ✓

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf Güran GÜRSOY
Dip.Tes.No: 110293 - DR 86657
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Hip. Ted. No: 151717 - 122169

16.08.2023
16.08.2023
16.08.2023