



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1447  
KONU : 3 KALEM AYADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

7.07.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmanız tarafından temini mümkün ise **11.07.2023** saat **08:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan Temin **usulu alın yapılacaktır. Üzerinde değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **11.07.2023** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatin.alma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL DEPO
	DAHİLİ : 1511

Ayhan DİRİMİRTAS  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASININ TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	OFTALMİK YARIK LAMBA LENS İNDİREKT - TEMASSIZ STANDAR 74"/89" 0.76X (90D MERCEK)	1	ADET			
2	SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ (BUZDOLABI DERECESESİ)	20	ADET			
3	SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ (ODA TİPİ-ISI NEM ÖLÇER CİHAZI)	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TL)						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.  
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 GÜNDÜR  
NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME  
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.  
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:  
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

## 90D MERCEK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Genel teşhis ve küçük pupil inceleme kullanımı için ideal olmalıdır.
2. Çalışma mesafesi 7mm olmalıdır.
3. Görme alanı 74°/89° olmalıdır.
4. Görüntü büyütmesi 0.76x olmalıdır.
5. 1.32x laser spot değerinde olmalıdır.
6. Görüntü mesafesi 25.6 mm olmalıdır.
7. Özel kaplaması sayesinde lazer uygulamalarında kullanılabilir.
8. Orjinal saklama kutusuyla beraber verilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Mehmet Ali ÖZKAN  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No. 126317 101063

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Çisil ERKAN POTA  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No. 150255

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Cenk Şecaattin ÖNARAL  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No. 157556

## Sıcaklık Nem Takip Ölçüm Sistemi (Buzdolabı Tipi) Teknik Şartnamesi

- Dijital Olmalıdır.
- LCD ekranlı olmalıdır.
- Cihaz hem sensörü ile buzdolabının hem de tek tuşla odanın sıcaklığını gösterebilmelidir.
- Bip bip sesli alarmlı olmalıdır.
- En düşük ve en yüksek değerlere ayarlanmalı bu değerlere gelince alarm çalmalıdır.
- Ayarlanan değer dışına çıkıldığında aralıklıda olsa bir alarm vermeli, alarm farkedilip tek tuş ile durdurulana kadar sürekli uyarıcı olmalıdır.
- Oda sıcaklığı olarak cihazın ölçüm aralığı  $-10^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$  olmalıdır.
- Sensör ölçüm aralığı  $-50^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$  olmalıdır.
- Sensör kablo uzunluğu 1 metre olmalıdır.
- Sensör ucu plastik olmalıdır.
- Ekran çözünürlüğü  $0,1^{\circ}\text{C}$  olmalıdır.
- Sıcaklık hassasiyeti:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  olmalıdır.
- Min – Max Değer hafızası olmalıdır. Reset edilerek değerler sıfırlanabilmelidir.
- Sensör kablosunun asılabilmesi için plastik aparat ve vida yanında verilmelidir.
- Arkasında buzdolabı üzerinde durması için en az 2 adet mıknatısı olmalıdır.
- 1 adet AAA pil ile çalışabilmelidir.
- Rakamlar en az 10 mm boyunda rahat okunabilir olmalıdır.
- Cihaz Ağırlığı 45 gramı geçmemelidir.
- CE standardına uygun olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şerif ÖZCAN  
Biyomedikal Mühendisi

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
AŞE ÖZDEMİR

## SICAKLIK –NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ(ODA TİPİ ISI- NEM ÖLÇER CİHAZI ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapalı ortam ısı ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.
- Cihazın ekranından; anlık ortam sıcaklık değeri, anlık ortam nem değeri, MAX sıcaklık değeri, MIN sıcaklık değeri, MAX nem değeri, MIN nem değeri görülebilmelidir.
- Cihazın bulunduğu ortamda gerçekleşmiş olan en yüksek ve en düşük sıcaklık ve nem değerleri ekrandan sürekli takip edilebilmelidir. Bir butona basarak bu veriler sıfırlanabilmelidir.
- Sıcaklık göstergesi °C ve °F olarak seçilebilmelidir.
- 2 yıl garantili olmalıdır.
- Dijital olmalıdır.
- Pil ile çalışır olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Şerife ÖZCAN  
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi  
Ayşe ÖZDEMİR  
M.H.