

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

17/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **22/08/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.

Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22/08/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,

m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SU ARITMA CİHAZI SICAKLIK SENSÖRÜ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Pano Tipi Isı Ve İletkenlik Ölçer Teknik Şartnamesi

- 1- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer pano tipi olmalı ve panoya montaj ekipmanı ile birlikte kutusunda verilmelidir.
- 2- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer 220V AC gerilim ile sorunsuz çalışmalıdır. $\pm\%10$ Voltaj değişimlerinden etkilenmemelidir.
- 3- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer 0 ile 1999 μs aralığında sorunsuz ölçüm yapabilmelidir. Bu iletkenlik değerini istenildiği takdirde TDS ölçüm parametresi olarak ekranda gösterebilmelidir. Ölçüm aralığı 0,1 ile 0,01 hassasiyetinde olmalıdır.
- 4- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer 0 ile 50 °C aralığında sorunsuz ısı değerini ölçebilmelidir. Bu ısı değerini istenildiği takdirde Fahrenheit ölçüm parametresi olarak ekranda gösterebilmelidir.
- 5- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer alarm çıkışlı olmalı ve ölçüm değerleri set edilen limit dışına çıktığında alarm ikaz sinyali vermelidir.
- 6- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçerin iletkenlik alt ve üst limitleri ayarlanabilmeli ve değerler bu limit dışına çıktığında alarm ikazı sağlamalıdır.
- 7- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçerin ısı alt ve üst limitleri ayarlanabilmeli ve değerler bu limit dışına çıktığında alarm ikazı sağlamalıdır.
- 8- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçer mevcuttaki ile uyumlu olmalıdır. Böylece değişim esnasında RO cihazının tesisatında ve kontrol panosu üzerinde revizyon işlemine gerek kalmamalıdır.
- 9- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçerin ekranı seven display ve 4 haneli olmalıdır.
- 10- Teklif edilen ısı ve iletkenlik ölçerin ısı ve iletkenlik ölçüm noktaları aynı prob üzerinde olmalıdır.
- 11- Yüklenici firmanın TS 12426 ve TS 12843 Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri