



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 7 KALEM HASTA BAZLI ORTOPEDİ TIBBİ SARF MALZEME ALIM

23/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **23/01/2023** saat **16:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **23/01/2023** tarihinde saat **16:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK  
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

HASTA : C

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ÇİMENTOSUZ STEM	1	ADET	AP2050			
2	MODÜLER HEAD	1	ADET	AP1750			
3	MODÜLER HEAD 36 MM	1	ADET	AP1860			
4	MODÜLER HEAD 32 MM	1	ADET	AP1800			
5	ACETABULAR CUP	1	ADET	AP1490			
6	POLİETİLEN LİNER	1	ADET	AP1610			
7	ASETABULAR VİDA TÜM BOYLAR	3	ADET	AP1670			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

### ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ (POLİETİLEN VE SERAMİK ÖZELLİKLİ)

- \* Çimentosuz femoral stemlerin malzemesi ISO 5832-11 standardına uygun titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
- \* Çimentosuz femoral stemlerin 1/3 lük proximal kısmı porous üzeri Hidroksiapatit kaplı olmalıdır. Çimentosuz femoral stemler 10 ayrı boyda imal edilmiş olmalıdır.
- \* Setin içerisindeki raspalar modüler olup aynı zamanda test stem olarak da kullanılabilir.
- \* 28 mm Küreler ASTM F75 veya ISO 5832-IV standardına uygun CrCoMo veya seramik alaşım malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- \* Femoral stemlerin küre uygulama konikleriyle uyumlu yapıda koniğe sahip olmalıdır. Üzeri parlatılmış CrCo yapıda olanlar 5 farklı boyda, seramik yapıda olanlar 3 farklı boyda olmalıdır.
- \* 28-32-36 mm Küreler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
- \* Acetabular Cup ISO 5832-11 standardında titanyum alaşımından imal edilmiş yarım küre şeklinde üzeri hidroksiapatit kaplı 42 ve 64 mm arasındaki çaplarda olmalıdır.
- \* Acetabular Cup hem vidalı hem pres fit kullanıma uygun olmalıdır.
- \* Acetabular cup üzerinde vidalı kilitleme için iki delik ve pres fit kullanımda tutunmayı sağlamak için 6 veya 9 arasında yiv olmalıdır.
- \* Acetabular cup üzerindeki vida deliklerini kapatmak için tıkaç olmalıdır.
- \* Kabin orta kısmına çıkartma deliği açılmış olmalıdır.
- \* İçine liner for acetabular cup takılabilir.
- \* Liner for acetabular cup in malzemesi ASTM F648 veya ISO 5834 standardına uygun güçlendirilmiş UHMW-PE ve seramik malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- \* Seramik malzemedan olanlar 0° açılı, polietilen malzemedan üretilmiş olanlar 0°, 10°, 15° ve 20 derece seçeneğe sahip olmalıdır.
- \* İç yüzeyleri 28 mm küreye oturacak şekilde olmalıdır.
- \* Liner for acetabular cuplar en az iki kere çıkarılıp takılabilir özellikte olmalıdır.
- \* Titanyum vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standardına uygun Ti6Al4V alaşımında olmalıdır.
- \* Vida çapları 6,2 mm spongiöz dişli ve self taping olmalıdır.
- \* Vida boyları 25-30-35-40 ve 45 mm uzunlukta olmalıdır.
- \* Cuplar ve insertler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.

ÇİMENTOSUZ STEM	AP2050	1 ADET
MODULER HEAD	AP1750	1 ADET
MODULER HEAD 36 MM	AP1860	1 ADET
MODULER HEAD 32 MM	AP1800	1 ADET
ACETABULAR CUP	AP1490	1 ADET
POLİETİLEN LİNER	AP1610	1 ADET
ACETABULAR VİDA TÜM BOYLAR	AP1670	3 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Atakan ÖZKAN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Metin ÖZCÖRGE  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 81447

Manavgat Devlet Hastanesi  
Op. Dr. Ayhan ETİHAZ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 47245/121619