



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1543

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24/07/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **27/07/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan Temin usulu alın yapılacak olan almamız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **27/07/2023** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	GÖMME REZERVUAR KÖPRÜ SETİ	50	ADET			
2	GÖMME REZERVUAR ŞAMANDIRA FLATÖR 1/2	30	ADET			
3	GÖMME REZERVUAR BOŞALTMA GRUBU (MICRO 80)	30	ADET			
4	AKÜLÜ VİDALAMA ALINMASI	1	ADET			
5	ALARKO CARRIER CHİLLER MERKEZİ SOĞUTMA GRUBUNA ISI SENSÖRÜ ALINMASI	2	ADET			
6	A BLOK POLK. GİRİŞİ ÖN KAYIT OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI ALIMI	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.	

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)



GÖMME REZERVUAR MICRO KÖPRÜ SETİ


Micro Gömme Rezarvuvar Kaldırac Selen Model Kapaklara Uyumlu(Japar Micro Köprü Seti)

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SARIYIL
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)

rezervuar şamandıra fiyatları



Hepsiburada



Japar Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Micro 80


Git

4,6 ★★★★★ (9) · ₺280,00* · Stokta · Marka: Japar

... en iyi fiyatla Hepsiburada'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!

* En son fiyatları ve oda durumunu öğrenmek için web sitesini kontrol edin. Görseller telif hakkına tabi olabilir. Daha Fazla Bilgi

Alakalı içerik



Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İtfi (Sihhi Tesisat)

30



Akakçe

6 gün önce



japar gömme rezervuar flatör



aramakla bulunmaz İsteyin gelsin

YILDIRM
NALBUR

JAPAR KALE GÖMME REZERVUAR İÇ TAKIM
ŞAMANDIRA FLATÖR YARIM PARMAK Fiyatları,...

Git

Görseller telif hakkına tabi olabilir. Daha Fazla Bilgi

Alakalı içerik

japar gömme rezervuar
flatör

slamp gömme rezervuar
flatörü musluklu

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

30

BİYOMEDİKAL ATÖLYE EL ALETLERİ ŞARTNAMESİ

1- AKÜLÜ DARBELİ DELME/VİDALAMA MATKAP

- 18 V 2 AH Lityum iyon batarya olmalıdır.
- Mandren çapı 1,5 / 13 mm olmalıdır.
- Tork kademeleri 20+2 olmalıdır.
- Darbe sayısı 27.000 darbe/dak olmalıdır.
- Tork (yumuşak/sert/maks.) 21/54/- Nm olmalıdır.
- Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 500 / 0 – 1.900 dev/dak olmalıdır.
- Matkap takım çantasıyla birlikte olmalıdır.
- Akü en az 1 adet olmalıdır.

ALINACAK ÜRÜNÜN TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.


ALINACAK ÜRÜNLERİN NUMUNE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KABUL EDİLECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

ISI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (PT 100) (2 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün +- 0.1 hassasiyetle ölçüm yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır
3. En az 0-100 derece arasında hassas ölçüm yapabilmelidir
4. Prop paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır
5. Prop uzunluğu min 4 cm olmalıdır
6. Plastik kılıflı ve en az 1 m kablo uzunluğuna sahip olmalıdır
7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır
8. Ürün teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu



Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu

A. OTOMATİK KAYAR KAPI KONTROL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

Hastanemiz A Blok Ön kayıt Poliklinik girişinde bulunan otomatik kapının kontrol kartı tamir olmadığından yenilenmesi gerekmektedir.

1. Ürün 24 volt DC enkoderli ve redüktörlü motora yol verecek özellikte tasarlanmış olmalıdır
2. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır
3. Kart yangın çıkış kontaklı olmalıdır
4. Elektronik kilit bağlanabilir özellikte olmalıdır
5. Enerji kesilmesi durumunda akü bağlanabilir özellikte olmalıdır
6. Kart üzerinde marka model ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
7. Kart üzerinde ayar tuşları ve resetleme tuşları bulunmalıdır
8. Kart konum anahtar özellikli olmalı ve uygun konum anahtarıyla teslim edilmeli, konum anahtarı şifreli olmalıdır
9. Radar, el yaklaşım cihazı, kart okuyucu, şifre cihazı, buton vb. açma sistemleri ile açılıp otomatik olarak kapanma özellikli olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış MURT
Teknik Birim Sorumlusu