



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1661

KONU : 11 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA ALIMI

4.08.2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **9.08.2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **9.08.2023** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAS
Mali ve Mali Hizmetler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	SIZDIRMAZLIK CONTASI (ORİNG)	2	TAKIM			
2	VAKUM POMPASI KAPLIN LASTİĞİ / TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ LASTİK	4	ADET			
3	VAKUM POMPASI YAĞ KEÇESİ	2	ADET			
4	VAKUM POMPASI ROTOR PALETİ	1	TAKIM			
5	VAKUM POMPASI HAVA FİLTRESİ KOVANI	1	ADET			
6	RULMAN SETİ	2	ADET			
7	KOMPRESÖR TERMOSTAT WOLF KİTİ	1	ADET			
8	RULMAN SETİ	1	TAKIM			
9	KOMPRESÖR VİDA GRUBU TAMİR KİTİ	1	TAKIM			
10	ÇEKWOLF	1	ADET			
11	KOMPRESÖR HİDROLİK HORTUM SETİ	1	TAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

VAKUM POMPASI ve KOMPRESÖR YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAME

YİĞİTSAN KOMPRESÖR

CİHAZ TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP YVK25 - BASINÇ 7 – GÜÇ 18.5 - DEVİR 6640 – EMİŞ 3100 - AMPER 36

RULMAN : 2 ADET

Bilyalı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 60-64 HRc arasında, bilya sertlikleri ise 62-67 HRc arasında olacaktır. Bilyalı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269'a, rulman toleransları ise ISO 492'ye uygun olacaktır.

Rulman malzeme ve mikro temizlik açısından 1.sınıf kalite işçilik uygulanmalıdır.

Kullanılacak Rulmanlar hastanemizde ki vakum pompalarına tam uyumlu olup en iyi performansta çalışmasını sağlamalıdır. Rulman orijinal olmalıdır. Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

KOMPRESÖR YEDEK PARÇA TEMİNİ

TERMOSTAT WALF KİTİ : 1 ADET

Vidalı hava kompresöründe bulunan Termostat ile aynı olmalıdır. Hastane de kullanılan kompresör ile uyumlu olmalıdır. Sıcaklığı istenilen derecede tutmalıdır.

Kullanılacak termostat hastanemizde ki kompresörün vida grubuna tam uyumlu olup en iyi performansta çalışmasını sağlamalıdır. Termostat orijinal olmalıdır.

Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Doktor: KURT
Teknik Birim Sorumlusu

RULMAN : 1 TAKIM

Kompresörde vida grubunda kullanılacak Bilyalı rulmanlar TS 6269 standardına uygun olacaktır. Bilyalı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 60-64 HRc arasında, bilya sertlikleri ise 62- 67 HRc arasında olacaktır. Bilyalı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269'a, rulman toleransları ise ISO 492'ye uygun olacaktır.

Rulman malzeme ve mikro temizlik açısından 1.sınıf kalite işçilik uygulanmalıdır.

Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

VİDA GRUBU TAMİR KİTİ : 1 TAKIM

Ön keçe ve keçe yatağı

Vida rotor taşlama

V kayışı

Çekwalf tamir takımı

Rulman

Kullanılacak bu ekipmanlar belgeli olacaktır.


Keçeler burcu yönlü olacaktır.

Keçeler teflon olmalıdır.

Çekwalf kompresöre uyumlu olmalıdır.ve orijinal olmalıdır.

Yüklenici firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dulmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu



KOMPRESÖR WALFİ : 1 ADET

Valf hastanede kullanılacak olan kompresörle tam uyumlu olmalıdır. Orijinal olmayan valf kabul edilmeyecektir. Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

KOMPRESÖR HİDROLİK HORTUMLARI : 1 TAKIM

Kullanılacak olan tüm hortumlar kompresör hortumu olup sıcaklığa ve yağ basınçlarına dayanıklı olmalıdır. Orijinal hortum olmalıdır. Hortumlar set halinde gönderilmeli ve Cihazlara tam uyumlu olmalıdır. Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

YİĞİTSAN KOMPRESÖR

CİHAZ TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP YVK25 - BASINÇ 7 – GÜÇ 18.5 - DEVİR 6640 – EMİŞ 3100 - AMPER 36

ORİNG TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 2 TAKIM

O-ringler sızdırmazlık için üretilen parçalardır. Kullanılacak oringlerin kullanım amacına göre hammaddesi farklı olabilir.

O-ringler Silikon hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Kullanılacak O-ringler 40°C ile 105 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. Vakum pompalarında En çok tercih edilen oring kullanılmalıdır. ve ayrıca yağa karşı direnci yüksek olmalıdır.

Yukarıda saydığımız özellikler hastanede kullanılan vakum pompası için uygun olmalıdır.

Orijinal olmalıdır. Kullanılacak O-ringler 1 yıl garantili olmalıdır. Firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır.

VAKUM KAPLIN LASTİK : 4 ADET

Sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Vakum pompası üreticisinin tavsiye ettiği veya önerdiği kaplin kullanılmalıdır. Orijinal malzemeden üretilmiş olmalı ve Hastanemizde ki vakum pompasına tam uyumlu olmalıdır. Orijinal olmalıdır. TSE belgeli olmalı ve 1. Yıl garantili olmalıdır. Firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır.

VAKUM YAĞ KEÇESİ : 2 ADET

Keçe sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Keçe ölçüleri vakum pompasına bire bir uyumlu ve rahat çalışmasına engel olmamalıdır. Vakum pompası üreticisinin tavsiye ettiği veya önerdiği keçe kullanılmalıdır. Orijinal malzemeden üretilmiş olmalı ve Hastanemizde ki vakum pompasına tam uyumlu olmalıdır. TSE belgeli olmalı ve 1. Yıl garantili olmalıdır. Firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyas KURT
Teknik Birim Sorumlusu

PALET : 1 TAKIM

Cam elyaflı epoksi levha dan imal edilmiş olması gerekmektedir. Isı ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır. Hastanedeki pompaya tam uyumlu olmalıdır. Paletler orijinal olmalıdır. Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir

HAVA FİLTRESİ KOVANI : 1 ADET

vakum pompalarının üstünde bulunan hava filtresi kovani komple bütün olarak. vakum pompalarına tam uyumlu olmalıdır. Filtre yeni olmalıdır. Yüklenici Firma ISO belgesi olmalı ve 1. Yıl garanti vermelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu