



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1706

KONU : 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

10/08/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **14/08/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımmız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **14/08/2023** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI QUARTZ KUM	50	LİTRE			
2	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI QUARTZ KUM (KUM KUARS (BİRİM 15 LT-ANTRASİT 95 LİTRE)	110	LİTRE			
3	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI FİLTRE KABI (HOUSING)	1	ADET			
4	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA (U-V LAMBASI)	2	ADET			
5	SU ARITMA -YUMUŞATMA CİHAZI DENGİ TANKI (GENLEŞME TANKI)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

İletişim:

ADRES : Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

KUM MİNERALİ ŞARTNAMESİ


- 1-Teklif edilen kum minerali 25 lt lık ambalajlarda bulunmalıdır.
- 2-Teklif edilen kum mineralinin tane boyuları 3x5 mm olmalıdır.
- 3- Teklif edilen kum minerali gıda ve içme suyu standartlarında olmalıdır.
- 4- Teklif edilen malzemenin montajı yüklenici tarafından yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

BİRM MİNERALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen Birm mineral medyası suda çözülmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesini sağlamalıdır.
- 2- Teklif edilen Birm mineral medyası siyah renkli granüler yapıda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen Birm mineral medyası Katalizör etkisi göstererek çözülmüş oksijenle, demir - mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlamalıdır.
- 4- Teklif edilen Birm mineral medyası demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilmelidir.
- 5- Teklif edilen Birm mineral medyası suda çözünmeden filtreleme işlemini sağlamalıdır.
- 6- Teklif edilen Birm mineral medyasının temizliği ise yalnızca ters yıkama ve su ile yapılmalıdır. Yıkama esnasında kimyasal kullanılmamalıdır.
- 7- Teklif edilen Birm minerali medyası geniş sıcaklık aralığında uzun ömürlü bir yapıya sahip olmalıdır.
- 8- Teklif edilen Birm mineralinin pürüzsüzlük katsayısı 2.71 ve gözenek çapı 10 x 40 olmalıdır.
- 9- Teklif edilen Birm minerali en az 28 litrelik orijinal ambalajında olmalı, teslim edilecek ürünün ambalajı yırtık, patlak veya herhangi bir şekilde hasarlı olmamalıdır.
- 10- Teklif edilen Birm minerali ambalajı üzerinde marka adı olmalıdır.
- 11- Teklif edilen Birm minerali NSF standartlarına uyumlu olmalıdır.
- 12- Teklif edilen Birm minerali ham su PH 6,8-9 arasında daki su ile sorunsuz kullanılabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Memodiyaliz Sorumlu Hemş.



ANTRİASİT MİNERALİ

- 1- Teklif edilen Antriasit minerali gıda ve içme suyu uygulamalarında kullanılabilir.
- 2- Teklif edilen Antriasit minerali 25 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen Antriasit mineralinin nem oranı maksimum % 2,6 olmalıdır.
- 4- Teklif edilen Antriasit mineralinin kütle yoğunluğu 720 Kg / m³ olmalıdır.
- 5- Teklif edilen Antriasit mineralinin partikül boyutu 0,8 – 1,6 mm arasında olmalıdır.
- 6- Yüklenici firmanın TS-12843 ve TS – 12846 TSE Kalite belgesi olmalıdır.
- 7- Yüklenici firmanın hastanemizde kullanmakta olduğumuz sistem ile ilgili su artıma sistemi yetki belgesi olmalıdır. Ve Tıbbi cihaz satış yeri yetki belgesi olmalıdır.
- 8- Teklif edilen malzemenin montajı yüklenici tarafından yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

SU FİLTRESİ HAUSİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen hausing 20 inç boyunda 1'' giriş çıkışlı olmalıdır. Hausing bağlantı dişleri plastik veya metal dişli olmalıdır.
- 2- Teklif edilen hausing 0-22 tipi oringli tip filtreye uygun olmalıdır.
- 3- Teklif edilen hausing Avrupa menşeyli olmalıdır ve gıda ve sağlık standardına uygun olmalıdır.
- 4- Teklif edilen hausing Fanuş kısmı şeffaf olmalı ve hausing gövde kısmı beyaz veya mavi renkli ve üç parçalı olmalıdır.
- 5- Teklif edilen hausing Oringleri ETP tip olmalıdır. Fanus gövdeye rekor ile sıkılmalıdır.
- 6- Teklif edilen hausing 8 bar basınçta 45 °C sıcaklıkta sorunsuz olarak çalışmalıdır.
- 7- Teklif edilen hausing orijinal kutusu ile birlikte teslim edilmeli ve hausing ile birlikte duvar aşkı aparatı, dübel, paslanmaz vida ve açma anahtar orijinal olarak verilmelidir.
- 8- Teklif edilen hausing yüklenici tarafından monte edileceği merkezdeki tedaviyi veya işleyişi aksatmayacak şekilde sisteme monte edilmeli ve ürün üretici hatasına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalıdır.
- 9- Talep edilen malzeme ile birlikte sistem için ihtiyaç olan 3 adet 25 mm20mm pvc nipel , 1 adet 1 inç dış dişli adaptör pvc , 1 adet 1 inç pvc rekor da verilecektir.
- 9- Yüklenici firmanın TSE belgesi olmalı, TSE belgesine kurumumuzda kullanmakta olduğumuz marka ile yetkili olmalıdır. Yetki belgesi olmalıdır.
- 10- Yüklenici firmanın teknik servis personeli ÜTS sisteminde tanımlı en az 2 adet personeli sistemde tanımlı olmalıdır. Belge sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kurumumuza teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Teknik servis hizmetini sorunsuz sunabilmek için Teknik Servis Hizmeti verebilecek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılmış Klinik Destek Elemanı çalışma belgesine sahip en az 2 adet teknik personeli bulunmalıdır. Bu belgeler teklif ile birlikte komisyona sunulmalıdır. Belge sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
İlkay UZ
Hemodiyaliz Sorumlu Hemş.

SU ARITMA – YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİOLE LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ultraviyole lamba ömürlü bir ürün olduğundan belli aralıklarla değişmesi gerekmektedir.

- UV lamba RİVAMED marka HD-RO 1000 model su arıtma sistemine uyumlu olmalıdır.
- UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
- UV lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
- UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri, protozoon, virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
- UV lamba bakım firması tarafından değiştirilecektir. Lambanın uygunluğuna hastanemiz ve bakım firması karar verecektir. Uygunsuz olması halinde bu maddeye istinaden alım iptal edilebilir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

SU ARITMA – YUMUŞATMA CİHAZI DENGELİ TANKI (GENLEŞME TANKI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kullanılan genleşme tankı çatladığı için diyaliz sisteminin durmasına sebep olacağından değiştirilmesi gerekmektedir.

- Genleşme tankı RİVAMED marka HD-RO 1000 model su arıtma sistemine uyumlu olmalıdır.
- 200 litrelik tank iç lastik mebranı ve aşağıda yazılı malzemeleri ile birlikte verilecektir.
 1. Genleşme tankı vakumlu kauçuk ayak 3 adet
 2. Tankı bağli hidrofor motorların kauçuk ayakları 4 adet
 3. 1" inç fleksi hortum (2 metrelik, iki ucu bağlantı rekorları ile birlikte) 2 adet
- Genleşme tankı bakım firması tarafından değiştirilecektir. Genleşme tankının uygunluğuna hastanemiz ve bakım firması karar verecektir. Uygunsuz olması halinde bu maddeye istinaden alım iptal edilebilir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur

Manavgat Devlet Hastanesi
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi
Akay UZ
Hemodiyaliz Sorumlusu Hemş.