

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -171
KONU: 19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

18.02.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **19.02.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **19.02.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yakın AYMAK
İ.M. Hiz. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	WREP KAĞIDI 26X26 CM	5.000	ADET				
2	WREP KAĞIDI 40X25 CM	5.000	ADET				
3	WREP KAĞIDI 56X26 CM	5.000	ADET				
4	DÜZ İĞNELİ 2/0 VICRYL	240	ADET	OR3620			
5	SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (SİROMETRE)	50	ADET	OR2710			
6	BRANÜL KAPAĞI (İNSTOPER)	8.000	ADET				
7	GÖBEK KLEMPİ	400	ADET				
8	AIRWAY NO: 3 YEŞİL	400	ADET				
9	AIRWAY NO: 4 SARI	400	ADET				
10	AIRWAY NO: 5 KIRMIZI	100	ADET				
11	ÇAMAĞACI KONNEKTÖR	50	ADET				
12	ENJEKTÖR UCU (İĞNE UCU) PEMBE	2.000	ADET				
13	BİSTÜRÜ UCU NO:11	1.000	ADET				
14	BİSTÜRÜ UCU NO:15	2.000	ADET				
15	BİSTÜRÜ UCU NO:20	2.000	ADET				
16	BENZALKOLYUM KLORÜR % 10	4	ADET				
17	ENTÜBASYON Tüpü KAFLI NO:3,5	10	ADET	OR2770			
18	ENTÜBASYON Tüpü KAFLI NO:4	40	ADET	OR2770			
19	ENTÜBASYON Tüpü KAFLI NO:4,5	50	ADET	OR2770			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:
ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

1

2

BENZALKONYUM KLORÜR 10 % ŞARTNAMESİ

16. Katern

1- 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Şeref YILMAZ
Dip. Teş. No: 75067
Genel Cerrahi Uzmanı




ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI TEKNİK ÖZELİKLERİ

1. Tüp Medikal PVC'den yapılmış ve iç kısmı görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
3. Nontoksit ve apirojen olmalıdır.
4. Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-Ray opak çizgi bulunmalıdır.
5. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
6. Tüpün ucunda yüksek volüm ve düşük basınçlı balon bulunmalıdır
7. Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
8. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
9. Tüpler steril tekli paketlerde olmalıdır.
10. En fazla 20 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

17.18.19.16 km

Atatürk Devlet Hastanesi
A. D. HALİ ÇİÇEK
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı



17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMINI GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben **en geç 10 gün içerisinde** ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Teknik özelliklerinde numune değerlendirilmesi yapılacağı belirtilen 4.ve 9. Kalemdeki malzemelerin numuneleri fiyat teklifini takriben hastaneye gönderilmelidir.


1-2-3.Kalemler Wrap Kağıdı Teknik Şartnamesi

1,2,3. Kalem

- 1.Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 2.Mertekaresi 60gr.(+/- 3) ağırlığında olmalıdır.
- 3.Paketleme ve sterilizasyon esnasında açma süreçlerinde hiçbir kat bırakmayacak yumuşaklığa ve esnekliğe sahip olmalıdır.
- 4.Ambalajın hiçbir yüzeyinde kesinlikle tüylenme ve tiftiklenme olmamalıdır.
- 5.Çift kat ambalaj içinde olmalıdır.İlk ambalaj plastik poşet olmalı,ikinci ambalaj dayanıklı karton paket olacak, depo yerleştirilmesinde kutular ezilmeyecek sağlamlıkta olacaktır.
- 6.Paket içindeki wrap kağıtları (büyük boy kağıtlar) sadece bir yönde katlanacaktır.
- 7.Paket içindeki wrap sayısı paket üzerine mutlaka yazılacak,paketler bir kişinin rahatça taşıyabileceği ağırlıkta ve sayıda olacaktır.

4.KALEM ASPİRASYON SETİ UCU İLE BİRLİKTE (AÇIK UÇ)

- 1. Hortuma paralel dıştan destekleyici çıkıntılara sahip olarak bükülmeye dirençli yapıya sahip olmalıdır.
- 2. Hortum yumuşak fakat vakumla daralmayacak yapıda olmalıdır.
- 3. Hortum uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. Hortumun kesiti 5.6 x 8.0 mm olmalıdır
- 4. Bir ucu sabit konnektörlü diğer ucu kesilebilir (3 farklı kalınlıkta konnektöre adaptasyon) konnektöre sahip olmalıdır.
- 5. Uç kısmında yankuer aspirasyon ucuna sahip olmalıdır
- 6. Uç çok amaçlı kullanıma uygun olup ergonomik, tekparça, sert, dayanıklı ve güçlü doku retraksiyona sahip olmalıdır.Yan kauer setin uç kısmı yuvarlatılmış olmalı ucunda plastik parça, çapak kalmamalı ve organlara zarar vermemelidir.
- 7. Aspirasyon ucu dört yan delik ve akımı engellemeyen geniş iç çapa sahip olmalıdır.



—


—

UZ İĞNELİ 2/0 VICRLY ŞARTNAME

h.kalen

- 1-Sentetik örgülü emilebilir olmalıdır.
- 2-%90 Poliglolik asit ve %10 Laktik asitten imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacomer 91) ve kalsiyum stearat olmalıdır.
- 4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.
- 5-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.
- 6-Emilim süresi 54-70 gün olmalıdır.
- 7-Doku desteği 1. gün %80- 100, 2.hafta % 70-85 olmalıdır.
- 8-Ürün rengi undyed (renksiz), violet(menekşe) olmalıdır.
- 9-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10-Birim ambalaj: Kullanım arına kadar sterilitenin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.
- 11-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne baskı şeklinde olmalıdır.
- 12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
- 13-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır:
 - a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi
 - b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak)
 - c-İğne boyu 1/1 oranında görülebilmelidir.
 - d-İğnesiz ise suture adedi
 - e-Suturen kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak)
 - f-Suturen rengi
 - g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası
- 14-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.
- 15-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi' ne uygun olmalıdır.
- 16-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.
- 17-CE belgeli olmalıdır

Manavgat Devlet Hastahane
K.B.S. Hastahane Hizmetleri
Dip. Teş. No: 107000
OP.D. SIKINDI KAYI
107000



5. Kalem Spirometre Teknik Şartnamesi

5. Kalem

1. 3 adet sütün içerisine yerleşmiş toptan oluşmalı
2. Hem üfleyerek , hem de nefes alma ile toplar hareket ettirilebilmeli.
3. Hasta ağzına uyumlu hortumu olmalı.

6. KALEM HEPARİNLİ BRANÜL KAPAĞI (STOPER)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6. Kalem

1. Tekli paketler içerisinde steril olmalıdır.
2. İnraket ve üç yollu musluk ile uyumlu olmalı ve kaçak yapmamalıdır.
3. Vidalı olmalı kolay takılıp çıkartılabilmelidir.
4. En az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
5. Çabuk kırılmamalı ve kolay deforma olmamalıdır.
6. Paketlerin açılması kolay olmalıdır.
7. Steril şekli ve son kullanma tarihi paketler üzerinde yazılı olmalıdır.
8. Enjeksiyon portu latex içermemelidir.

7. KALEM GÖBEK KLEMBİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

7. Kalem

1. Açılmaz güvenli kilit sistemi olmalıdır,
2. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır,
3. Deri tahrişini önleyen yuvarlatılmış kenarları olmalıdır, sızdırma yapmamalıdır.
4. Sağlam ve esnek olmalıdır,
5. Tekli paketler halinde (tek kullanımlık) olmalıdır,
6. Üretim ve son kullanma tarihi mutlaka üzerinde olmalıdır,
7. Steril Olmalıdır.

9. KALEM AĞIZ BAKIM SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Her sette ~~5~~ ^{en az 15 adet} Aspirasyon özelliği olan ve 1 adet de diş fırçası olmak üzere ~~6~~ ^{en az 16 adet} swab olacaktır.
1. Her Sette Lactoperoxidase Lysozyme, Lactoferrin ve glucose oxidase (antibakteriyel enzim-protein) içeren 1Adet 15(±5) ml lik Ağız Bakım solüsyonu bulunacaktır.
 2. Her Sette Lactoperoxidase Lysozyme, Lactoferrin ve glucose oxidase (antibakteriyel enzim-protein) içeren 1Adet 3(±2)gr Oralbalance jel bulunacaktır
 3. Her Sette 1 adet ölçekli solüsyon kabı olacaktır.
 4. Aspirasyonlu Swab hastanemizdeki aspirasyon sistemi ile uyumlu olmalı, sünger olan kısımları kesinlikle çıkmamalı ve parçalanmamalıdır.
 5. Ağız içi sekresyon ve kalıntıları aspire edebilmeli ve tıkanmamalıdır.
 6. Uç kısmı ağız içerisine zarar vermeyecek yapıda ve aspirasyon deliği olmalıdır.
 7. Ağız anatomisine uygun yapıda eğimli dizaynedilmiş olmalıdır.
 8. Swap üzerinde aspirasyon kontrolü sağlayan hattı olmalıdır.
 9. Aspirasyon kontrolü parmak hareketi ile kolayca yapılabilmesi ve kullanıcıyı eli ile kontamine olmamalıdır.
 10. Ağız Bakım Solüsyonu ve OralBalance jeli ağız içinde oluşan mukozit, ülser ve mantarların sebebiyet verdiği enfeksiyonları engellemeli ve tedavi etmelidir
 11. Ürünün içeriğinde % 0,12 -% 1 klorheksidin glukonat bulunmalıdır.
 12. Ürünün biosidal ürün ruhsatı olmalıdır.
 13. Ağız içi ve ağız boşluğu temizliğinde kullanım endikasyonu olmalıdır.
 14. Hasta için hipoallerjik olmalı, toksik etkisi olmamalı, sulandırmadan kullanıma uygun olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Ezgi TOPÇU OY
Dip No: 4077

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Ezgi TOPÇU OY
Dip No: 4077

—

—

16. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

12. KALEMLER AIR WAY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8, 9, 10. Kalem

1. İhtiyaç listesinde yazılan ölçülerde olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yumuşak ve şeffaf bir malzemedan yapılmış olmalıdır.
3. Kolay yerleştirmeyi sağlayan kıvrıma sahip olmalıdır.
4. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon kateter geçişine uygun ısırma bloğuna sahip olmalıdır.
6. Dişleri hasardan koruyan esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Tekli paketlerde olmalıdır.

13. Kalem Ara Konnektör Çam Ağacı (KADEMELI-DISPOSABLE) Teknik Özellikleri

11. Kalem

- 1) Her iki tarafı da nazogastrik ve aspirasyon sondalarına uyumlu olmalı.
- 2) İşlem sırasında kaçak yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

14. Kalem Enjektör Ucu Teknik Özellikleri


12. Kalem

1. Enjektörün ucu % 6 eğimli olmalıdır firma bunu belgelemelidir.
2. Tek kullanımlık, steril paketler halinde olmalıdır,
3. Kullanılan tüm enjektörlere uyumlu olmalıdır.
4. İğne ucu sivri ve pütürlü olmalıdır,
5. İğnede renk kodlaması olmalıdır.

15-16-17. Kalemler Bistüri Ucu Teknik Özellikleri

13, 14, 15. Kalemler

- 1) Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alüminyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.
- 2) Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE uygunluk işareti, üretici firmanın ablemi, açık adresi, üretim yeri, markası okunaklı olarak yazılmalıdır,
- 3) Her Kutuda 100 adet olmalıdır.
- 4) Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır,
- 5) Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı yırtılmamalıdır,
- 6) Bistüri paketi açıldığında içteki kağıtla açılmalıdır.
- 7) Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır,
- 8) İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir,
- 9) Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır,
- 10) Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilir, kolay çıkartılabilir, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır,
- 11) Bistüri doku keserken kırılmamalıdır,
- 12) Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
- 13) Bistüri ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.

Ecz. Evg. TOPRAK OTAY


11.11.2017 Hastanesi
Nadiye ATILAY
Mali Kayıt ve Kontrol Yet.

