

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 172
KONU: 15 KALEM YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIM

18/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **20/02/2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklif davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20/02/2019** tarihinde saat **14:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faksxa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

1, 2, 4, 6, KALEMLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. NUMUNE GÖNDERMEYENLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYE ALINMAYACAKTIR.

Yalçın AYMAK
İ. M. Hiz. Müd. V.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASPIRATÖR ALIM (DIŞ KISMI 19 CM ÇAPINDA)	1	ADET				
2	E 27 TİPİ 13 W LED AMPUL ALIM (BEYAZ IŞIK MİNİMUM 1200 LÜMEN)	100	ADET				
3	PAS SÖKÜCÜ ALIM (VD40)	10	ADET				
4	ŞERİT LED ALIM (BEYAZ IŞIK ÜÇ ÇİPLİ İÇ ORTAM İÇİN)	10	ADET				
5	12 V 5 AMPER LED ADAPTÖR ALIM	1	ADET				
6	TAŞIMA ARABALARI TEKERLEKLERİ (İLAÇ TAŞIMA ARABALARINA 10 - 11 CM EBATLARINDA TEKERLEK ALINMASI)	80	ADET				
7	SPLİT KLİMA HIRSIZ KUMANDA ALIM (KT 518 MODEL)	10	ADET				
8	EK BİNA ENEL MARKA 120 KVA UPS CİHAZINA UYUMLU KONDANSTÖR ALIM (50 mfd + 5%700	5	ADET				
9	GÜVENLİK FİLESİ (RAF İÇİN) (YERİNDE KEŞFİ YAPILACAK)	1	ADET				
10	RAF AHŞAP (220 X 70 X 15 RAF ARALIĞI 40 CM OLACAK)	1	ADET				
11	VENTİLATÖR / RESPIRATÖR CİHAZI AKIŞ - FLOW TRANSDÜSERİ	2	ADET				
12	VENTİLATÖR BASINÇ FARK DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ - TRANSDÜSERİ	1	ADET				
13	ESWL GÖRÜNTÜ İŞLEME KAYIT VE KONTROL ÜNİTESİ BİLGİSAYAR KASASI HARDDİSKİ	1	ADET				
14	HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD	2	ADET				
15	EKG KABLOSU BANANA UÇLU RENK KODLU 10 LEAD	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

UPS İÇİN KONDANSTÖR ALIM İ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler :

1. Hastanemizde kullanılan 120 KVA lık UPS için alınacak
2. UPS Enel marka ve kondanstörler +. (50 mfd +5% 700 VDC 450 VAC) özellikte olacak.
3. Kondanstörlerin yeni orijinal ambalajında defosuz ve hatasız olacaktır
4. Kondanstörlerin uygunluğunu ve malzeme tesliminden önce bakım firmamız Kilit Enerji tarafından verilecek.
5. Alınan kondanstörlerin montajı bakım firmamız tarafından yapılacak

Hüseyin AVŞAR
Elek. Teknisyeni


Muzaffer ÇİÇEK
Tek. Servisör

VENTİLATOR CİHAZI AKIŞ-FLOW TRANSDUCERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MALZEME CAREFUSION MARKA VELA MODEL VENTİLATOR CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
2. ORJİNAL PARÇA OLMALIDIR.
3. YENİ NESİL VELA VENTİLATORLERİN ANA KARTINA TAM UYUMLU OLMALIDIR.
4. PARÇA TAKILDIKTAN SONRA CİHAZ TM KALİBRASYONLARI VE TESTLERİ GEÇMELİDİR.
5. MALZEMENİN MONTAJINI YAPACAK PERİYODİK BAKIM ANLAŞMALI FİRMAMIZIN TEKNİK SERVİSİ TARAFINDAN UYGUNLUK VERİLMELİDİR.
6. TEKLİF VEREN FİRMANIN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, SORUMLU MDR, KLİNİK DESTEK ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ VE SATIŞ VE TANITIM ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ OLMALIDIR.



Kadir DEMİRTAŞ
Kli.Mh.Hiz.-Biyomedikal

mm ZEYBEKOĞLU
Yoğunbakım Sor.


VENTİLATOR CİHAZI BASINÇ FARK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TRANSDUCERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MALZEME CAREFUSION MARKA VELA MODEL VENTİLATOR CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.
2. ORJİNAL PARÇA OLMALIDIR.
3. YENİ NESİL VELA VENTİLATORLERİN ANA KARTINA TAM UYUMLU OLMALIDIR.
4. PARÇA TAKILDIKTAN SONRA CİHAZ TÜM KALİBRASYONLARI VE TESTLERİ GEÇMELİDİR.
5. MALZEMENİN MONTAJINI YAPACAK PERİYODİK BAKIM ANLAŞMALI FİRMAMIZIN TEKNİK SERVİSİ TARAFINDAN UYGUNLUK VERİLMELİDİR.
6. TEKLİF VEREN FİRMANIN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, SORUMLU MÜDÜR, KLİNİK DESTEK ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ VE SATIŞ VE TANITIM ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ OLMALIDIR.


Kadir DEMİRTAŞ
Kli.Müh.Hiz.-Biyomedikal


Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğunbakım, Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

ESWL GÖRÜNTÜ İŞLEME KAYIT VE KONTROL ÜNİTESİ BİLGİSAYAR KASASI HARD DİSKİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PCK marka STONELİTH model cihaza uyumlu olacaktır.500 GB kapasiteli olacaktır.
Görüntü odaklama proğramı,işletim sistemi yüklenerek ve kasaya montajı yapılarak teslim edilecektir.
2. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
3. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriği ESWL GÖRÜNTÜ İŞLEME KAYIT VE KONTROL ÜNİTESİ BİLGİSAYAR KASASI HARD DİSKİ şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

04.02.2019

Zühre AYDIN

ESWL Sor.



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MINDRAY marka BENEVIEW T8 model 2014 üretim cihaza uyumlu olacaktır.
2. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
3. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Kablo orta kısımdan soketli ayrılabilir şekilde olmalıdır.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriği HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 3 LEAD şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

29.01.2019
Nursel GÜNEŞ
Anestezi Sor.




MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
EKG KABLOSU BANANA UÇLU RENK KODLU 10 LEAD
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MINDRAY marka BENEHEART R12 model cihaza uyumlu olacaktır.
2. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
3. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Otoklavda ve/veya sterilizasyon solüsyonlarıyla steril edilebilmelidir.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriği EKG KABLOSU BANANA UÇLU RENK KODLU 10 LEAD şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

31.01.2019


Birgül TIRAK

Acil Ser. Sor.



RAF İÇİN FİLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Raflara uygun , raflardan malzemelerin düşmesini önleyecek özellikte olmalıdır.
2. Yüksek mukavemetli olmalıdır.
3. File gözenek aralıkları en fazla 4 cm olmalıdır.
4. File ip kalınlığı en az 4 mm olmalıdır.
5. Teknik polyester ve %100 naylon halatlardan imal edilmelidir, sürtünmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Depoda mevcut dolaplar ile fileleri birbirine bağlayacak dayanıklı paslanmaz metalden sabit kanca/açılabilir kanca şeklinde kilit sistemi olmalıdır. Bu kancaların temini firmaya aittir. Dolaba takılacak kanca sabit olmalı, filede bulunan kanca ise tek elle açılarak takılıp çıkarılabilme özelliğine sahip olmalıdır. Her dolapta birden fazla raf olduğundan; raflardan malzemelerin düşmesini önlemek için dolaplardaki her bölmenin çevresine dolap ve file için sabit/açılabilir kancalardan ekstradan takılmalıdır. Açılabilir/dolaba sabit kancalardaki kırılma/bozulma ihtimaline karşın hastaneye yedek bırakılmalıdır.
7. Fileler kolaylıkla raftan çıkarılabilmelidir.
8. Fileler raflarda bulunan ürünlerin de kolaylıkla çıkarılmasına uygun yapıda olmalıdır.
9. Montaj firmaya aittir.
10. Teklif veren firmalar örnek numune (file ve dolapla bağlantı kancalarından) göndermelidir.
11. File takılması istenilen bölgelerdeki filelerin boyutları yüklenici firma tarafından tespit edilecektir.

Emine AOCU


Ömer Güneş
