

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

26/09/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ a (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **29/09/2022** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **29/09/2022** tarihinde saat **11:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SIVI TANKI YAĞ FİLTRESİ (FİLO FVK-15 MODEL)	2	ADET				
2	SIVI TANKI YAĞ FİLTRESİ (YİĞİTSAN YVK-25 MODEL)	2	ADET				
3	SIVI TANKI HAVA FİLTRESİ (FİLO FVK-15 MODEL)	2	ADET				
4	SIVI TANKI HAVA FİLTRESİ (YİĞİTSAN YVK-25 MODEL)	2	ADET				
5	MERKEZİ HAVA SANTRALİ PANEL FİLTRESİ (FİLO FVK-15 MODEL)	2	ADET				
6	MERKEZİ HAVA SANTRALİ PANEL FİLTRESİ (YİĞİTSAN YVK-25 MODEL)	2	ADET				
7	MERKEZİ HAVA SANTRALİ HAT FİLTRESİ İÇ ELEMENTİ (FİLO FVK-15 MODEL)	3	ADET				
8	MERKEZİ HAVA SANTRALİ HAT FİLTRESİ İÇ ELEMENTİ (YİĞİTSAN YVK-25 MODEL)	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şehale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(FİLO FVK-15 MODEL 2 ADET)

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Filo marka FVK-15 model cihazlara birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 15kw -20 hp, 2250 lt/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazlara özel üretimin bulunmaması veya harici bir istekliklinin teklifte bulunması halinde; yağ filtrelerin TSE 7407 standartlarına uygun olarak tasarlanmış veya CE deklarasyonuna sahip ürünler olması şartı talep edilecektir.
4. Filtreler HV veya odun hamuru kağıdından imal edilmiş olmalıdır
5. Yağda bulunan katı partiküller, yabancı maddeler ve min 5 mikronluk partiküllerin temizlenmesini sağlamalıdır
6. Yağ filtresi yanında sızdırmazlık contası da bulunmalıdır
7. Filtre üzerinde silinmeyecek şekilde marka, model, menşei ve detay bilgileri mutlaka yer almalıdır.
8. Filtreler atom tipi olmalı, yılda en az 2 defa değişim yapılacak şekilde cihaza uygun kapasite seçimi tercih edilmelidir.
9. Filtreler üretim sonrası tesis tarafından yapılan ambalajlarda olmalı, hastane teslimi bu şekilde yapılmalıdır
10. Kutuları deforme olmuş, filtreleri zarar görmüş veya daha önce kullanılmış ürünler hastane teknik servisi tarafından kabul edilmeyecektir.
11. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(YİĞİTSAN YVK 25 MODEL 2 ADET)

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Yiğitsan YVK-25 model cihazlara birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 18,5 kw -25 hp, 2,6 m3/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazlara özel üretimin bulunmaması veya harici bir istekliklinin teklifte bulunması halinde; yağ filtrelerin TSE 7407 standartlarına uygun olarak tasarlanmış veya CE deklarasyonuna sahip ürünler olması şartı talep edilecektir.
4. Filtreler HV veya odun hamuru kağıdından imal edilmiş olmalıdır
5. Yağda bulunan katı partiküller, yabancı maddeler ve min 5 mikronluk partiküllerin temizlenmesini sağlamalıdır
6. Yağ filtresi yanında sızdırmazlık contası da bulunmalıdır
7. Filtre üzerinde silinmeyecek şekilde marka, model, menşei ve detay bilgileri mutlaka yer almalıdır.
8. Filtreler atom tipi olmalı, yılda en az 2 defa değişim yapılacak şekilde cihaza uygun kapasite seçimi tercih edilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

9. Filtreler üretim sonrası tesis tarafından yapılan ambalajlarda olmalı, hastane teslimi bu şekilde yapılmalıdır
10. Kutuları deforme olmuş, filtreleri zarar görmüş veya daha önce kullanılmış ürünler hastane teknik servisi tarafından kabul edilmeyecektir.
11. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

C. HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(FİLO FVK-15 MODEL 2 ADET)

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Filo marka FVK-15 model cihazlara birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 15kw -20 hp, 2250 lt/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazlara özel üretimin bulunmaması veya harici bir istekliklinin teklifte bulunması halinde; yağ filtrelerin TSE 932 standartlarına uygun olarak tasarlanmış veya CE deklarasyonuna sahip ürünler olması şartı talep edilecektir.
4. Havada bulunan katı partiküller, yabancı maddeler partiküllerin temizlenmesini cihaza girişinin engellenmesini sağlamalıdır
5. Hava filtresi yanında sızdırmazlık contası da bulunmalıdır
6. Filtre ambalajı üzerinde silinmeyecek şekilde marka, model, menşei ve detay bilgileri mutlaka yer almalıdır.
7. Filtreler yılda en az 2 defa değişim yapılacak şekilde cihaza uygun kapasite seçimi tercih edilmelidir.
8. Filtreler üretim sonrası tesis tarafından yapılan ambalajlarda olmalı, hastane teslimi bu şekilde yapılmalıdır
9. Kutuları deforme olmuş, filtreleri zarar görmüş veya daha önce kullanılmış ürünler hastane teknik servisi tarafından kabul edilmeyecektir.
10. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(YİĞİTSAN YVK 25 MODEL 2 ADET)

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Yiğitsan YVK-25 model cihazlara birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 18,5 kw -25 hp, 2,6 m3/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara özel olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Cihazlara özel üretimin bulunmaması veya harici bir istekliklinin teklifte bulunması halinde; yağ filtrelerin TSE 932 standartlarına uygun olarak tasarlanmış veya CE deklarasyonuna sahip ürünler olması şartı talep edilecektir.

4. Havada bulunan katı partiküller, yabancı maddeler partiküllerin temizlenmesini cihaza girişinin engellenmesini sağlamalıdır
5. Hava filtresi yanında sızdırmazlık contası da bulunmalıdır
6. Filtre ambalajı üzerinde silinmeyecek şekilde marka, model, menşei ve detay bilgileri mutlaka yer almalıdır.
7. Filtreler yılda en az 2 defa değişim yapılacak şekilde cihaza uygun kapasite seçimi tercih edilmelidir.
8. Filtreler üretim sonrası tesis tarafından yapılan ambalajlarda olmalı, hastane teslimi bu şekilde yapılmalıdır
9. Kutuları deforme olmuş, filtreleri zarar görmüş veya daha önce kullanılmış ürünler hastane teknik servisi tarafından kabul edilmeyecektir.
10. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

**E. HAT FİLTRE İÇ ELEMENTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(3 ADET)**

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Filo marka FVK-15 model cihazların bağlı olduğu hatta birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 15kw -20 hp, 2250 lt/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Hat üzerinde bulunan partikül, yağ ve su filtrelerinin her biri için ayrı (toplam 3 adet) element verilmelidir.
4. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

**F. HAT FİLTRE İÇ ELEMENTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(4 ADET)**

1. Filtre hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Yiğitsan YVK-25 model cihazlara birebir uyum sağlamalıdır
2. Cihazlar 18,5 kw -25 hp, 2,6 m3/dk kapasiteye sahip olup, filtreler bu cihazlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Hat üzerinde bulunan partikül, yağ ve su filtrelerinin her biri için ayrı (toplam 4 adet) element verilmelidir.
4. Ürünlere ait numuneler hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan BOZAY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.