

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -176
KONU: 7 KALEM SARF MALZEME ALIMI

18/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **20/02/2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20/02/2019** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa, **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Yatçın AYMAK
İ. M. Hiz. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PLASTİK KLASÖR DAR MAVİ RENK	500	ADET				
2	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 60 MM	100	ADET				
3	EKG KAĞIDI Z KATLI 280 MM X 210 MM	150	ADET				
4	TAŞINABİLİR OTOSKOP CİHAZI	2	ADET				
5	TAŞINABİLİR OTOSKOP CİHAZI	2	ADET				
6	KABLO SARGI SİRALLERİ	200	METRE				
7	MAUSE USB (FARE)	30	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

EKG KAĞIDI 210X280 (SCHILLER AT-2 PLUSMED) (SAYFA TİPİ) (SCHILLER 2.157-017/210X280)

- 1.Schiller At-2 Plusmed (Schiller 2.157-017/210x280 mm) cihazına uygun olmalıdır.
- 2.Sayfa tipi olmalıdır.
- 3.Her 14 cm'de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
- 4.Kağıt 21 cm eninde 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 5.Yatay ve dikey hat çizgileri olmamalı,kağıt çizgisiz olmalıdır.
- 6.Kağıt kardiyoğrafa yerleştirilebilir olmalıdır.
- 7.Kağıtlar termal olmalı ve üzerine grafikler net belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
- 8.Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
- 9.Yaprak adedi 200 sayfa olmalıdır.
10. *Satın alınacak EKG kâğıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden uhdesinde kalan firma malzemenin tamamını göndermeden bir adet numune göndermeli ve uygunluk verildikten sonra malzemenin tamamını göndermelidir.*
11. *TİTUBB Kaydı olmalı ve faturaya yazılmalıdır.*
12. *Fatura içeriği EKG KÂĞIDI Z KATLI 280 MM X 210 MM şeklinde olmalıdır.*
13. *Malzemenin teslim yeri ambar-ayniyat birimi Biyomedikal depo olmalıdır.*

Ayşe ÖZDEMİR


EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 60 MM (TRİSMED MARKA CARDIPIA 800 MODEL EKG CİHAZINA UYGUN) ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, TRİSMED marka CARDIPIA 800 model EKG cihazına uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen kağıdı Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabılır özellikte olmalıdır.
3. Kağıt kardiyografa yerleştirilebilir olmalıdır.
4. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
5. Satın alınacak kâğıt numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar birer adet numune vermelidir.
6. Ürünün TİTUBB kaydı olmalıdır.
7. Kesilen fatura içeriğinde malzemenin ismi “EKG KÂĞIDI Z KATLI 210 MM X 60 MM “olarak yazılmalı ve UBB Barkod numarası yazılmalıdır.
8. Malzemenin teslim yeri ayniyat- ambar birimi biyomedikal depo olmalıdır.

Ayşe ÖZDEMİR
T.K.Y. Biyomedikal

Birgül TIRAK
Acil Serv.Sorm.Hemş



OTOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş XHL Xenon Teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.
2. 2.5 Volt, xenon ampul ile aydınlatma sağlamalıdır. 1+1 adet yedek ampulü ile birlikte verilmelidir.
3. Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.
4. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.
5. Işık 18.5 lümen olmalı ve 3 kez büyütme yapan merceği olmalıdır.
6. Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamalıdır.
8. Cihaz ile birlikte 3 adet spekülüm bulunmalıdır.
9. Cihaz 2 ad. AA Alkalın veya Ni-CD batarya ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır. Piller veya batarya ile birlikte verilmelidir.
10. Spekülümler başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
11. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.
12. UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve kodu faturada yazılı olmalıdır.
13. Otoskop set, sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
14. Otoskop setin dış kutusu üzerinde marka, üretici firma, ürün cinsi, model, ithalatçı firma ve barkot numarası belirtilmiş etiketi bulunmalıdır.
15. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.
16. Malzemenin, **UBB barkod numarası yazılı faturanın** teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
17. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
18. 1 yıl yenisi ile değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.

Uz. Dr. Kağan SAĞLAM
K.B.B. Uzmanı

Uz. Dr. Savaş Serhat GÜNEREN
K.B.B. Uzmanı

OTOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş XHL Xenon Teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.
2. 2.5 Volt, xenon ampul ile aydınlatma sağlamalıdır. 1+1 adet yedek ampulü ile birlikte verilmelidir.
3. Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapanmalıdır.
4. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki klipsin yukarı - aşağı hareketiyle sağlanmalıdır.
5. Işık 18.5 lümen olmalı ve 3 kez büyütme yapan merceği olmalıdır.
6. Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamalıdır.
8. Cihaz ile birlikte 3 adet spekülüm bulunmalıdır.
9. Cihaz 2 ad. AA Alkalın veya Ni-CD batarya ile çalışmalıdır. Piller, alt kapak kısmının çevrilip açılmasıyla değiştirilebilir olmalıdır. Piller veya batarya ile birlikte verilmelidir.
10. Spekülümler başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
11. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.
12. UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve kodu faturada yazılı olmalıdır.
13. Otoskop set, sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.
14. Otoskop setin dış kutusu üzerinde marka, üretici firma, ürün cinsi, model, ithalatçı firma ve barkot numarası belirtilmiş etiketi bulunmalıdır.
15. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.
16. Malzemenin, **UBB barkod numarası yazılı faturanın** teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
17. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve UBB bilgisi; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
18. 1 yıl yenisi ile değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.



Zeynep yıldırım

Evde Sağlık Birimi Hemş.