

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 177
KONU: 1 KALEM TIBBİ MALZEME ALIM

19.02.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **22.02.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrit etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22.02.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hiz. Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MONOPOLAR KESİCİ LOOP	10	ADET	UR1029			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

Hetişim:

ADRES: Şeale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

TUR LOOP, KESİCİ, MONOPOLAR ENERJİLİ

1. Monopolar elektrocerrahi teknolojisine uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Ucunda aktif elektrod bulunmalıdır ve elektriksel dönüş elektrod yada şaftın üzerinden gerçekleşmelidir.
3. Glisin içerisinde çalışabilmelidir.
4. Elektrod 15-27 Fr kılıfa göre dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
5. Elektrod uzunluğu 24-30cm arasında olmalıdır.
6. Kesici telin kalınlığı en fazla 0.40mm olmalıdır.
7. Elektrod tek veya çift bacaklı olmalıdır.
8. Elektrod üzerinde plastik parça olmamalıdır.
9. Özel yapısı sayesinde doku yapışmalarını önlemelidir.
10. Hastanede bulunan açısı 0, 12, 30, 45 derece olan optiklerden en az biriyle uyumlu olmalıdır.
11. Yüksek Frekans kablosu ile elektrod arasındaki bağlantı çalışma elemanında doğrudan sağlanabilmelidir.
12. İşlem sırasında loopun tüm hareketleri optiğin görüş alanı içinde kalmalıdır.
13. Elektrod takılıp çıkartılırken çalışma elemanın kanalı kullanılmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Elektrod takılıp sökülürken en ufak bir takılma, zorlanma, kilitlememe, su sızdırması, aşırı sürtünme, gevşek kalma, takılı elektrodu salma, elektrodu bırakmama veya burada açıkça belirtilmeyen fakat fark edildiği takdirde kullanıcıyı herhangi bir şekilde zora sokacak ve aletin rahat kullanımına engel olabilecek herhangi bir uyumsuzluk sorunu hiçbir koşulda yaşanmamalıdır.
14. Elektrod; tak çalıştır prensibi ile çalışmalıdır ve ilgili hastanede kullanılan rezektoskop ve jeneratör sistemi için dizayn edilmiş olup boyut ve ebad olarak tamı tamına uyumlu olmalıdır.
15. Jeneratör ve rezektoskop sistemi için uyumluluk onayı distribütör firmadan belgelenmelidir.
16. Elektrod steril olmalı ve sterilizasyon ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.

Dr. Murat ÖLÇÜNER
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 740847
Marm. Tes. No: 1447