



SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



24/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 27/01/2023 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 27/01/2023 tarihinde saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SOFT DREN NO:14	40	ADET				
2	SOFT DREN NO:16	40	ADET				
3	TIRNAK FIRÇASI BETADİNLİ	200	ADET				
4	VİCRİL YUVARLAK NO: 6/0 16 MM	60	ADET				
5	İPEK YUVARLAK NO: 1 40 MM	60	ADET				
6	İPEK YUVARLAK NO:0 40 MM	60	ADET				
7	İPEK KESKİN NO: 2/0 30MM	60	ADET				
8	İPEK YUVARLAK NO: 4/0 NO:19 MM	60	ADET				
9	İPEK KESKİN NO: 0 30 MM	96	ADET				
10	PROLEN YUVARLAK NO:5/0 ÇİFT İĞNE 19 MM	60	ADET				
11	PROLEN YUVARLAK NO:6/0 ÇİFT İĞNE 12 MM	60	ADET				
12	ÜRETER KATETERİ 3F	10	ADET	UR1060			
13	ÜRETER KATATERİ NO:4	10	ADET	UR1060			
14	ÜRETER KATETER 5F	10	ADET	UR1060			
15	VİCRİL SERBEST NO :2/0	120	ADET				
16	DOYLE NAZAL SPLİNT	200	ADET	OR4960			
17	ELDİVEN CERRAHİ PUDRASIZ NO:8	1.500	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

Prolen 5/0 VE 6/0 ÇİFT İĞNELİ

- 1-Sentetik monofilament emilemeyen sutur olmalıdır.
- 2-Polypropilene ' den imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.
- 4-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.
- 5-Ürün rengi mavi (blue) olmalıdır.
- 6-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 7-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.
- 8-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne baskı şeklinde olmalıdır.
- 9-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
- 10-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır:
 - a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi
 - b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak)
 - c-İğne boyu 1/1 oranında görülebilmelidir.
 - d-İğnesiz ise suture adedi
 - e-Suture kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak)
 - f-Suture rengi
 - g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası
- 11-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.
- 12-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi ' ne uygun olmalıdır.
- 13-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçeİngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.
- 14-CE belgeli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

6/0 RAPİD VİCRİL YUVARLAK

- 1-Sentetik örgülü hızlı emilebilir suture olmalıdır.
- 2-%90 Poliglikolik asit ve %10 Laktik asitten imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacomer 370) ve kalsiyum stearat olmalıdır.
- 4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.
- 5- Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.

43

- 6-Emilim süresi 40-45 gün olmalıdır.
- 7-Doku desteği 5. gün %50 ikinci hafta 0-15% olmalıdır.
- 8-Ürün rengi undyed renksiz olmalıdır.
- 9-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.
- 11-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne baskı şeklinde olmalıdır.
- 12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl matlı olmalıdır.
- 13-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır:
 - a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi
 - b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak)
 - c-İğne boyu 1/1 oranında görülebilmelidir.
 - d-İğnesiz ise suture adedi
 - e-Suture kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak)
 - f-Suture rengi
 - g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası
- 14-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

iřaretleme gereklilikleri doęrultusunda olacaktır.

15-Kalınlıkları, düęüm atma kabiliyetleri ve ięne-ıplık kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi ' ne uygun olmalıdır.

16-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.

17-CE belgeli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

ÜRETER KATETERİ 3F-4F-5F(DÜZ) ŞARTNAME

1. Bir ucu kapalı ve uca yakın bölgede delikleri olmalıdır.
2. Kateter delikleri atravmatik olmalıdır.
3. Kateterler 3F-4F-5F ebatlarında ve 65-70cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Kateter radioopak ve üzerlerinde radioopak markırları olmalıdır.
5. Kateter içinde mandren ve konnektör olmalıdır.
6. Kateterler tek tek steril paketlerde mevcut olmalıdır.
7. Kateter üzerinde cm. çizgileri olmalıdır.
8. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır.
9. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılmalı ve en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
10. Kateter üreter içerisinde kullanılacağından üretere zarar verilmemeli ve alerjik olmamalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

CERRAHİ İPEK

1-Örgülü, silikonize ipekten mal edilmiş olacaktır. Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonu U.P.S.ve E.P'ye uygun olacaktır.

2-İpek iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kolay eğilip bükülmeyecektir.

3-Birim ambalaj ipek kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde, iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecek

4-Ürüne ait bilgiler ürünün üstüne etiket şeklinde sonradan yapıştırma değil, ürünün üstüne ürün ambalajının orijinali şeklinde olacaktır. İç ambalajın aynı zamanda üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde şu bilgiler yazılı olacak.

Ticari firmanın ticari adı ve/veya kısa adı

Süturun kalınlığı (metrik ve U.S.P.olarak)

Süturun uzunluğu

Süturun rengi

Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

Üretim ve son kullanma tarihleri ve lot numarası yazılacaktır

5-Kutu ambalaj içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.Sıcaktan ve ışıktan korunmasına dair yazı olacaktır.Seri ve kontrol numarası olacaktır.Kutu ambalajın üzerinde,birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır.

6-İhale salonuna ürün orijinal ambalajlı açılmamış kutusu ile gelecektir.

7-İç ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.

8-İç ambalajı açmak için makas, bistüri gibi aletlere ihtiyaç olmamalıdır.

9-Sütur açıldığında, suture kıvrılıp,dolaşp, düğüm olmasını engelleyecek sistemi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

YUVARLAK İĞNE UÇLU VİCRLY

- 1-Sentetik örgülü emilebilir suture olmalıdır.
- 2-%90 Poliglikolik asit ve %10 Laktik asitten imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacomer 91) ve kalsiyum stearat olmalıdır.
- 4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.
- 5-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.
- 6-Emilim süresi 54-70 gün olmalıdır.
- 7-Doku desteği 1. gün %80- 100, 2.hafta % 70-85 olmalıdır.
- 8-Ürün rengi undyed (renksiz), violet(menekşe) olmalıdır.
- 9-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.
- 11-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne baskı şeklinde olmalıdır.
- 12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miiatlı olmalıdır.
- 13-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır:
 - a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi
 - b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak)
 - c-İğne boyu 1/1 oranında görülebilmelidir.
 - d-İğnesiz ise suture adedi
 - e-Suture kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak)
 - f-Suture rengi
 - g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
 - h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası
- 14-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.
- 15-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi ' ne uygun olmalıdır.
- 16-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.
- 17-CE belgeli olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

Dezenfektanlı (Batikonlu) El ve Tırnak Fırçası Tek Kullanımlık

Çift taraflı, (bir tarafı fırça-bir tarafı sünger) tek kullanımlık el ve tırnak temizleme fırçası.

Dezenfektan içerir, cerrahi el dezenfeksiyonu sağlamalıdır

% 7.5 Povidon İyot Emdirilmiş olmalıdır.

Ergonomik fırça dizaynı (48*79*34 mm)

Kolay açılabilir paket olmalıdır.

Cildi tahriş etmeyen yumuşak kıllar olmalıdır.

Pürüzsüz ve yumuşak süngerin 90 ml ye kadar sıvı emiş özelliği olmalıdır.

Sadece harici kullanım için olmalıdır.

ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiş olmalıdır.

Biyosidal ruhsatına sahip olmalıdır.

Latex içermemelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine ÖZDEN
Aml. Sorumlu Hemşire

Soft Dren 14 /16 NUMARA

- Travma oluřturmayan, yuvarlatılmıř, aık distal u ve apraz drt yan delikli dren olmalıdır
- Dren uzunluęu: 100 cm. olamlıdır
- Polyvinyl chloride (PVC) drenaj torbası olmalıdır
- 2.500 ml kapasite olmalıdır
- Mililitre lekli olmalıdır
- Geri kaıř ve kontaminasyonu nleyen valf olmalıdır
- Bořaltma musluęu olmalıdır
- Askı olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine OZDEN
Aml. Sorumlu Hemřire

SMT1043CERRAHİ ELDİVEN, PUDRASIZ, LATEKS

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomic el yapısında olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır 3. Pudrasız olmalıdır. 4. Muhtelif boylarda çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. 6. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 7. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilmelidir. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. 8. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. 9. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. 10. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır. 11. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı) 12. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı). 13. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için konçu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.
Teknik Özellikleri:	14. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde

SMT1043CERRAHİ ELDİVEN, PUDRASIZ, LATEKS

	çekme, potluk oluşmamalıdır. 15. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır. 16. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır. 17. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır. 18. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.
Genel Hükümler:	19. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilcek şekilde ayrı paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır. 20. Eldivenler TS EN 455-1:2020 standartlarına uygun olmalıdır. Standartta yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası ve delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 21. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

SMT1615-NAZAL SPLİNT İNTERNAL, SİLİKON, DOYLE TİP

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, ağızından ve burnundan nefes alamayan kişilere uygulanan ve solunum yolunun açılmasını sağlayan işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün ölçüsü en az 7($\pm 0,5$) cmx1($\pm 0,5$) cmx2($\pm 0,5$)cm olmalıdır. 3. Ürün tıbbi silikondan yapılmış olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün istenildiğinde rahatlıkla kesilebilmelidir. 5. Ürün girişim sırasında ve çıkarırken dokuya zarar vermeyecek elastikiyete sahip olmalıdır. 6. Ürün post-op dönemde rahat nefes almayı sağlamak için airwayli olmalıdır. 7. Ürünün uç kısımları delikli olmalı ve bu delikler sayesinde tespit edilebilmelidir. 8. Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz olmalıdır. 9. Ürün nazal irrigasyonda kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır. 10. Ürün paketi üzerinde materyal bilgisi olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.