



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM ORTOPEDİ TIBBİ SARF MALZEME ALIM

31.08.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **01.09.2023** saat **10:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda. Gereğini yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrarı olması halinde 4734 sayılı KİK hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 15 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alın yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com'a mail atılacak veya **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **01.09.2023** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
--	---

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : ETUR							
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TİBLA ÇİVİ	1	ADET	TV5240			
2	KİLİTLEME VİDASI	9	ADET	TV5500			
3	END CUP	1	ADET	TV5380			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA
Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80
E-Posta : m-satinalma@hotmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TİBİA ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çivi Tibia kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli olmalıdır.
- Titanyum Tibial intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.
- Çiviler Proksimalde en az 5 adet vida deliği olmalı bu deliklerden bir tanesi dinamik kilitlemeye izin vermeli, distal kısımda 4 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.
- Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.
- En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10mm mesafede olmalıdır.
- Çivinin distal vidaları yerleştirildikten sonra kırığın tam olarak redükte olabilmesi için çivi 5 mm proksimale çektirecek aparat olmalıdır.
- Distal vida lateralden mediale, ya da anteroposterior gönderilebilmelidir.
- Çiviler Ø 9 mm, Ø 10 mm, Ø 11 mm ve Ø 12 mm çapa; 270 mm ile 390 mm arası 15 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.
- Vidalar 4,3 mm çapa sahip olmalı, 25mm ile 90mm arası 5mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.
- Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.
- Çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak kullanılabilir.
- Kilitleme vidaları self drilling ve self tapping olmalıdır.
- End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilir.
- End cap vidalarının en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.
- Çivi uygulama kolaylığı açısından guide rehber yardımı ile kolayca kilitlenebilmelidir.
- Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan anteriorden kilitlemeye imkan veren radiolucent guide olmalıdır

Tibia Çivi Sut Kodu:	TV5240	1 Adet
Kilitleme Vidası Sut Kodu:	TV5500	9 Adet
End Cap Sut Kodu:	TV5380	1 Adet

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Aydın İLDİRİM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 76972

Op.Dr. Hakan ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 13681

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Atilla ÖZKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92823