

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 - 185
KONU: 17 KALEM YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIMI

19.02.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **21.02.2020** saat **14:00:** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haliye tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **21.02.2020** tarihinde saat **14:00:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Şefi Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TIBBİ MONİTÖR SARJ EDİLEBİLİR BATARYA	2	ADET				
2	KARYOLA KORKULUĞU	15	TAKIM				
3	KARYOLA KORKULUK SABİTLEME APARATI	60	ADET				
4	ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI MAKRO PARTİKÜL FİLTRESİ (5 MİKRON)	10	ADET				
5	ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI MAKRO PARTİKÜL FİLTRESİ (1 MİKRON)	10	ADET				
6	KARYOLA KUMANDASI	25	ADET				
7	FOTOSELLİ KAPI İÇİN 24 VOLT 10 AMPER DC TRAFO (ADAPTÖR)	5	ADET				
8	YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ İÇİN 12 VOLT 7 AMPER KURU AKÜ	2	ADET				
9	KABLO SARGI SİRİALİ	300	METRE				
10	BALIK SIRTİ KABLO KANALI	30	ADET				
11	CAT6 İNTERNET KABLOSU (UTP KABLO)	610	METRE				
12	YILDIZ TORNAVİDA TAKIMI (MIKNATISLI)	1	ADET				
13	ÇİFT YÖNLÜ BANT	50	METRE				
14	KROŞE 3 NUMARA (UTP KABLO İÇİN)	10	KUTU				
15	YAN KESKİ	1	ADET				
16	MAKET BİÇAĞI	1	ADET				
17	BAHÇE SULAMA HORTUMU	25	METRE				
GENEL TOPLAM							


NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR
NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mindray marka İmec 15 model monitöre uyumlu olmalıdır.
2. Sıfır ve orijinal ürün olmalıdır. 11,1 volt DC, 4500 mAh değerlerinde olmalıdır.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
6. Fatura içeriği TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

10.02.2020
Ayşe KARA
Anestezi Sor.



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
KARYOLA KORKULUĞU VE SABİTLEME APARATI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MESPA marka NG5011 model yataklara uyumlu olmalıdır.
Poliüretan malzemeden korkuluklar 4 adetten oluşmalıdır (sağ-sol baş ve ayak)
Korkuluklarda delik kısımlar olmayacaktır.
2. Tüm cıvata - somun vs. ile takım verilmelidir. Gövdeye kaynak yapılacak U demiri ve korkuluğu U demire bağlayan civatalar ile birlikte verilecektir.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.

17.02.2020
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI PARTİKÜL FİLTRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ENDOWASH marka EW 4101 - EW 4102 model cihazlara uyumlu olacaktır.
2. Kapalı ambalaj içerisinde olacaktır.
Makro filitre partikül için girişte kullanılacak 5 mikron olacak boyu 25 cm, dış çapı 6 cm olacaktır.
Mikro filitre partikül için çıkışta kullanılacak 1 mikron olacak boyu 25 cm, dış çapı 6 cm olacaktır.
İki adet kavanoz sökme takma aparatı verilecektir.
3. 1 (bir) yıl garantili olmalıdır. Garanti satıcı değil üretici firma tarafından sağlanacak ise bu durumu belirten evrak verilecektir ve evrakta üretici firma iletişim bilgileri bulunacaktır. Garanti süresince arıza durumunda malzemenin kargo ile gidip gelmesi durumunda kargo ücretleri firmaya aittir.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. TİTUB/ÜTS kaydı olmalıdır.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriği ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI MAKRO PARTİKÜL FİLTRESİ(5 mikron) şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

13.02.2020
Tülay KOÇ
Endoskopi Sor.



MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

KARYOLA KUMANDASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Universal 4 motorlu yataklarda kullanılabilir olmalıdır.
2. Standart pozisyon verebilme fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
6. Fatura içeriği KARYOLA KUMANDASI şeklinde olacaktır.
UBB barkod numarası faturada yazılacaktır.

14.02.2020
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.