



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 **1908**

KONU: 5 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

07/09/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **08/09/2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemizin satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08/09/2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- **İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.**

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
--	---

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : 1

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ANT. VİDA 15 MM YİVLİ (TİTANYUM)	3	ADET	TV5660			
2	ANT. KANÜLLÜ VİDA Ø3,5-4,5 MM	3	ADET	TV2850			
3	ÇİFT DÜĞME İMPLANTI	2	ADET	AE1140			
4	PASSİNG PİN	2	ADET	AE2310			
5	PUL	3	ADET	TV5740			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta : m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

1-ANT VİDA 15MM YİVLİ(TİTANYUM)
2-ANT KANÜLLÜ VİDA)Ø3.5-4.5mm
3-ÇİFT DÜĞME İMPLANTI
:AE1140
4-PASSİNG PİN
5-PUL.

3 ADET SUT:TV5660
3 ADET SUT:TV2850

2 ADET SUT

2 ADET SUT:AE2310
3 adet. SÜT :TV5740

ANT KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

- 1 Üretici firma ISO 13485, ürün ise CE Kalite Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- 2 İştirakçi firma, uygulama öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek herhangi bir problemde, imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareket ederek ürün izlenebilirliğine ait kanıtları belgelemek zorundadır.
- 3 Teklif edilen ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olmalıdır.
- 4 Operasyon sırasında kullanılacak olan uygulama setleri tam-eksiksiz olmalıdır. Sarf ve el aletleri taşıma ve sterilizasyon emniyetini sağlayacak şekilde, taşıma tavaları ve set kutuları ile tedarikçi firma tarafından hastaneye teslim edilmelidir.
- 5 Set içerisinde her çap için yarım yivli ve full yivli kanüllü kompresyon vidalar birlikte sunulmalı, yarım yivli kompresyon vidaların kanülsüz kompresyon vida alternatifi de ihtiyaç halinde sunulabilmelidir.

4.5mm ÇOK AMAÇLI KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDASI:

- 1 ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemedan üretilmiş olmalıdır.
- 2 4,5mm kanüllü vidaların boyu 20 mm-100 mm arasında olmalıdır.
- 3 Vidalar kanüllü olmalıdır.
- 4 Vidaların başı konik ve yivli olmalıdır.
- 5 Vidaların başında tel ya da sütün ile augmantasyon için delik olmalıdır.
- 6 Vidaların ucu drill uç ve self tepingli olmalıdır.
- 7 Vidaların dış dibi 3.5mm dış çapı 4.5mm olmalıdır.
- 8 Vida boyları 20-50mm arası 2mm artışlı, 50-100mm arası 5mm artışlı olmalıdır.
- 9 Set içinde yukarıda sayılan ebatlarda yiv boyu 10 - 35 mm aralığında olmalıdır.
- 10 Vidaların üzerinde de ürün takip bilgisi ve firma bilgileri lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olacaktır.
- 11 Uygulama seti içinde vidalara uygun delikli matkap ucu, alyan tornavida ve k-teli bulunmalıdır.

4.5mm FULL YİVLİ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDASI:

- 1 ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemedan üretilmiş olmalıdır.
- 2 Vidaların başı konik ve vida full yivli olmalıdır.
- 3 Vidalar kanüllü olmalıdır.
- 4 Vidaların ucu drill uçlu ve self tapingli olmalıdır.
- 5 Vidaların dış dibi 3.5mm dış çapı 4.5mm olmalıdır.
- 6 Vida boyları 20-50mm arası 2mm artışlı, 50-100mm arası 5mm artışlı olmalıdır.
- 7 Uygulama seti içinde vidalara uygun delikli matkap ucu, alyan tornavida ve k-teli bulunmalıdır.

(Handwritten signature and stamp)

Manavgat Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

ÇİFT DÜĞME VE PASSİNGPİN ŞARTNAMESİ

- * Akut Akromioklavikular eklem dislokasyonlarının tedavisi için kullanılabilir.
 - * İki metal button ile güçlendirilmiş polietilen gövdeli poliyester kaplı suturelerden oluşmalıdır.
 - * Metal buttonlar titanium maddesinden oluşmalı ; yassı yuvarlak ve yassı uzun şeklinde olmalıdır.
 - * Sistem asansör mekanizması şeklinde çekici 5 numara sutur yardımıyla eklem arası boşluğu daraltıp tespit yapılmalıdır.
 - * Kit içerisinde 1 adet implant ve en az 40 cm uzunluğunda nitinol suture geçirici klavuz olmalıdır.
 - * Çift kat steril pakette tek kullanım olmalıdır.
 - * Ön çapraz bağ ameliyatlarında grefti kemik içi tünelleştirilmede kullanılmalıdır.
 - * Alt ucu delikli; üst ucu ise yivli drill tipinde olmalıdır.
 - * Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
 - * Çapı 2,4mm olmalıdır.
 - * Uzunluğu maksimum 44cm olmalıdır.
 - * Tekli kutularda bulunmalıdır.
 - * Tüm artroskopik rotator cuff, bankart, ve salplezyonlarının girişimlerinde kullanılabilir.
 - * özellikte olmalıdır.
 - * Kanüllü olmalı ve kanül içerisinde 1 adet esnek yapıda nitinol loop tel bulunmalıdır.
 - * 45 derecede sağa ve sola kıvrımlı , 90 ve 45 derece yukarı eğimli çeşitleri olmalıdır.
 - * Ucu iğne şeklinde her türlü yumuşak dokudan kolay geçebilecek özellikte olmalıdır.
 - * Esnek yapıdaki nitinol loop tel, kanül gövdesindeki boşluktan ileri geri rahat hareket ettirebilmelidir.
- sterile paketlerde ve tek kullanımlık olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. AYDIN YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. AYDIN YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:78972