



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

1919

KONU: 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

08/09/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 12/09/2023 saat 14:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 12/09/2023 tarihinde saat 14:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TIBBİ SARF DEPO
	DAHİLİ : 1421

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ABESLANG(TAHTA DİL BASACAĞI DİSPOSABLE)	60.000	ADET				
2	THORAX GÖĞÜS ŞİŞESİ TEKLİ 2000 CC	30	ADET	GHC1630			
3	BRANÜL NO:22 (MAVİ)	15.000	ADET	OR2510			
4	BRANÜL NO:20 (PEMBE)	12.000	ADET	OR2510			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
	KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

SMT1090 İNTRAVENÖZ KANÜL, PORTLU

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, intravenöz uygulamalarda kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün 14G-26G aralığında boyları olmalıdır. 3. Ürünün, portlu ve korumalı portlu ve üç yollu musluklu olmak üzere üç çeşidi olmalıdır. 4. Ürünün, port kapağı veya kanül kanatları uluslararası renk kodlu olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürünün, kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) veya poliüretan olmalıdır. 6. Ürünün iğne kısmı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. 7. Ürünün korumalı portlu olan çeşidi; a. Kullanıcı yaralanmalarını önlemek amacıyla iğne ucu kullanıcı müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak plastik veya metal bir koruyucu aparat ile kendiliğinden kilitlenmelidir. b. Koruyucu mekanizması kanülün içerisinde olmalı, kanülün dış görünüşünü ve ebadını değiştirmemelidir. c. Plastik dış kılıf kolay fonksiyon için özel formda ince çeperli ve yüksek akım hızlı PUR'dan yapılmış olmalıdır. d. Koruyucu mekanizma iğne ile bir bütün halinde, ayrılmadan çıkmalıdır. 8. Ürün non-toksik ve non-pirojenik özellikte olmalıdır. 9. Ürün kanülünün ucu atravmatik olmalı, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır 10. Ürün X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşınmalıdır. 11. Üründe geri kaçıışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valf/kapak bulunmalıdır. 12. Ürünün enjeksiyon port kapağı yerine iyi oturmalı, kan sızdırmamalı ve kullanılmadığı zamanlarda da kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

SMT1090 İNTRAVENÖZ KANÜL, PORTLU

Teknik Özellikleri:	13. Ürünün, iğne koruyucu kapağının ucu kapalı olmalıdır. 14. Ürünün, tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır. 15. Ürün de kan gelişini görmeyi engelleyici ek aparat olmamalıdır. 16. Ürünün luer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır. 17. Ürünün arkasında, hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır.
Genel Hükümler:	18. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 19. Ürün sterilliği bozmadan açılacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. 20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. 21. Ürün tekli steril ambalajda, 50 veya 100 adetlik paketlerde olmalıdır. 22. Ürün TSE EN ISO 10555-1, 5 standartlarında belirtilen özelliklerde olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No. Ecz 8764

SMT1065 GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün seviye dereceli şeffaf plastik rezervuardan imal olmalıdır. 3. Ürün en az 2000 ml kapasiteli olmalıdır. 4. Ürün sert plastik, tıbbi PVC veya polikarbonattan imal olmalıdır. 5. Ürünün tekli ve çiftli çeşitleri bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Ürünün şişesi içindeki boru, sert PVC'den yapılmış olmalı ve su seviyesinden 2 cm aşağıda bulunmalı şişenin kenarında 0 noktası ile başlayan drenajı gösterecek ml olarak derecelendirme olmalıdır. 7. Ürünün drenaj hortumunun dren şişesi ile bağlantı yerinde bükülmeyi önleyecek drenaj hortumunu saran spiralli kılıf olmalıdır. 8. Ürünün devrilmesini engellemek için tabanı geniş olmalı, sabit bir rezervuar tubing bileşkesi olmalıdır. 9. Ürünün drenaj hortum kısmı sağılmaya uygun, esnek yapıda olmalıdır. 10. Üründe uygun uzunlukta taşıyıcı handle olmalıdır. Handle açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır. 11. Ürünün rezervuara bağlı ucu konnektörlü tubing hattan oluşmalıdır. 12. Ürünün göğüs tüpü ile bağlantıyı sağlayacak en az 1 metre uzunlukta drenaj hortumu olmalıdır. 13. Ürünün drenaj hortumu ucunda her numara göğüs tüpü ile bağlantı sağlayacak vidalı kapaklı (kırılmaya ve çatlamaya dayanıklı) universal konnektör olmalıdır. 14. Ürünün şişesine sıvı konulmasını sağlayan küçük bir huni setle birlikte verilmeli veya su değişim işleminin kolay yapılabilmesini sağlamak amaçlı en az 3cm çapında kapak olmalıdır. 15. Ürünün tubingi üzerinde hava tahliyesini sağlayan sistem olmalıdır. 16. Ürünü ikili çeşiti için su altına çift giriş, tekli sistem için tek giriş olmalıdır. 17. Ürünün şişesi içindeki borularda ve eklem yerlerinde dayanıklılığı zayıflatan üretim hatasına bağlı hava kabarcıkları bulunmamalıdır. 18. Ürünün göğüs tüpüne bağlandığı yerde, sistemin taban, ek yerlerinde ve kapak yerlerinde sıvı sızması ve hava alımına sebep olabilecek teknik ve

SMT1065 GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ

Özellikleri:	üretim hataları olmamalıdır. 19. Ürünün iletim sistemi, özellikle hazne ile bağlantı noktası kırılma ya da katlanmaya dirençli olmalıdır ve çatlamamalıdır.
Genel Hükümler:	20. Ürün orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 21. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri bulunmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Mustafa BOZKURT
Eczacı
Sic. No., EEZ 8764

SMT3697- DİL BASACAĞI (ABESLANG)

SMT Temel İşlevi:	1. Hekim tarafından yapılacak olan boğaz muayenelerinde dilin üstüne bastırılarak muayene işlemini kolaylaştırmak amacı ile dizayn edilmiş ve steril ve/veya nonsteril olarak üretilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanıcı tercihine göre steril ve/veya nonsteril ürün tipleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Tek kullanımlık olmalıdır. 4. Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır. 5. Uç kısımları oval olmalıdır. 6. Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır. 7. Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır. 8. Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır. 9. Boyutları; Uzunluk ,15 (± 1) cm, Genişlik, 1,8 ($\pm 0,5$) cm, Kalınlık 1,6 ($\pm 0,3$) mm olmalıdır. 10. Ürün steril tiplerinde her abeslang tekli ambalajda ve steril olarak üretilerek ambalajlanmalıdır. 11. En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürün UTS kaydı bulunmalıdır. 13. Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.

Ma... Hastanesi
M... BOLKURT
Sig. No. 122 8764