

SAYI: :98177073 / 934.01

1934

KONU: 1 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI

14.10.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/

17.10.2022

saat

10:00

d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifi esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17.10.2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Aynan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAN KÜLTÜRÜ (AEROB-ANAEROB) OTOMATİK SİSTEM	200	TEST				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

- 2- Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamedeki teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.
- 3- Teklif edilen ve halihazırda laboratuvarında kullanılmayan cihazlar için ihale komisyonu gerekli gördüğü takdirde firmadan demonstrasyon isteyebilecek ve en geç 10 gün içerisinde cihaz kurulumu gerçekleştirilerek demonstrasyonu yapılacaktır.
- 4- Cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dökümanlar teklif ile birlikte verilecektir.
- 5- Firmalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip,belgelendireceklerdir.
- 1- Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır.
- 2- Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

Devlet Hastanesi
Mediha COŞAR
No: 79133
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ


A. KONU: Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılacak olan kan kültür şişeleri karşılığı kan kültür cihazı teminine ait şartnamedir.

B. KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ:

- 1- Alımı yapılacak şişelerin test sayısı ve puan karşılığı EK-1'de belirtilmiştir.
- 2- Teklif edilecek kan kültür şişeleri ile birlikte teklif edilen cihaz, tam uyumlu olmalıdır.
- 3- Kan kültür şişeleri kan dışı steril vücut sıvılarının da ekimine uygun olmalıdır.
- 4- Kullanılan kan kültürü şişeleri, aerob bakterilerin ve mantarların üremesine elverişli zengin besiyerleri içermelidir. Tüm şişeler antibiyotik bağlayan madde içermelidir. Firma bu antibiyotiklerin listesini vermelidir. Sistem aerop ve pediatrik şişelere sahip olmalıdır. Aerob ve pediatrik şişelerin sayıları (dağılımları) laboratuvar tarafından ihtiyaca göre belirlenecektir.
- 5- Cihaz firma tarafından kendi bilgisayarı ile birlikte verilmeli, geriye dönük hasta bilgilerine ulaşmak ve istatistik almak için soft ware donanımına sahip olmalıdır.
- 6- Sistemde kullanılan kan kültürü şişeleri, hastane ve laboratuvar şartlarında saklanabilmeli, saklanmaları için özel şartlar gerekiyorsa bu koşullar firma tarafından sağlanmalıdır.
- 7- Kan kültür süresi 5-7 gün olmalıdır.
- 8- Gereken tüm aksesuar malzemeler firma tarafından sağlanmalıdır.
- 9- Şişelerin üzerinde barkot olmalıdır.
- 10- Teklif veren firmalar şişelerle beraber kullanılacak cihaza uygun kalibratörleri, bilgisayarla ilgili kağıtları ve diğer sarf malzemeleri ücretsiz olarak vereceklerdir.
- 11- Teklif veren firmalar, teklif ettikleri kalemler için laboratuvarın tercih edeceği bir İç kalite kontrolü sağlayacaklardır.
- 12- Sözleşme süresince alınan kan kültür şişeleri, son kullanma tarihinden 1 (bir) ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Şişelerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bunlar firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
- 13- Şişelerin miadları teslim tarihlerinden itibaren en az 2 (iki) ay olmalıdır. Şişeler hastanenin talebi doğrultusunda ve hastanenin bildirdiği test sayılarına göre parti parti teslim edilecektir.

C. BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 1- Teklif veren firmalar; kan kültür şişeleri ile birlikte inkübatör ünitesi en az 50 şişe kapasiteli, kalibrasyon gerektirmeyen, tam otomatik birer tane cihaz laboratuvarların kullanımına sunulacaktır.
- 2- İstemi yapılmış olan şişelerin tümü sarf edilinceye kadar teklif edilen şişeler ile tam uyum sağlayacak tam otomatik cihaz şişelerin kullanım süresince herhangi bir ön koşul ve kısıtlama olmaksızın hastanenin kullanımına verilmelidir.
- 3- Cihaz otomatik olmalıdır. Mikroorganizma üremesi otomatik olarak kontrol edilebilmeli ve cihaz üremeyi otomatik olarak ekranı vasıtasıyla ve sesle uyaramalıdır.
- 4- Cihazın çalışma verimi ve devamlılığı kullanım süresi boyunca firma tarafından temin edilecek ve montajı yaptırılacak olan uygun özellikte bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile gerçekleştirilmelidir.
- 5- Cihaz otomatik olarak örnek kabulü yapabilmeli ve şişeler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.



- 6- Gerekli durumlarda cihaz, hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Firma cihazın hasta bazında saklayabileceği hafıza kapasitesini bildirecektir. Hasta sonuçlarını günlük " Back- Up " larının alımı için firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
- 7- Üretimden kalkmış ve üretim tarihi itibarı ile 10 (on) yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

D. CİHAZIN MONTAJI:

1- Cihazın montajı firmaya aittir. Cihaz şartnamede istenen özellikleri ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile birlikte laboratuvarın göstereceği yere monte edilip, kalibrasyonuyapılarak işler vaziyette teslim edilecektir. Cihazın çalışması için elektrik su gibi altyapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır.

E. EĞİTİM:

- 1- Cihazın eğitimi, ilgili uzmanın uygun gördüğü süre ve sayıda personele hastane içinde verilmeli ve eğitim verilen kişiler sertifikalandırılmalıdır. Eğitim süresi zarfında kullanılacak her türlü kit ve sarf malzemesifirma tarafından karşılanmalıdır.
- 2- Cihazla birlikte servis ve kullanım kitapçıklarının orijinalleri ve kullanıcıya yönelik hazırlanmış el kitapçıklarının Türkçe tercümeleri verilmelidir.

F. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS:

- 1- Cihaz (kullanılacak yedek parça dahil), sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza durumunda 24 saat içinde müdahale edilecek, onarılmayan cihaz 72 saat içinde firma içinde firma tarafından aynı özellikte bir cihaz ile değiştirilecektir. Herhangi sarf malzemesi eksikliği nedeniyle çalışamaması halinde eksik malzeme, firmaya yazılı olarakbildirimi takiben en geç 24 saat içinde teslim edilecektir. Bu garanti hem satıcı hemde distribütörtarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Bu yapılmazsa her aksayan test için SUT fiyatı kadarceza ödenecektir.
- 2- Cihazın teknik bakımını yapacak elemanlara Üretici Firmanın verdiği eğitim belgesi ve firma servis elemanının servis yapmaya yetkili olduğunu bildirir onaylı yetki belgesi, tekliflerle birlikte verilmelidir.

G. KABUL VE MUAYENE:

- 1- Firma yetkilileri tarafından; teslim edilen kan kültür şişeleri, cihazın sağlamlılığı ve şartnameye uygunluğu hakkında muayene komisyonunu ikna edecek süre ve sayıda demonstrasyon yapılacaktır. Muayene sırasında kullanılacak tüm malzemeler ilgili firma tarafından karşılanacak olup doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya aittir.
- 2- Ürünlerin teslimi aşamasında, ürünlerin orijinal ve Türkçe kullanım kılavuzu (prospektüs) bulunmalıdır.
- 3- Firmalar muayene sırasında teklif ettikleri cihazların yaşlarını belgeleyeceklerdir. Bunun için üretici firmadan alınmış (marka, model ve seri numaralarını gösteren) onaylı üretici firma belgesi verilecektir.

H. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

- 1- Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " marka model cihazı ve kitleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal döküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.