



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1964

KONU: 2 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

13/09/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **15/09/2023** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15/09/2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 LABORATUVAR DEPO DAHİLİ : 1403
---	--

Ahhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	GÖZ İÇİN İLK YARDIM KİTİ	8	ADET				
2	İDRAR BARDAĞI KAPAKLI NON STERİL	30.000	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

Kapaklı İdrar Bardağı (100 ml) Teknik Şartnamesi

- Hacmi 100 cc olmalı
- Sızdırmaz, vida kapaklı olmalı, bardağın kapağı uygun kapatıldıktan sonra çevirme haricinde zorlamayla açılmamalıdır.
- Bardağın kapağı şeffaf beyaz renkli olmalıdır.
- Kırılmaz dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Şeffaf kap olmalı içindeki idrar miktarı görülmelidir.
- En az 1 yıl miadlı olmalı, hatalı üretim sonucu arızalı kaplar firma tarafından yenileri ile değiştirilmelidir.
- Son kullanma tarihinden 2 (İki) ay önce firmaya haber verilerek uzun miadlı ürünlerle değiştirilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi

F. A. Ç. İ. Ş.

LABORATUVAR GÖZ İSTASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstasyon toz ve sıvı girmesini engelleyici kapaklı, aynalı ,ısıyı muhafaza edebilen strafor malzemeden ve duvara monte edilebilir olmalıdır.

1 ad. 500ml göz solüsyonu göz fincanı ve

1 ad. 200ml göz solüsyonu göz fincanı ile birlikte şişelerin birisinin içerisinde 500ml steril 0,9% sodium chloride, diğerinde 200ml 4,9% steril fosfat olmalıdır.

Her bir göz sıvısı tek kullanımlık olmalıdır.

CE belgeli ve 93/42 eec sertifikalı olmalıdır.

Ürün yanında aynı zamanda kullanma talimatı olmalıdır.

Ceyhan ÖZKAN
C Sınıf İş Güvenliği Uzmanı
Sertifika No: 239 052