



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

26/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **31/01/2023** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **31/01/2023** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK  
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

| SIRA NO      | MALZEMENİN ADI                     | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU /<br>TEKNİK<br>ŞARTNAME | MARKA / MODEL /<br>U.B.B KODU | BİRİM<br>FİYAT | TOPLAM<br>FİYAT |
|--------------|------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1            | ALKOL                              | 400     | LİTRE  |                                  |                               |                |                 |
| 2            | KAN VERME SETİ                     | 1.500   | ADET   |                                  |                               |                |                 |
| 3            | KATATER MOUNT                      | 300     | ADET   |                                  |                               |                |                 |
| 4            | ENTÜBASYON TÜPÜ ( SPİRALLI ) NO: 4 | 60      | ADET   | OR2790                           |                               |                |                 |
| 5            | ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO: 2       | 20      | ADET   | OR2780                           |                               |                |                 |
| GENEL TOPLAM |                                    |         |        |                                  |                               |                |                 |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## SARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL ÖZELLİKLER

1. Tıbbi ve Genel Sarf Malzemeleri için teknik özelliklerinde aksi yazılmamış ise genel hükümler geçerlidir.
2. Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
3. Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihinden 2 (iki) ay önce haber verilmesi şartı ile uzun miyadlı malzemeler ile idarenin belirttiği süre içinde yüklenici tarafından değiştirilecektir.
4. Teklif edilen Malzemeler orijinal ambalajı içinde olmalı, Orijinal ambalajın üzerine herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır. Steril olarak teslim edilen malzemelerin orijinal etiketi yapıştırma ise ürünün sterilizasyonu ile ilgili belgeler idareye teslim edilmelidir.
5. Malzemelerin sterilite, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Ürünlerde herhangi bir problem olduğu takdirde, arızalı olan lot numaralı ürünler hastanelerin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
7. Sarf malzemelerle birlikte cihaz teslimi isteniyorsa cihazların tamamı ilk siparişte hastanelere teslim edilecektir.
8. Teknik şartnamede istenen tüm belgeler istenildiğinde Türkçe olacak. Yabancı dilde olan belgelerde ve ithal olan ürünlerde belge istenildiğinde Noter tastikli Türkçeye çevirilmiş olan belgeler hastanelere sunulacaktır.
9. Soğuk zincir ve ortam ısısı dışında belli dereceler arasında saklanması zorunlu sarf malzemeler bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir. Bu sarf malzemelerin sağlık tesislerine nakli sırasında soğuk zincirinin kırılıp kırılmadığının kontrolünü sağlayacak şekilde her sarf kutusu üzerinde indikatörlü etiket olmalıdır. Aksi takdirde sarf malzemeler teslim alınmayacak vede sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın 2018/13 sayılı Genelgenin 1.15 maddesinde; "Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin **Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur.** Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi, firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.
11. Ayrıca ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olan barkodları teklif cetvellerinde ya da teklif ekinde olması gerekmektedir. Teknik şartnamede "Ekonomik açıdan en avantajlı ürün değerlendirmesinde gramaj, ml veya adet miktarları dikkate alınacaktır." Hükmü bulunan kalemlerde isteklilerin teklifleriyle beraber teklif ettiği ürüne ait gramaj, ml veya adetlerini belirten yazılı açıklamayı ÜTS çıktısı ile birlikte vereceklerdir.

### ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ

1. Tüp Medikal PVC'den yapılmış ve iç kımı görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
3. Nontoksit ve apirojen olmalıdır.
4. Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-Ray opak çizgi bulunmalıdır.
5. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
6. Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır.
7. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
8. Tüpler steril tekli paketlerde olmalıdır.
9. En fazla 20 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir

### KALEM ALKOL

1. % 96 (V/V) Etil Alkol olmalıdır,
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır,
3. Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır,
4. Etil alkol' de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemeyecektir.
5. Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır,
6. Teklif verecek firmaların alkolü temin ettiği üretici ya da ithalatçının TAPDK' nin kurum yetkili alkol dağıtım listesinde olmalıdır, istenildiğinde firma bu belgeyi sunabilmelidir.
7. İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1. sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır,
8. Getiren firmanın "T.C. Tütün, Tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu" tarafından firma adına düzenlenmiş Etil Alkol ve /veya Metanol Toptan Satış Belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır.
9. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır.
10. Etiketle ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir,
11. Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir.
12. En fazla 5 Litrelik bidonlarda olmalıdır.

### KAN VERME SETİ

1. Kan verme seti kan torbaları ile uyumlu olmalı ve bir kan torbasına girme ucu ve bir mayi girme ucu olmalı ve takılırken torba yırtılmasına sebep olmamalıdır.
2. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı.
3. Etilen Oksit sterilizasyonu ile steril edilmiş ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
4. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve uç kısmında kapalı koruma kapağı olmalıdır.
5. 18 G x 11/2 iğne boyu olmalı ve iğne ucunda koruma kapağı bulunmalıdır.
6. Akış ayarlayıcı klemp olmalı.
7. Hortum uzunluğu en az 120 cm olmalı ve kırılma yapmamalıdır.
8. Yaklaşık 20 damla= 1 ml olmalıdır.
9. Hava yollu kapaklı olmalıdır.
10. Etiket üzerinde Türkçe kullanım talimatı yer almalıdır.
11. Haznesi şeffaf yumuşak ve kolay dolabilir olmalı.
12. Hazne içinde sabit en az 200 mikromilim filtresi olmalı.
13. Sterilizasyon ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

14. Sterilizasyonu bozulmadan açılabilir şekilde paketlenmiş olmalıdır.
15. Luer lock bağlantılı olmalıdır.

#### KATETER MOUNTH

1. Ürün mekanik ventilasyon tedavisi gören hastalarda trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp ile solunum devresi bağlantısında kullanılmalıdır.
2. Trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp ile solunum devresi bağlantısında uyum sorunu, hava kaçağı olmamalıdır. Bağlantısı için ara aparat gerektiriyorsa ücretsiz verilecektir.
3. Ürünün hortum yolu 15 cm uzunluğunda 15 mm çapında y konektöre giriş adaptörü 15 mm ve maksimum hareket kabiliyeti için PP extendible (uzayabilen) yapıda olmalıdır.
4. Solunum devrelerinin tüp bağlantısına olan kuvvetini bertaraf etmek ve hasta konforunu arttırmak amacıyla ürünün hortum ve tüp birleşim yerleri flexible – swivel yapıda bağlandığı tüp ile kendi hortumu arasında birbirinden farklı veya aynı yönlerde rotasyona uygun baş kısmı 360 derecelik hareket kabiliyeti sağlaması için oynar yapıda olmalıdır.
5. Hastayı ventilatörden ayırmadan fiberoptik bronkoskopi ve aspirasyon uygulama olanağı sunmak için ürün üzerinde 3.5 mm ve 9.5 mm çaplarında hava kaçağına izin vermeyecek şekilde 2 adet tıpalı port olmalıdır.
6. Ürünün ambalajı üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra 2. Kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiket üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
7. Ürün en az 100.000 clean – room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

#### SPIRALLİ ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI

1. Tüp steril olmalıdır.
2. Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tüp tek kullanımlık olmalıdır.
4. Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermeli, metal spiralleri sık yerleşmiş olmalıdır.
5. Tüp sabit konektörlü olmalıdır.
6. Tüpün uç kısmı travma oluşturmeyen biçimde yuvarlatılmış olmalıdır.
7. Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır.
8. Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.
9. Tüpün numarası pilot balon üzerinde yazılı olmalıdır.
10. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır.
11. Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen siyah kalın pozisyon çizgisi olmalıdır.
12. Tüp kafı düşük basınçlı olmalıdır.
13. Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balon renkli olmalıdır.
14. Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
15. Tüp Kafları kontrol edilerek alınacaktır.
16. Tüp ucunda murphy eye (oval göz) olmalıdır.
17. En fazla 20 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir.

*İmza: Ertan Mehmet Akın*  
Manavgat Devlet Hastanesi  
Mustafa BOZKURT  
Eczacı  
Sic. No. Ecz 8764