



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

2024

KONU: 6 KALEM ORTOPEDİ HASTA BAZLI TIBBİ SARF MALZEME ALIM

19/08/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 20/08/2023 saat 08:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 20/08/2023 tarihinde saat 08:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 ECZANE SARF DEPO DAHİLİ : 1421
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

HASTA : M

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PFNA ÇİVİ	1	ADET	TV5340			
2	LAG VİDASI	2	ADET	TV5470			
3	ROTASYON VİDASI	2	ADET	TV5400			
4	LAG SABİTLEME VİDASI	2	ADET	TV5400			
5	TEPE VİDASI	2	ADET	TV5380			
6	DİSTAL KİLİTLEME VİDASI	2	ADET	TV5500			
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

Firma bu alana kaşe-imza atarak alımı yapılan malzemenin teknik şartnamesine uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

E-Posta :

m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com

Elektronik Ağ:

www.manavgatdh.gov.tr

PFNA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çiviler ve implant komponentleri ISO 5832-3, ASTM F 136 standardına sahip titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap ($\varnothing$ 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm) seçeneklerine sahip olmalıdır.
- Çivi boyları 170-200-240 mm olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- Gerektiğinde aynı set ile long çivi boyları sağ ve sol yönlü olarak 300-320-340-360-380-400-420mm kullanılabilir olmalıdır.
- Long çivilerin çapı $\varnothing$ 10-11-12-13mm seçeneğinde olmalıdır.
- Çivi distalinde kompresyon deliği mevcut olmalıdır.
- İmplantların üzerinde üretici firma adı, CE markası ve ölçüleri lazerle yazılmış olmalıdır.
- Çiviler birlikte kullanıldığı Proximal Lag Screw ve Locking Screw ler ile uyumlu olmalıdır.
- Proximale 2 adet lag screw vidası atılabilmelidir.
- Lag screw, çiviye 1 adet kilitleme vidası ile sabitlenebilir olmalıdır
- Çiviler kanüle olup set içerisinde guide olmalıdır.
- lag screw, istenildiğinde tek kullanılıp kompresyon özelliğine uygun olmalıdır
- UBB kayıtları ve satıcı bayi kayıtları olmalıdır.

PFNA ÇİVİ – TV5340

LAG VİDASI – TV5470

ROTASYON VİDASI – TV5400

LAG SABİTLEME VİDASI – TV5400

TEPE VİDASI – TV5380

DİSTAL KİLİTLEME VİDASI – TV5500

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Halil YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 136861

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ali Volkan KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 147245/121619

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Metin ÖZGÖRGEN
Dip. Tes. No: 81447
Ortopedi ve Trav. Uzm.